

表 19

江苏大学附属医院单一来源采购项目专家论证意见表

一、基本情况	
使用单位	影像科
项目名称	乳腺 X 线机、3.0T 磁共振成像系统维保服务
项目预算	150 万/年
拟单一来源供应单位及联系方式	西门子医疗系统有限公司 15050526861
二、符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购	
1. 只能从唯一供应商处采购； 2. 发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的； 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务的配套要求，需继续从原供应商处添购，且添购总金额不超过原合同的百分之十的。	
三、专家论证意见	
乳腺 X 线机、3.0T 磁共振成像系统维保服务是包括设备的配件更换维修，系统的故障保养，这些都需要使用原厂配件和原厂授权的培训合格的人员才能完成，才能保证设备及时、高效、安全的运行和使用。建议使用原厂授权授权的供应商提供维保服务。 该项目符合单一来源采购情形的第一条：只能从唯一供应商处采购。 2025 11.3 年 月 日 专家姓名 <u>刘维</u> 工作单位 <u>江苏省肿瘤医院</u> 职称 <u>主任医师</u>	

注：1、请专家在论证意见中明确该项目符合（二）列出的三种情形中的第几条；

2、申请单一来源采购的项目至少提供 3 名专家的论证意见，其中 50 万元以上院外市级专家至少 1 名，100 万元以上院外省级专家至少 1 名。

表 19

江苏大学附属医院单一来源采购项目专家论证意见表


一、基本情况	
使用单位	影像科
项目名称	乳腺 X 线机、3.0T 磁共振成像系统维保服务
项目预算	150 万/年
拟单一来源供应单位及联系方式	西门子医疗系统有限公司 15050526861
二、符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购	
1. 只能从唯一供应商处采购； 2. 发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的； 3. 必须保证原有采购项目的一致性或服务的配套要求，需继续从原供应商处添购，且添购总金额不超过原合同的百分之十的。	
三、专家论证意见	
本次购买维保的乳腺 X 线机使用年限近 10 年，故障频发，在用磁共振为高端影像设备，原厂具有专业的维修团队，且全新的原装配件仅有原厂可以提供，因此该项目符合单一来源采购情形的第一条：只能从唯一供应商处采购。 2015 年 11 月 9 日 专家姓名 <u>邢伟</u> 工作单位 <u>苏州大学附属第三医院</u> 职称 <u>主任医师</u>	

注：1、请专家在论证意见中明确该项目符合（二）列出的三种情形中的第几条；

2、申请单一来源采购的项目至少提供 3 名专家的论证意见，其中 50 万元以上院外市级专家至少 1 名，100 万元以上院外省级专家至少 1 名。

表 19

江苏大学附属医院单一来源采购项目专家论证意见表

一、基本情况	
使用单位	影像科
项目名称	乳腺 X 线机、3.0T 磁共振成像系统维保服务
项目预算	150 万/年
拟单一来源供应单位及联系方式	西门子医疗系统有限公司 15050526861
二、符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购	
1. 只能从唯一供应商处采购； 2. 发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的； 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务的配套要求，需继续从原供应商处添购，且添购总金额不超过原合同的百分之十的。	
三、专家论证意见	
1、乳腺机已使用近 10 年，进入故障高发期且近期故障频发，已有主要部件损坏待更换维修；因近几年未有付费维修且核心部件球管和探测器未曾更换过，为保证影像质量，探测器及球管均需要定期测试校准维护保养。 2、3.0T 磁共振成像系统为高端影像设备，原厂售后一年维保即将到期，为保证影像质量，尤其梯度系统、射频系统、主磁场稳定性及均匀性等参数均需测试校准。 3、2 台设备均为西门子品牌，维保打包采购更好议价及维保服务。 4、该项目符合单一来源采购情形的第一条：只能从唯一供应商处采购。符合相关法律法规规定，建议采用单一来源采购。  2025 年 11 月 05 日 专家姓名 <u>郭良栋</u> 工作单位 <u>宿迁市第一人民医院</u> 职称 <u>三级主任技师</u>	

注：1、请专家在论证意见中明确该项目符合（二）列出的三种情形中的第几条；

2、申请单一来源采购的项目至少提供 3 名专家的论证意见，其中 50 万元以上院外市级专家至少 1 名，100 万元以上院外省级专家至少 1 名。