

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡参斌
	职称:	研究员级高工
	工作单位:	江苏省人民医院
项目信息	项目名称:	泰州市第三人民医院 GE 1.5T 核磁共振成像系统原厂维修保养服务
	供应商名称:	江苏弘润医疗管理有限公司
专业人员 论证意见	根据《医疗器械监督管理条例》, 第三十六条器械经营企业应当遵守, GE 1.5T MRI 属于第三类设备, 如自行更换配件或使用第三方服务, 将引发设备故障及风险, 已符合法规要求。因此此次采购应严格按照法规规定进行采购。 该系统硬件、软件、磁场的校准均采用原厂技术, 第三方缺乏合法技术文档及认证。任何非原厂部件都可能导致图像参数偏差, 增加医疗法律风险。 GE 医疗在中国境内建立统一服务网络, 仅授权江苏弘润医疗管理有限公司在江苏省提供 MRI 维修及服务, 该公司具有独立服务资质。 综上, 从政策法规与医疗防控角度, 本项目采用单一来源方式采购符合《政府采购法》和《采购财购(2024)179号》文件要求。	
专业人员签字	胡参斌	日期 25 年 10 月 31 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	成月花
	职称:	主任护师
	工作单位:	南京鼓楼医院.
项目信息	项目名称:	泰州市第三人民医院 GE 1.5T 核磁共振成像系统原厂维修保养服务
	供应商名称:	江苏弘润医疗管理有限公司
专业人员 论证意见	该论证符合《招标时间[2024]119号》文件要求于单一来源采购有相关性.理由如下: ①该项目的专业性要求高: GE 1.5T Optima MR160 Advance 核磁共振系统是医院临床诊断核心设备.其图像分辨率高,对人体辐射剂量低,且操作简便.该系统在行业内处于领先地位,选择该系统在原有设备基础上进行升级改造,可以保证系统的稳定性和兼容性. ②该系统及原厂服务不可替代.该系统为梯次使用,射野范围大,成像质量好.该系统及原厂服务在行业内处于领先地位,选择该系统及原厂服务可以保证系统的稳定性和兼容性. ③该系统及原厂服务的独特性. GE 1.5T Optima MR160 Advance 核磁共振系统是医院临床诊断核心设备.其图像分辨率高,对人体辐射剂量低,且操作简便.该系统在行业内处于领先地位,选择该系统及原厂服务可以保证系统的稳定性和兼容性. 综上所述,该项目的专业性要求高,选择单一来源采购方式合理.签字: 成月花	
专业人员签字	成月花	日期 2024年 10月 31日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘明	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 南京市第二医院	
项目信息	项目名称: 泰州市第三人民医院 GE 1.5T 核磁共振成像系统原厂维修保养服务	
	供应商名称: 江苏弘润医疗管理有限公司	
专业人员 论证意见	1. 核磁共振是临床影像学诊断中不可或缺的基础设备,尤其在神经系统、心血管和肿瘤疾病的诊断中发挥着关键作用,任何成像参数的异常都会影响医生的判断,可能导致误诊或漏诊,确保设备稳定运行是临床安全的客观要求。 2. GE 1.5T MR 的图像重建算法和梯度系统均为专利技术,非原厂人员无法校准。第三方维修缺乏冷头更换及液氦补充能力,风险极高,临床上若设备停机,会严重影响医院检查效率。因此,原厂维修不可替代。 3. 在江苏省内,GE 医疗仅授权江苏弘润医疗管理有限公司提供 CT 和 MR 的原厂售后服务。该机构可直接调用 GE 原厂技术支持系统及备件库。其他供应商无法获得授权配件或更新支持。 综上:从患者诊疗临床连续性出发,本项目采用单一来源采购方式完全合理。	
专业人员签字	刘明	日期 2025年10月31日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源论证专家信息登记表

日期：2025年10月31日

序号	姓名	职务/职称	工作单位	身份证号码	电话/手机
	刘明	副主任医师	南京市第二医院	320502197303151574	13605191818
	戎自芳	主治医师	南京哈科医院	320104196403110027	1385713259
	胡登斌	研究员	江苏省人民医院	320106196106060455	15812955910