

附件 1

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 印勤	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 江苏省中医院	
项目信息	项目名称: 南京市栖霞区医院 CT 医疗设备维保服务项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	该医院拟对目前正在用的东软医疗 CT. NewViz 4100 购买维保服务。该设备的核心部件球管、探测器等有且只有原厂配套的部件才能与设备配套使用。该影像设备的高级应用软件(由于是原厂的知识产权, 其软件操作、版本升级只有原厂能够提供, 且第三方维保服务人员配备、技术能力、零部件的供应方面均较原厂有较大差距。为保障设备的精准度和完好率, 确保设备的安全性、有效性, 保持设备良性运转, 建议采用单一来源方式购买维保服务。	
专业人员签字	印勤	日期 2015 年 6 月 3 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件 1

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王平	
	职称: 高工	
	工作单位: 南京市栖霞区医院	
项目信息	项目名称: 南京市栖霞区医院 CT 医疗设备维保服务项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	该院现使用的 Neuviz Glory CT 为东软医疗系统股份有限公司产品, 该设备为大型医疗设备, 其备件、配件、探测器等直接影响检查的精度, 且其应用软件为原厂知识产权, 其软件维护、版本升级只有原厂能够提供, 第三方维修服务很难具备人员、技术、零配件等专业条件, 为保障设备安全性、稳定性, 确保设备正常运转, 建议采用单一来源方式, 采购原厂维保服务。	
专业人员签字	王平	日期 2015 年 6 月 3 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件 1

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王可莉	
	职称: 正高工	
	工作单位: 南京市栖霞区人民医院	
项目信息	项目名称: 南京市栖霞区医院 CT 医疗设备维保服务项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	该设备属于诊断型设备对图像质量、诊断效率要求较高, 对配件、技术、软件方面都有保障, 建议由东软医疗系统股份有限公司为该设备提供原厂级维护保养服务。	
专业人员签字	王可莉	日期 2015 年 6 月 3 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

