

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李伟</u>
	职称: <u>副主任医师</u>
	工作单位: <u>潍坊市人民医院</u>
项目信息	项目名称: <u>血管流量计系统</u>
	供应商名称: <u>上海倍乐医疗器械有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该项目经前期市场调研论证, 仅有 Medistim - 一个品牌注册生产。</p> <p>该项目于 2025 年 11 月 20 日和 2026 年 1 月 12 日在潍坊市卫生健康服务中心进行两次公开招标, 在投标截止时间前未收到有效投标文件, 且只有一家 (上海倍乐医疗器械有限公司) 导致废标。</p> <p>该项目满足采购 [2024] 179 号文件中单一来源采购方式不适用情形 (四), 为保障潍坊市人民医院大血管外科手术质量, 同意该项目按单一来源采购。</p>
专业人员签字	<u>李伟</u> 日期 <u>2026</u> 年 <u>1</u> 月 <u>21</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 高如新
	职称: 副主任医师
	工作单位: 无锡市第二人民医院
项目信息	项目名称: 血管流量计系统
	供应商名称: 上海倍乐医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该设备用于心腔大血管外科术中手术质量控制, 验证心脏搭桥桥路是否通畅, 具备各项生理参数测量功能。经前期市场调研论证, 该设备目前仅有 Medistim 一个品牌注册。</p> <p>该设备已于 2025.11.20 和 2026.1.12 在市卫健委培训中心进行了 2 次公开招标, 在招标文件截止时间结束后, 均有一家供应商参加投标 (上海倍尔), 导致废标。</p> <p>该设备满足苏政规(2014)179 号文件中单一来源采购方式的适用情形(四), 为保证手术安全与质量, 同意该设备转为单一来源采购。</p>
	专业人员签字: 高如新 日期: 2026年1月21日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘心平	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 江苏省肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 血管流量计系统	
	供应商名称: 上海倍乐医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)	
	<p>血管流量计系统用于心脏大血管外科手术术前质量控制。验证心脏搭桥路是否通畅, 具备测量管内实时血流量、搏动指数、舒张期充盈比率等功能。经医院前期市场调研论证, 血管流量计系统品牌以 Medistim 品牌注册书。</p> <p>该项目此前两次公开招标, 仅一家(上海倍乐医疗)应标, 导致废标。</p> <p>综上, 该项目符合财办函[2004]179号文件中单一来源采购适用情形, 同意转为单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	刘心平	日期 2026年1月21日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 钱正斌
	职称: 副主任医师
	工作单位: 无锡市人民政府
项目信息	项目名称: 血管流量计系统
	供应商名称: 上海倍乐医疗器械有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 血管流量计用于心外科手术质控。经调研材料显示只有 medistim 一个品牌生产。 项目材料显示已公开招标二次, 均只有一家供应商参与。 同意转为单一来源采购。
	专业人员签字: 钱正斌 日期: 2026年1月21日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴亚红	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 无锡八院	
项目信息	项目名称: 血管流量计系统	
	供应商名称: 上海倍乐医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>血管流量计系统项目用于心脏手术体外循环系统流量控制, 验证心脏移植手术过程中, 具备实时监测血管内实时血流量, 堵塞报警, 报警阈值可调等功能, 经前期市场调研对比, 血管流量计系统目前仅有 Medistim-1 品牌做研发, 因此该项目转为单一来源采购。</p>	
专业人员签字		日期 2016 年 1 月 21 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。