

# 单一来源采购论证专家签到表

项目名称：手术机器人维保

签到日期：2026年5月21日

序号	姓名	职务/职称	工作单位	电话/手机	身份证	签名
1	尹以涛	高会	江苏省口腔医院	13851647400	320922196807201188	尹以涛
2	耿向东	副主任医师	江苏省人民医院	15952025735	32092419860116001X	耿向东
3	邱勃	高级工程师	江苏省中医院	13951999980	360102197610080326	邱勃

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 取向东	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 江苏省人民医院	
项目信息	项目名称: 手术机器人维保	
	供应商名称: 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>手术机器人作为乙类大型医用设备,其技术含量和稳定性<sup>高</sup>于一般医用设备。尤其是作为直接参与手术过程的重要设备,稳定、安全的运行非常重要。</p> <p>在维保方面,原厂相比第三方具备多项优势,主要有: 1. 设备的技术壁垒很高,第三方无法掌握核心技术; 2. 专用零配件及耗材由原厂供应,第三方无法提供; 3. 校准及软件等由原厂提供,第三方无法达到一致性; 4. 原厂的维修人员具备专业资质,可提供专项培训及技术服务能力。</p> <p>因此,本项目符合单一来源采购条件,建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	取向东	日期 2026年5月21日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写, 一人一份, 需填写明确的结论性意见。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 卞勃	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 江苏省中医院	
项目信息	项目名称: 手术机器人维保	
	供应商名称: 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>该医院对目前使用的机器人项目的买维保服务。手术机器人设备属于高端集成化精密智能化医疗设备,提供精准化外科手术保障。其核心技术及取硬件均有原厂授权,手术机器人的核心部件均为原厂定制化,由原厂生产,认证并授权供应。市场上没有通用替代零件,设备的维修保养需通过原厂授权,性能验证,安全检测,合格后方可投入使用,原厂工程师经过专业系统培训,熟悉设备运行维护各方面重点难点,且全面,维保更加安全及时可靠。</p> <p>由于以上原因,且项目符合政府采购及医疗设备维保单一来源相关政策要求,为保障设备的原厂质量标准,保障医疗质量安全,建议采用单一来源方式购买该项目的维保服务。</p>	
专业人员签字	卞勃	日期 2026年5月21日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写, 一人一份, 需填写明确的结论性意见。

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙永青	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 江苏省口腔医院	
项目信息	项目名称: 手术机器人维保	
	供应商名称: 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p style="text-align: center;">为确保手术机器人设备长期稳定、安全、精准运行, 同时确保手术医生安全及提高核心性能, 结合市场目前实际情况, 拟采用单一来源采购方式, 具体理由: ①该设备核心部件及软件均由原厂掌握; ②原厂零件, 耗材原厂独家供应; ③原厂提供原厂培训、授权与安全认证; ④原厂提供原厂维修培训、专项培训及售后服务。综上所述, 建议采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	孙永青	日期 2026年5月1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写, 一人一份, 需填写明确的结论性意见。