

单一来源采购方式专业人员论证意见报告

一、基本情况

项目名称：江苏大学附属医院电子内镜系统

采购预算：600万元

二、原因阐述

采购人江苏大学附属医院，经调研目前内镜领域高速发展，早已进入早癌筛查诊断时代，窄波成像技术（NBI）结合光学放大技术的应用可以提高早期癌症的阳性检出率，更有效地进行靶向活检提高标本阳性率。在鉴别性质方面，可近距离通过特殊内镜的光学放大技术识别粘膜微细的形态与毛细血管的形态，确定病变良恶性及浸润深度。对于患者可以提高诊断的正确性与治疗的针对性。目前NBI内镜系统已广泛用于消化内镜的诊治工作中，进口内窥镜系统将NBI技术高质化、高度兼容性等发挥到极致。

根据临床筛查及治疗等科研要求，进口电子内窥镜系统有一些国产品牌无法比拟的优势。

为提高诊断的准确性、高效性，经论证，本项目拟采用单一来源方式采购。

三、专家论证意见（见附件）

结论：经过论证，专家一致认为，为提升临床诊断的准确性，确保电子内镜系统原有机号的功能扩充，以及与原有设备兼容性，本次电子内镜系统具有唯一性和不可替代性，且本项目施行单一来源采购符合现行法律法规的要求，因此建议采用单一来源方式进行采购。

四、专家论证成员名单

序号	专家姓名	工作单位	职称（职务）	专家签字
1	杨俊	南京医科大学第二附属医院	主任	杨俊
2	吴红宁	南京市胸科医院	主任医师	吴红宁
3	嵇孝茂	江苏省肿瘤医院	高工	嵇孝茂

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 嵇毅
	职称: 高工
	工作单位: 江苏省肿瘤医院
项目信息	项目名称: 江苏大学附属医院电子内镜系统
	供应商名称: 上海德航电子科技有限公司
专业人员论证意见: 该医疗机构拟购置上、下消化道内窥镜用于早癌诊断及微创治疗,其目标是对细胞组织具备较高分辨率,而且为原设备功能扩展以适应日益增加的工作量且保证医疗机构消化内窥镜中心整体设备功能得到全方位充分利用,建议参考原内窥镜系统,采用单一来源方式采购。	
专业人员签字: 嵇毅	日期: 2026年6月2日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写,一人一份,需填写明确的结论性意见。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨俊
	职称: 高级工程师
	工作单位: 南京医科大学第二附属医院
项目信息	项目名称: 江苏大学附属医院电子内镜系统
	供应商名称: 上海德航电子科技有限公司
专业人员论证意见: 科室原有机房设备容量有限, 考虑原有机房的 功能扩充, 才能满足临床需求. 故同意单一来 源论证. 从经济效益来说, 该采购方式能最大限度 提高设备使用率, 减少资源浪费.	
专业人员签字: 杨俊	日期: 2016 年 6 月 2 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写, 一人一份, 需填写明确的结论性意见。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴红华
	职称: 主任医师
	工作单位: 周乡乡卫生院
项目信息	项目名称: 江苏大学附属医院电子内镜系统
	供应商名称: 上海德航电子科技有限公司
专业人员论证意见: 随着内镜诊疗业务的开展及内镜诊疗的需求, 医院计划引进内镜系统。该系统除了能对内镜进行实时监控与诊断, 通过高清视频传输完成图像发现微小病变, 还可在内镜下微创治疗, 为临床提供清晰的手术视野。因此该设备为内镜诊疗的专用设备, 且该设备是原科室拥有的设备升级换代。与科室原有设备兼容, 所以建议单一来源采购。	
专业人员签字: 吴红华	日期: 2026年 6月 2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写, 一人一份, 需填写明确的结论性意见。

单一来源采购论证专家签到表

项目名称：江苏大学附属医院电子内镜系统

签到日期：2026年6月2日

序号	姓名	职务/职称	工作单位	电话/手机	身份证号码	签名
1	杨发	主任	江苏省中医院	15380882636	320102196502282037	杨发
2	吴伟	主任医师	江苏省中医院	13057692889	320106196607300428	吴伟
3	杨发	主任	南医大二附院	18951727680	320925198303050070	杨发