

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 薛京昌	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 运河	
项目信息	项目名称: 超声气管镜(含探头、驱动器)采购项目	
	供应商名称: 常州国信医药有限公司	
专业人员论证意见	一、医院现有超声主机为奥林巴斯品牌,本次拟采购的超声气管镜探头与现有主机配套使用,经市场调研及技术参数论证,该产品的技术参数、影像质量及物理连接接口均与原厂设计兼容,且价格相对合理,目前市场上不存在能够兼容现有主机且性能优越的可替代产品或方案。 二、我们认为此次采购符合政府采购法的规定,且该产品具有唯一性,建议采购单位与常州地区唯一授权经销商常州国信医药有限公司进行采购。	
专业人员签字	薛京昌	日期 2024年6月16日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	陈江才
	职称:	主任医师
	工作单位:	常州市人民医院
项目信息	项目名称:	超声气管镜(含探头、驱动器)采购项目
	供应商名称:	常州国信医药有限公司
专业人员论证意见	超声气管镜为超声探头和驱动器组成。探头由超声换能器、导管、控制线等组成。驱动器由主机、控制线、探头等组成。超声气管镜主要用于气管镜检查、活检、治疗等。目前市场上超声气管镜品牌较多，如奥林巴斯、富士、科伦等。其中奥林巴斯超声气管镜市场占有率较高，技术成熟，性能稳定。科伦超声气管镜为国产产品，价格相对较低，但性能与奥林巴斯相当。经比较，科伦超声气管镜在价格、性能、售后服务等方面均具有优势。因此，建议采购科伦超声气管镜。	
专业人员签字	陈江才	日期 2026 年 6 月 16 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 余凌燕	
	职称： 副主任技师	
	工作单位： 常州市第一人民医院	
项目信息	项目名称： 超声气管镜（含探头、驱动器）采购项目	
	供应商名称： 常州国信医药有限公司	
专业人员论证意见	经了解常州市中医医院现有超声主机为奥林巴斯品牌，本次拟采购的超声气管镜与现有主机配套使用。目前为止其他品牌的超声气管镜在物理接口上无法适配现有主机，且在图像传输上也无法实现正常成像和功能使用。因此，本项目采购的货物具有不可替代的专有技术，只能从奥林巴斯合法的授权供应商处采购，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项“只能从唯一供应商处采购”的规定，拟采用单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	余凌燕	日期 2026年6月16日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

超声气管镜（含探头、驱动器）采购项目单一来源采购论证专家签到表

时间：2026 年 6 月 16 日

专家姓名	职务职称	工作单位	联系电话
陈江林	主任医师	常州市疾病预防控制中心	13376288220
陈江艺	副主任技师	常州市第一人民医院	13775616326
陈永昌	主任医师	武进区	13801133626