

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                    |                      |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 专业人员信息   | 姓名:                                                                                                                                                                | 方仁新                  |              |
|          | 职称:                                                                                                                                                                | 高工                   |              |
|          | 工作单位:                                                                                                                                                              | 浙江省卫生健康委员会           |              |
| 项目信息     | 项目名称:                                                                                                                                                              | 西门子 3.0T 磁共振系统智创平台升级 |              |
|          | 供应商名称:                                                                                                                                                             | 江苏九州通医学发展有限公司        |              |
| 专业人员论证意见 | 大型磁共振设备的升级必须严格遵循《医疗器械监督管理条例》的合规性要求。本次升级所涉及原厂软硬件系统均已通过国家药监局备案注册认证。原厂具备完善的质控控制体系,能够确保升级后的图像质量。任何非原厂授权的第三方介入,均会导致设备丧失合法使用资格,存在安全隐患。经多方对比及专家论证,该项目软件采购唯一,符合单一来源采购适用条件。 |                      |              |
| 专业人员签字   | 方仁新                                                                                                                                                                | 日期                   | 2026年 6月 16日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 专业人员信息   | 姓名:                                                                                                                                                                                                                  | 成月花                  |
|          | 职称:                                                                                                                                                                                                                  | 主任护士                 |
|          | 工作单位:                                                                                                                                                                                                                | 南京脑科医院               |
| 项目信息     | 项目名称:                                                                                                                                                                                                                | 西门子 3.0T 磁共振系统智创平台升级 |
|          | 供应商名称:                                                                                                                                                                                                               | 江苏九州通医学发展有限公司        |
| 专业人员论证意见 | <p>3.0MR属于高度集成的精密机电设备,是有严格的封闭式系统架构设计,本次智创平台升级并非普通软件安装,而是要求新一代计算硬件、主控软件与原有图像重建器及软件模块实现底层代码的无缝耦合,第三方外控程序缺乏原厂专用通讯协议及高加密权限,强行接入存在极高的系统宕机及图像伪影风险,原厂掌握该设备的全部核心算法与专利技术,具备技术上的绝对排他性和不可替代性,该设备符合“不可替代的专有技术”情形,同意进行单一来源采购。</p> |                      |
| 专业人员签字   | 成月花                                                                                                                                                                                                                  | 日期2016年6月16日         |

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 岳卫华                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|          | 职称: 高工                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|          | 工作单位: 南京市口腔医院                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 项目信息     | 项目名称: 西门子 3.0T 磁共振系统智创平台升级                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|          | 供应商名称: 江苏九州通医学发展有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 专业人员论证意见 | <p>拟采购的3.0T MR Skyra 智创平台升级项目<br/>是满足医院开展高精度神经血管系统治疗的<br/>客观刚性需求。原厂提供的“3D联合深度学习<br/>(Deep Resolve)”及“心脏压缩感知电影”等先进高<br/>临床应用,能从物理层面显著提升图像信噪<br/>比与空间分辨率,并大幅缩短患者体内扫描<br/>时间。此类针对特定病种的高级序列均为<br/>原厂定向研发,对微小病灶的精准检出<br/>具有不可替代的临床价值。鉴于该技术具备<br/>临床应用上的唯一性,建议采用单一来源方<br/>式向原厂或其授权供应商采购。</p> |                 |
| 专业人员签字   | 岳卫华                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 日期 2026年 6月 16日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

# 单一来源专家论证签到表

日期: 2026 年 6 月 16 日

| 序号 | 姓名  | 职务/职称 | 工作单位    | 身份证号码              | 电话/手机       |
|----|-----|-------|---------|--------------------|-------------|
|    | 岳晓  | 高工    | 南京市口腔医院 | 320102197302161219 | 13951620200 |
|    | 戚月茹 | 主治医师  | 南京市口腔医院 | 320104196403110021 | 1385713259  |
|    | 方晓  | 高工    | 南京冠脉医院  | 320113197010082038 | 13813819625 |
|    |     |       |         |                    |             |
|    |     |       |         |                    |             |