

项 目 名 称：聚焦光束反射测量仪采购项目
项 目 编 号：JSZC-320400-CZZH-G2026-0040

6 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/采购包：JSZC-320400-CZZH-G2026-0040 项目名称：聚焦光束反射测量仪采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	聚焦光束反射测量仪主机	梅特勒托利多	ParticleTrack G600B	1. 基于探头技术实时在线测量； 2. 测量范围：0.5 μm 至 2000 μm； 3. 颗粒浓度范围：0-70%wt； 4. 激光线性扫描速度≥2m/s； 5. 测量原理为聚焦光束反射原理； 6. 激光聚焦点落在探头顶端的窗口平面； 7. 系统不把颗粒假定作为一种形状，是在一个相对于探头窗口位置不变的距离下在特定区域内对颗粒进行直接测量。	1	台	1205000	1205000
2	聚焦光束反射测量仪光纤	梅特勒托利多	G600B-10m	1. 光纤长度：10 m； 2. 高速扫描光学元件； 3. KAL 型垫圈密封。	1	根	101000	101000
3	聚焦光束反射测量仪探头	梅特勒托利多	G600B-C22-KAL	1. 探头顶端材料：哈氏合金 C22 2. 探头窗口材质：蓝宝石 3. 探头外径：19 mm； 4. 探头长度：400 mm；	1	根	314000	314000

上海中新品科仪器有限公司投标文件

20

项 目 名 称：聚焦光束反射测量仪采购项目
项 目 编 号：JSZC-320400-CZZH-G2026-0040

4	数据处理软件	梅特勒托利多	iC FBRM	1. 提供两种数据统计模式：Primary 与 Macro； 2. 提供基于数目或体积的粒度分布； 3. 随时查看任意时刻下的颗粒数据； 4. 对测量范围内的不同尺寸区间颗粒数目进行趋势统计，并提供实时数据 5. 提供平均尺寸、D50、D90、D10 等数据。	1	套	178000	178000
5	固定校准支架	梅特勒托利多	FEP Fixed Bracket	1. 弯头设计； 2. 转速范围：0~2000rpm。	1	台	47000	47000
6	电脑	戴尔	La5520	17, 2.9GHz, 16G, 1T	1	台	8000	8000
7	空压机	优莱博	GH40L	1. 最小压力 4barg 2. 最大压力 9.5barg 3. 最大流量 40SLPM 4. 功率：1200W	1	台	62000	62000
合 计							/	1915000
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 3.6 %。								

注：

1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：上海中新品科仪器有限公司

日期：2026 年 07 月 24 日

上海中新品科仪器有限公司投标文件

21