



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 解月明	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 丹阳市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 丹阳市人民医院飞利浦DSA (FD20) 球管采购项目	
	供应商名称: 山东先信医疗科技服务有限公司	
专业人员论证意见	1. 飞利浦DSA (FD20) 球管为设备的重要组成部分, 采用了飞利浦公司独有技术, 能够长时间在高负荷、长时间工作状态下提供稳定成像, 满足临床对高分辨率、低剂量成像的需求。该产品外观设计独特, 必须使用原厂配件进行更换。 2. 飞利浦公司是该设备唯一制造商, 球管为关键部件, 需要原厂技术支持, 且根据原厂要求, 必须使用原厂配件进行维护。	
专业人员签字		日期 2020年6月4日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>吕阳</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>丹阳市妇幼保健院</u>	
项目 信息	项目名称: 丹阳市人民医院飞利浦DSA (FD20) 球管采购项目	
	供应商名称: 山东先信医疗科技服务有限公司	
专业人员 论证 意见	丹阳市人民医院的血管造影机(飞利浦FD20)球管是设备的核心部件,采购原厂原装球管能够确保设备在高负荷、长时间工作状态下的图像稳定性,满足临床对图像高分辨率、低噪声的要求,且原装球管与主机的接口、软件通信等方面高度匹配,市面上其他球管无法完全适配,强行替换,易造成图像质量下降,设备运行过程中故障。另山东先信医疗科技服务有限公司是该品牌型号球管在本地区唯一授权供应商。 综上所述,该项目只适用于单一来源采购方式,以保障临床应用和患者生命安全。	
专业人 员签字		日期 <u>2016-6-4</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>朱明</u>	
	职称: <u>主任医师</u>	
	工作单位: <u>丹阳市中医院</u>	
项目信息	项目名称: 丹阳市人民医院飞利浦DSA (FD20) 球管采购项目	
	供应商名称: 山东先信医疗科技服务有限公司	
专业人员论证意见	1. 飞利浦球管客观确实需要使用专利技术, 该球管是设备国际水平的首选, 影响图像清晰度和介入手术精度. 飞利浦'球管'为该型号设备定制, 研制与设备高度匹配, 使用最为稳定. 飞利浦球管客观确实. 2. 无替代方案能满足项目需求: 其他品牌球管的各项参数类似, 也难以与接口、结构、通讯协议等全面达到设备匹配要求. 若更换非原厂球管, 设备将无法正常运行. 3. 医疗器械使用管理法律法规方面: 设备核心部件应由官方渠道提供. 使用非原厂配件, 医院应承担设备结构变化带来的注册合规风险和临床应用责任. 因此, 该为目前单一来源采购方式的应用条件. 建议采用单一来源采购方式, 由原厂直接供货.	
专业人员签字	<u>朱明</u> 	日期 <u>2026.06.04</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。