

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	周礼林
	职称:	副主任医师
	工作单位:	江苏省省级相关医院
项目信息	项目名称:	放射治疗计划系统和分布式计算服务器系统
	供应商名称:	江苏弘业国际技术工程有限公司
专业人员论证意见	本次采购的系统在硬件和软件性能上均达到行业公认的技术规范,与科室现有的放疗计划系统完全匹配。在临床需求匹配度上,拟购设备的功能设计与放疗物理师的核心工作高度契合,针对日常工作中计划设计、剂量验证、影像融合等关键建环,其具备的勾画、计划评估、计划优化等功能,能有效解决传统设备效率低、精度不足的问题。为切实保障放疗方案传递精度与临床治疗安全,保证通信协议兼容,数据模型匹配,需与科室现有医用直线加速器实现软硬件匹配,只有该品牌授权商供选择。综上,本次目符合《政府采购法》第三十一条第(一)款规定“只能从唯一供应商处采购”的情形适用单一来源采购方式。	
专业人员签字	周礼林	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 成刚	
	职称: 副总	
	工作单位: 南京鼓楼医院	
项目信息	项目名称: 放射治疗计划系统和分布式计算服务器系统 续购项目	
	供应商名称: 江苏弘业国际技术工程有限公司	
专业人员论证意见	经调研,此次放射治疗计划系统和分布式计算服务器系统续购项目为采购人原有系统的升级,现有瓦里安直线加速器为原厂专有硬件架构,MLC、CBCT、动态剂量计划系统,核心是AAA/Acuris X射线剂量算法,出厂金标准流程,ARIA全流程联锁为独家专利,第三方TPS仅文件互通无底层匹配,高剂量UMAT/SBRT剂量偏差不可控,且无法调取病史历史,联动在线自适应放疗,无等效替代产品,为保证设备安全运行,放疗后检查设备,必须连续归档,本项目符合《政府采购法》第三十一条第(一)款规定“只能从唯一供应商处采购”的情形,适用单一来源采购方式。	
专业人员签字	成刚	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 耿向军	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 江苏省人民医院	
项目信息	项目名称: 放射治疗计划系统和分布式计算服务器系统	
	供应商名称: 江苏弘业国际技术工程有限公司	
专业人员论证意见	采购单位拟采购的放射治疗计划系统和分布式计算服务器系统, 主要用于肿瘤临床治疗和科学研究。采购单位现有的直线加速器品牌为瓦里安, 经市场调研, 瓦里安医用直线加速器与原厂放射治疗计划系统构成高度封闭的软硬件一体化技术体系。原厂TPS内嵌了独有的束流物理数据、MLC叶片动态透射参数等, 这些算法为原厂专有技术。 采用第三方TPS有可能造成剂量计算精度无法保证、数据交互存在断点、数据模型不匹配等情况。 综上, 本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)款规定的“只能从唯一供应商处采购”的情形, 采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	耿向军	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。