



表 19

江苏大学附属医院单一来源采购项目专家论证意见表

一、基本情况	
使用单位	眼科
项目名称	飞秒激光角膜屈光手术系统维保服务
项目预算	285 万/3 年
拟单一来源供应单位及联系方式	卡尔蔡司（上海）管理有限公司 18655383536
二、符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购	
1. 只能从唯一供应商处采购； 2. 发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的； 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务的配套要求，需继续从原供应商处添购，且添购总金额不超过原合同的百分之十的。	
三、专家论证意见	
蔡司飞秒激光角膜屈光手术系统是国内最早引进的飞秒激光角膜屈光手术系统，具有高精度性。其系统复杂、技术先进、光学精密、软件专有，设备维护保养及故障排查对专业技术要求极高，具有专一性。该项目符合单一来源采购情形的第一条：只能从唯一供应商处采购。 2026 年 7 月 14 日 专家姓名 <u>施炜</u> 工作单位 <u>江苏省中医院</u> 职称 <u>主任医师</u>  	

注：1、请专家在论证意见中明确该项目符合（二）列出的三种情形中的第几条；

2、申请单一来源采购的项目至少提供 3 名专家的论证意见，其中 50 万元以上院外市级专家至少 1 名，100 万元以上院外省级专家至少 1 名。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

江苏大学附属医院单一来源采购项目专家论证意见表

一、基本情况	
使用单位	眼科
项目名称	飞秒激光角膜屈光手术系统维保服务
项目预算	285 万/3 年
拟单一来源供应单位及联系方式	卡尔蔡司（上海）管理有限公司 18655383536
二、符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购	
1. 只能从唯一供应商处采购； 2. 发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的； 3. 必须保证原有采购项目的一致性或服务的配套要求，需继续从原供应商处添购，且添购总金额不超过原合同的百分之十的。	
三、专家论证意见	
蔡司飞秒激光角膜屈光手术系统维保项目具有明显的技术独占性、原厂唯一性与不可替代性，该项目符合单一来源采购情形的第一条：只能从唯一供应商处采购。 2026 年 7 月 14 日 专家姓名 <u>李明新</u> 工作单位 <u>徐州医科大学附属医院</u> 职称 <u>主任医师</u>	

注：1、请专家在论证意见中明确该项目符合（二）列出的三种情形中的第几条；

2、申请单一来源采购的项目至少提供 3 名专家的论证意见，其中 50 万元以上院外市级专家至少 1 名，100 万元以上院外省级专家至少 1 名。

表 19

江苏大学附属医院单一来源采购项目专家论证意见表

一、基本情况	
使用单位	眼科
项目名称	飞秒激光角膜屈光手术系统维保服务
项目预算	285 万/3 年
拟单一来源供应单位及联系方式	卡尔蔡司（上海）管理有限公司 18655383536
二、符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购	
1. 只能从唯一供应商处采购； 2. 发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的； 3. 必须保证原有采购项目的一致性或服务的配套要求，需继续从原供应商处添购，且添购总金额不超过原合同的百分之十的。	
三、专家论证意见	
技术层面：该设备由卡尔蔡司（德国）医疗技术有限公司研发生产，其核心软硬件系统、控制算法均受专利保护或属于专有技术。设备的深度维修、软件升级及激光校准必须依赖原厂专用的维修工具。市场上其他第三方维保机构无法获取上述核心技术授权与专用工具，不具备对设备进行深度维护和精准校准的能力。若由非原厂服务商进行维护，极易导致设备性能下降，治疗数据偏差问题。 核心配件供应的唯一性：设备的关键易损件及核心部件（如光学镜头、传感器、激光腔等）均为原厂定制生产，市场上目前不存在功能等效、参数匹配的替代配件。非原厂配件不仅无法保证兼容性，还可能对设备造成不可逆的硬件损伤，缩短设备使用寿命。唯有原厂或其唯一授权供应商能够保证提供 100% 原厂正品备件，确保维修质量与设备安全。 服务层面：卡尔蔡司（上海）管理有限公司为原厂在国内的唯一授权售后服务商，具备独占性的备件供应渠道和技术支持能力。 该项目符合单一来源采购情形的第一条：只能从唯一供应商处采购。 2026 年 07 月 03 日 专家姓名 <u>3/10/1</u> 工作单位 <u>江苏省人民医院</u> 职称 <u>主任医师</u>	

注：1、请专家在论证意见中明确该项目符合（二）列出的三种情形中的第几条；

2、申请单一来源采购的项目至少提供 3 名专家的论证意见，其中 50 万元以上院外市级专家至少 1 名，100 万元以上院外省级专家至少 1 名。