

单一来源采购方式专业人员论证意见报告

一、基本情况

项目名称	电子胃肠内窥镜
采购预算	110.00 万元

二、原因阐述

采购人如东县栟茶镇中心卫生院目前正在使用的胃肠镜图像处理主机的品牌为奥林巴斯，因临床业务量增长需增购电子结肠内窥镜及电子十二指肠内窥镜各一支。因奥林巴斯内镜主机与镜体一体化成套设计，内镜接头物理外形、针脚定义、导光接口、电气触点均为厂家专有专利设计，未对第三方开放，其它品牌内镜接头无法物理插入主机接口，不能完成硬件连接，不存在跨品牌直接接驳使用的条件；主机与内镜之间采用奥林巴斯专属数字图像传输、编码解码协议，如接入其他品牌镜体，主机将出现设备无法识别、无图像输出、图像失真报错、特殊光功能完全失效，设备直接无法投入临床使用，只有原厂配套镜体，才能完整激活主机全部诊疗功能。这一技术功能适配与支持具有唯一性和不可替代性。南通富东医疗仪器有限公司为奥林巴斯电子内窥镜产品在如东县地区的唯一授权代理商。

为确保设备正常运行并能经济高效地利用现有设备，经论证，本项目拟采用单一来源方式采购。

三、专家论证意见（见附件）

结论：经论证，专家一致认为现有奥林巴斯胃肠镜主机，在硬件接口、通信协议、图像处理算法上具有技术排他性，其它品牌内镜不具备兼容使用条件，无替代产品；且本项目施行单一来源采购符合现行法律法规的要求。因此建议采用单一来源方式进行采购。

四、专家论证成员名单

序号	专家姓名	工作单位	职称（职务）	专家签字
1	胡益斌	江苏省民防院	研究员	胡益斌
2	侯雪峰	南京市第一医院	主任医师	侯雪峰
3	刘明	南京市第二医院	主任医师	刘明
4	王强	南京市第一医院	主任医师	王强
5	戚月华	南京鼓楼医院	主任医师	戚月华

单一来源采购方式专业人员签到表

项目名称：电子胃肠内窥镜

签到日期：2026年8月10日




序号	姓名	职务/职称	工作单位	电话/手机	身份证	签名
1	胡益斌	研究员	江苏省人民医院	13813455910	320106196106080455	胡益斌
2	华子明	主任医师	南京市二	13601586884	340504196506020649	华子明
3	刘明	主任医师	南京市第二医院	13605715610	320502197303151524	刘明
4	王志强	副主任医师	南京市第一医院	1881710000	320107196704046959	王志强
5	成月花	主任医师	南京鼓楼医院	13851713259	320104196406311027	成月花

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>胡益斌</u>	
	职称: <u>研究员级高级工程师</u>	
	工作单位: <u>江苏省人民医院</u>	
项目信息	项目名称: 电子胃肠内窥镜	
	供应商名称: 南通富东医疗仪器有限公司	
专业人员论证意见	该院拟采购的电子胃肠内窥镜,必须与医院现有的奥林巴斯胃肠镜图像处理器匹配使用。奥林巴斯内镜主机与镜体采用一体化设计,为厂家独有设计,未对第三方开放。其他品牌内窥镜无法直接接驳使用。主机与内窥镜之间采用专有数字图像传输协议,编解码协议,镜体采集的图像信号需要主机专用算法进行逐层处理。其他品牌镜体无法兼容处理,无法解决。只有原厂配套镜体,才能完整激活主机全部诊疗功能,保证图像分辨率、色彩还原、操控手感与原有镜体完全一致。现有奥林巴斯主机的性价比极高,整体性能稳定可靠,充分使用价值。 综上所述,其他品牌内窥镜不具备兼容使用条件,无法替代产品。建议采用单一来源采购方式从奥林巴斯公司采购内窥镜产品在如东县地区的工作和诊疗应用,由富东医疗仪器有限公司采购。	
专业人员签字	<u>胡益斌</u>	日期 <u>2026</u> 年 <u>8</u> 月 <u>10</u> 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写,一人一份,需填写明确的结论性意见。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘敏	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 南通市第二医院	
项目信息	项目名称: 电子胃肠内窥镜	
	供应商名称: 南通富东医疗仪器有限公司	
专业人员论证意见	该院拟采购的电子胃肠内窥镜, 依 据该院现有的奥林巴斯胃肠镜图像 处理主机匹配使用, 奥林巴斯内镜主机 与镜体采用一体化成套设计, 为厂家专 有专利设计, 未对第三方开放, 其他品牌内 窥镜无法真正做到直接接收使用, 且只有 原厂配套镜体, 才能完整激活主机全部 诊疗功能, 保证图像质量, 操控手感与 原有镜体完全一致。 综上所述, 其他品牌内窥镜不具备兼 容使用条件, 无替代产品, 建议采用单一来源采购方式 从奥林巴斯电子内窥镜产品在如东地区的唯 一授权代理商南通富东医疗仪器有限公司采购	
专业人员签字		日期 2026 年 08 月 10 日


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写, 一人一份, 需填写明确的结论性意见。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>高金海</u>	
	职称: <u>副主任医师</u>	
	工作单位: <u>南京市第一医院</u>	
项目信息	项目名称: 电子胃肠内窥镜	
	供应商名称: 南通富东医疗仪器有限公司	
专业人员论证意见	该医院拟采购的电子胃肠内窥镜, 必须与医院现有奥林巴斯主机配套使用。由于主机与内镜片一体化设计, 属于厂家专有专利, 未对第三方开放。其他品牌的内窥镜无法兼容使用。且其他品牌无法完整激活主机的全部功能, 只有同品牌内窥镜才能确保质量, 操控可靠。 综上所述, 其他品牌内窥镜不具备兼容使用条件。无替代产品。建议采用单一来源方式以奥林巴斯电子胃肠内窥镜在如左地在让一授权代理商南通富东医疗仪器有限公司采购。	
专业人员签字	<u>高金海</u>	日期 <u>2016</u> 年 <u>8</u> 月 <u>10</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写, 一人一份, 需填写明确的结论性意见。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 华之峰
	职称: 副主任医师
	工作单位: 南通市现
项目信息	项目名称: 电子胃肠内窥镜
	供应商名称: 南通富东医疗仪器有限公司
专业人员论证意见	我院现有奥林巴斯胃肠镜设备运行状态良好,可继续承担胃肠镜检查。因临床业务增长,需新增电子结肠镜,内窥镜及电子活检仪,经院内论证,奥林巴斯胃肠镜一体机,约款采购,研究论证,奥林巴斯原厂同品牌内窥镜设备。 本品牌内窥镜与设备一体化成套设计,接口外形,导线接口,电气接口,针柄接口,对接三方接口。其他品牌无法对接。数字通信协议,图像处理算法,软件应用,其他品牌无法兼容。保障临床诊断质量,数据安全。这一系列设备,运行风险,维护可置成本之,整体状态良好。仅场配及厂软件,是经济之款,列用已有设备。 综上所述,现有奥林巴斯胃肠镜一体机在硬件接口,通信协议,图像处理算法,软件应用,其他品牌无法兼容。本品牌内窥镜与设备一体化成套设计,接口外形,导线接口,电气接口,针柄接口,对接三方接口。其他品牌无法对接。数字通信协议,图像处理算法,软件应用,其他品牌无法兼容。保障临床诊断质量,数据安全。这一系列设备,运行风险,维护可置成本之,整体状态良好。仅场配及厂软件,是经济之款,列用已有设备。 综上所述,现有奥林巴斯胃肠镜一体机在硬件接口,通信协议,图像处理算法,软件应用,其他品牌无法兼容。本品牌内窥镜与设备一体化成套设计,接口外形,导线接口,电气接口,针柄接口,对接三方接口。其他品牌无法对接。数字通信协议,图像处理算法,软件应用,其他品牌无法兼容。保障临床诊断质量,数据安全。这一系列设备,运行风险,维护可置成本之,整体状态良好。仅场配及厂软件,是经济之款,列用已有设备。
专业人员签字	 华之峰 日期: 2026年8月10日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写, 一人一份, 需填写明确的结论性意见。