评 委 专 家 签 到 表

项目名称	江苏省血吸虫病防治研究所2026年所需DDIA试纸条采购项目				论证地点	南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座9层洽谈室4	
采购单位	江苏省血吸虫病防治研究所			项目编号	JSZC-320000-JCEC-G2026-0369（JD066026N3ZC03240）	论证日期	2026.10.14
序号	姓名	性别	出生年月	技术职称	工 作 单 位	联 系 电 话	
1	邹加林	男	1977.9	高2	东南大学	13073431231	
2	谢成文	女	1969.12	高含	江苏省水利科学研究院	18913925880	
3	韩鸿毅	女	1976.)	高级.	南京市疾控	13851577927	
4							
5							

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：	杨鸿毅
	职称：	高商
	工作单位：	南京市疾控
项目信息	项目名称：江苏省血吸虫病防治研究所2026年所需DDIA试纸条采购项目 项目预算：210万元	
	供应商名称：无锡赛德科技开发有限公司	
专业人员论证意见	江苏省血吸虫病防治研究所拟采购的DDIA试纸条35万人份，用于基层疾控机构使用。 结合本项目已在江苏政府采购网公布2次招标公告，且均仅有唯一供应商：无锡赛德科技开发有限公司参与本项目投标。本项目招标过程已充分公开，且仅有唯一供应商进行投标响应。该公司投标产品采用胶体染料试纸条法，方法操作简便、快速，无需特殊仪器设备，能让基层疾控机构使用并完成检测工作，本项目其他技术参数设置科学合理，不具备倾向性。 根据《政府采购法》第三十一条中第一项要求，本项目已公开后仅有唯一供应商响应投标，因此建议本项目采用单一来源采购方式组织采购。	
专业人员签字 杨鸿毅		日期： 2026 年 10 月 14 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

<table>
<tr><td rowspan="3">专业人员信息</td><td>姓名：</td><td colspan="2">谢雨秋</td></tr>
<tr><td>职称：</td><td colspan="2">高会</td></tr>
<tr><td>工作单位：</td><td colspan="2">江苏省血吸虫病防治研究所</td></tr>
<tr><td>项目信息</td><td colspan="3">项目名称：江苏省血吸虫病防治研究所2026年所需DDIA试纸条采购项目
项目预算：210万元</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">供应商名称：无锡赛德科技开发有限公司</td></tr>
<tr><td>专业人员论证意见</td><td colspan="3">江苏省血吸虫病防治研究所拟采购2026年所需DD2A试纸条3.5万人份，试纸用途为日常科研及检验使用。该试纸需求以胶体金料标记抗原(微相)，应用层析对抗体间接法的原理检测血清中的抗血吸虫抗体(IgG)，检测过程中不需要特殊的仪器设备。本项目技术参数设置科学合理，符合实际使用需求，无倾向性技术参数不具备倾向性。
由于本项目已在江苏政府采购网发布2次招标公告，且均仅有唯一供应商：无锡赛德科技开发有限公司参与本项目投标。本项目招标过程已充分公开，且仅有唯一供应商投标响应，根据《政府采购法》第三十条第一项要求，本项目充分公开后仅有唯一供应商响应投标，因此建议本项目采用单一来源采购方式组织采购。</td></tr>
<tr><td>专业人员签字

谢雨秋</td><td></td><td colspan="2">日期： 2026 年 10 月 14 日</td></tr>
</table>

单一来源采购方式专业人员论证意见

<table>
<tr><td rowspan="3">专业人员信息</td><td>姓名：</td><td colspan="2">邹加林</td></tr>
<tr><td>职称：</td><td colspan="2">高2</td></tr>
<tr><td>工作单位：</td><td colspan="2">东南大学</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目信息</td><td colspan="3">项目名称：江苏省血吸虫病防治研究所2026年所需DDIA试纸条采购项目
项目预算：210万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">供应商名称：无锡赛德科技开发有限公司</td></tr>
<tr><td>专业人员论证意见</td><td colspan="3">本次拟采购35万人份DDIA试纸条，主要用于日常科研和检验使用。本项目技术参数设置科学合理，符合实际使用需求，不具有倾向性。结合本项目已在江苏省政府采购网发布2次采购公告，且均为唯一供应商。本项目招标过程已完成，且均仅响应一供应商进行投标响应，根据《政府采购法》相关文件规定，建议本项目采用单一来源采购方式组织采购。</td></tr>
<tr><td>专业人员签字</td><td>邹加林</td><td colspan="2">日期： 2026 年 10 月 14 日</td></tr>
</table>

附件：江苏省血吸虫病防治研究所2026年所需DDIA试纸条采购项目配置参数及采购过程记录

一、采购过程记录

江苏省血吸虫病防治研究所委托江苏省设备成套股份有限公司代理本项目采购。

2026年8月31日，本项目在江苏政府采购网发布首次招标公告，至招标文件规定投标截止时间2026年9月21日10:30，苏采云系统开标后仅有1家单位响应投标（供应商为：无锡赛德科技开发有限公司），本项目废标，并于2026年9月22日发布了本项目废标公告。

2026年9月23日，本项目在江苏政府采购网发布二次招标公告，至招标文件规定投标截止时间2026年10月14日10:30，苏采云系统开标后仅有1家单位响应投标（供应商为：无锡赛德科技开发有限公司），本项目废标。

项目招标文件内容不存在差别歧视待遇、资格条件设置不合理等情形，以及招标程序符合规定。

二、本产品技术规格、参数：

1、试剂用途：以胶体染料标记抗原（液相），应用层析式抗体间接法的原理检测血清中的抗血吸虫抗体(IgG)。方法操作简便，快速，检测过程中不需要特殊的仪器设备，适合基层疾控机构使用。

2、检测方法：胶体染料试纸条法

3、检测类型：检测人血清血吸虫抗体（IgG）

4、检测样本：血清

5、敏感性，特异性：≥95%

6、检测时间：＜15分钟

7、包装：48人份盒包装

8、质保期：产品质保期不低于6个月

三、交付及售后服务要求

交付时间：合同签订后3个月内全部交付使用

付款方式：合同签订支付合同金额的50%，供货完成并验收合格支付剩余的50%。

供应商需根据本项目特点提供对应售后服务方案，包括但不限于：售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况、备品备件的承诺。

并根据采购人要求，提供对采购人专业人员的培训方案及计划。

论证专家签字：