建湖县人民医院救护车采购项目更正公告（二）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320925-SQGC-G2026-0033

原公告的采购项目名称：建湖县人民医院救护车采购项目

首次公告日期：2026-11-11

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

1、对本项目采购文件第三章 招标内容及要求二、技术要求及相关说明（二）技术参数要求（一）总体需求 1、整车性能与基础配置调整为“救护车各项性能应达到国家或行业标准要求的轻型客车指标，配置应符合卫生行业标准《救护车（WS/T 292—2008）》的规定；采用手动挡柴油发动机、LED 灯、客车底盘、真皮座椅，医疗舱具有负压过滤消毒系统”；（二）技术参数要求 2、车辆技术要求 2.11 技术要求调整为“**额定功率：≥105kW**”；（二）技术参数要求 3、医疗舱及改装 3.1 基本要求调整为“医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应符合汽车内饰材料特性的要求。医疗舱内饰材料应全部模具一次成型工艺，ABS 塑料材料应具有无异味、无毒、安全性强等优点。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑，禁止使用板材拼接工艺”，**详见更正后的招标文件。**

2、投标截止时间、开标时间更正为：2026 年 12 月 7 日 09:00 时。

更正日期：2026-11-19

三、其他补充事宜

各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网上的更正或补充通知为准。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：建湖县人民医院

单位地址：建湖县南环路 666 号

联系人：韩先生

联系电话：0515-80615356

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏双清工程造价咨询有限公司

单位地址：建湖县湖中南路天铂·铂金街（建湖宝龙广场）11 幢二楼 207

联系人：姜先生

联系电话：0515-80663088

3.项目联系方式

项目联系人：姜先生

电话：0515-80663088

五、附件（适用于更正中标、成交供应商）

无