单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：[illegible]	
	职称：高级工程师	
	工作单位：江苏省中医院	
项目信息	项目名称：泰州市人民医院西门子设备维保服务采购项目	
	供应商名称： 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	西门子原厂维保，属于高精端设备大型工用影像设备，设备底层软件系统、周边医处软件、通信协议、技术参数等为西门子自有技术受知识产权保护，未开放给第三方维保权限，技术参数及为唯一指标工具 (一)软件系统与应用第三方无此权限； (二)实时等第三方基本无法获取； (三)第三方缺乏专业、专用工具、无法操作大型影像设备长远。 综上，建议采用单一来源方式维保第三方	
专业人员签字	[illegible]	日期2026年1月17日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

<table>
<tr><td rowspan="3">专业人员信息</td><td colspan="2">姓名：</td></tr>
<tr><td colspan="2">职称：副主任技师</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作单位：泰州市人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目信息</td><td colspan="2">项目名称：泰州市人民医院西门子设备维保服务采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">供应商名称：西门子医疗系统有限公司</td></tr>
<tr><td>专业人员论证意见</td><td colspan="2">采购单位所使用的西门子设备（含DR、硬X机、CT等均为医院重点影像设备，其控制系统、软件、算法等均未向第三方开放。第三方机构无法获得软件及权限。非原厂的任何导致图像失真及相关风险，不符合大型医用设备及放射卫生监管要求。同时该设备承担急诊，肿瘤等重点临床任务，为保障设备诊断精度、医疗安全，须由原厂提供维修。本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项规定，采用单一来源方式采购。</td></tr>
<tr><td>专业人员签字</td><td></td><td>日期2026年1月17日</td></tr>
</table>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：杨俊	
	职称：高级工程师	
	工作单位：南京医科大学第二附属医院	
项目信息	项目名称：泰州市人民医院西门子设备维保服务采购项目	
	供应商名称： 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	该型号设备属于高精尖大型医用影像设备，原厂商第三方开设权限及源码之外，且核心软件专机专用，不可替代，同时兼容其他品牌设备的渠道分销模式，同原厂分销的保留有连续性，建议对该设备服务采用原厂维保为宜。	
专业人员签字	杨俊	日期2026年11月17日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。