单一来源论证专家信息登记表

日期：　　年　月　日

序号	姓名	职务/职称	工作单位	身份证号码	电话/手机
	许[illegible]	高2	81部[illegible]	320103195711239512	13701460103
	金[illegible]	高2	江苏省中西医结合	320105197104161233	13372018675
	周[illegible]	高2	454[illegible]	320131968094169511	13851802848

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：周永	
	职称：高	
	工作单位：454医院	
项目信息	项目名称：兴化市人民医院内镜中心胃镜1根+肠镜1根 单一来源采购项目	
	供应商名称：上海远湖贸易有限公司	
专业人员 论证意见	该院在用的富士VP-7000电子胃肠镜系统为成套设备，镜体必须配合主机使用，第三方无兼容。 富士公司是本地区指定经销商提供设备，具备合法进货渠道、售后体系，技术通具有独占性。 因此，单纯采购富士镜体符合会从唯一性主高采购的情形，建议采用单一来源方式。	
专业人员签字	周永	日期：

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：[illegible]	
	职称：副主任技师	
	工作单位：江苏省中西医结合	
项目信息	项目名称：兴化市人民医院内镜中心胃镜1根+肠镜1根 单一来源采购项目	
	供应商名称：上海远湖贸易有限公司	
专业人员 论证意见	本次采购胃肠镜为现有富士 VP-7000主机平台配套设施。为保证BLI、LCI等特色诊断技术全部呈现，不同品牌内镜协议、光学参数不互通。品牌垄断属于拥有专利技术，上海远湖贸易有限公司是富士在当地唯一授权经销商，维的提供原厂全新设备、配套质保以及原厂技术。 综合临床安全、设备合规管理要求，本次同意单一来源采购，建议向该供应商采购。	
专业人员签字	[illegible]	日期：

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：许高	
	职称：高级工程师	
	工作单位：81医院	
项目信息	项目名称：兴化市人民医院内镜中心胃镜1根+肠镜1根 单一来源采购项目	
	供应商名称：上海远湖贸易有限公司	
专业人员 论证意见	该院采购的系统要求具备 LCI色彩增强、BLI窄光增强功能 上述功能依赖与主机匹配。该院使用 富士VP-7000主机、非富士镜体无法使 用增强成像功能。其他品牌镜体 无法匹配富士VP-7000主机要求。 建议采用单一来源采购。	
专业人员签字	许高	日期：2026-10

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。