

常州市第一人民医院电子消化道内窥镜采购项目

单一来源采购论证专家签到表

时间：2025 年 12 月 9 日

专家姓名	职务职称	工作单位	联系电话
孙洪	工程师	常州市第一人民医院	13961285287
仇其	主管药师	常州市第一人民医院	13912339765
姜伟	高级工程师	常州市中医院	13861008985

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>蒋文</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>常州市第一人民医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>常州市第一人民医院电子消化道内窥镜采购项目</u>	
	供应商名称: <u>上海远湖贸易有限公司</u>	
专业人员论证意见	采购人因业务发展需要,需采购2根电子上消化道内窥镜、2根电子结肠内窥镜,由于目前在用胃肠镜主机品牌为日本富士,该套设备属于精密光学仪器,需按现有主机品牌采购适配的电子消化道内窥镜匹配使用。富士为日本原装进口品牌,上海远湖贸易有限公司是富士指定本项目特约代理商,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定,本次采购符合单一来源方式采购。与上海远湖贸易有限公司开展单一来源采购谈判。	
专业人员签字	<u>蒋文</u>	日期 <u>2025年12月9</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 仇 明	
	职称: 主管医师	
	工作单位: 常州市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 常州市第一人民医院电子消化道内窥镜采购项目	
	供应商名称: 上海远湖贸易有限公司	
专业人员论证意见	该院原有一套日本原装进口(富士)电子消化道内窥镜主机, 现需增加2套电子上消化道内窥镜和2套电子结肠内窥镜, 为保证与原有主机项目的一致性和配套服务要求, 建议该项目采用单一来源方式采购, 与进口代理商上海远湖贸易有限公司进行谈判。	
专业人员签字	仇 明	日期 2025年12月9日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 	
	职称：高级工程师	
	工作单位：常州市中医医院	
项目信息	项目名称：常州市第一人民医院电子消化道内窥镜采购项目	
	供应商名称：上海远湖贸易有限公司	
专业人员论证意见	该设备属于精密光学仪器，对设备操作性能及安全性有极高要求且医院现有的电子消化道内窥镜主机必须与品牌型号适配的电子消化道内窥镜匹配使用，故需采购与富士主机适配型号内窥镜，为保证与原有主机一致性建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字		日期 2025年 12月 9日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。