

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 金华兴	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 江苏省中西医结合医院	
项目信息	项目名称: 兴化市人民医院电子胃镜、电子肠镜	
	供应商名称: 上海远湖贸易有限公司	
专业人员论证意见	经对采购需求、设备现状及政策要求,论证意见如下: 1. 项目为特定品牌采购需求 富士VP-7000电子胃肠镜属大型三类医疗器械,其组成部件不得自行更换为非原厂零件,否则可待导致设备注册状态变更,属于违规行为 2. 专有技术及服务不可替代性。 富士镜体为富士公司专利设备,其结构、材料、制造工艺均为专有技术,第三方产品不兼容主机。 3. 专有技术和服务的独占性。 富士公司在南京地区仅授权一泓经销商提供设备,具备合法进货渠道、售后服务,该渠道具备独占性。 从政策法规、医疗器械注册管理、医院使用风险防范角度,本项目完全符合“只能从唯一供应商处采购”的情形,应采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	金华兴	日期 20 年 12 月 3 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：胡益斌	
	职称：研究员级高工	
	工作单位：江苏省人民医院	
项目信息	项目名称：兴化市人民医院电子胃镜、电子肠镜	
	供应商名称：上海远湖贸易有限公司	
专业人员论证意见	该院拟采购的电子胃镜、电子肠镜要求具备LCI色彩增强、BLI蓝光增强功能。而上述功能均依赖镜体本身的严格匹配，该院现使用富士VP-7000主机，非富士镜体无法启用增强成像功能。富士镜体采用富士独有的CMOS传感器、色彩处理及增强算法、精密弯曲控制体系、特殊光学透镜结构，而其他品牌的镜体在图像锐度、色彩还原、曲线控制等方面均达不到富士主机要求。只有富士原厂镜体可以确保图像安全、诊断准确，并且是原厂保修。因此，建议采用单一来源采购方式从富士公司在兴化市的唯一授权的上海远湖贸易有限公司采购。	
专业人员签字	胡益斌	日期 20 年 12 月 3 日

专家2论证意见

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王珂
	职称: 正高工
	工作单位: 南京市溧水区人民医院
项目信息	项目名称: 兴化市人民医院电子胃镜、电子肠镜
	供应商名称: 上海远湖贸易有限公司
专业人员论证意见	该院申购的电子胃肠镜需与原富士主机相匹配,任何非富士品牌的镜子在图像、光学、接口识别等方面无匹配。 富士图像传感器,425D多光谱光源,色彩增强等技术均未开放,因此其他品牌均不可替代。 进口品牌实行区域独家授权,经医院调研及富士厂家确认,上海远湖贸易有限公司为富士厂家授权的兴化市区唯一供应商。 故该项目在功能方面、不可替代性等方面均符合从唯一性采购,因此建议采用单一来源方式采购。
专业人员签字	王珂 日期 2025年12月3日

