






无锡市检验检测认证研究院 600kV 工业 CT X 射线管采购项目

评标委员会意见



江苏省设备成套股份有限公司受无锡市检验检测认证研究院委托，就其 600kV 工业 CT X 射线管采购项目（编号：JSZC-320200-JCEC-G2025-0399）进行公开招标采购。本次采购标不在江苏省集中采购目录中，预算为 195 万元人民币，达到无锡市分散采购限额（50 万元），按照政府采购实施采购。本项目于 2025 年 8 月 22 日在“江苏政府采购网”上发布了招标公告，至投标截止时间 2025 年 9 月 12 日 13 点 30 分，在苏采云递交了响应文件的供应商不足 3 家。

评标委员会对采购文件认真审查后认为：“采购文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定”，参照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四章第四十三条规定，评标委员会建议本次采购变更为单一来源采购方式继续实施采购。

评标委员会：



政府采购方式变更意见表

采购方式 变更内容 及理由	江苏省设备成套股份有限公司受无锡市检验检测认证研究院委托，就其600kV工业CT X射线管采购项目（编号：JSZC-320200-JCEC-G2025-0399）进行公开招标采购。本次采购标不在江苏省集中采购目录中，预算为195万元人民币，达到无锡市分散采购限额（50万元），按照政府采购实施采购。本项目于2025年8月22日在“江苏政府采购网”上发布了招标公告，至投标截止时间2025年9月12日13点30分，在苏采云递交了响应文件的供应商不足3家。 评标委员会对采购文件认真审查后认为：“采购文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定”，参照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四章第四十三条规定，评标委员会建议本次采购变更为单一来源采购方式继续实施采购。
政府采购 评审专家 意见	 二〇二五年九月十二日
代理机构 意见	 二〇二五年九月十二日
采购人 审批意见	二〇 年 月 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>孙华</u>	
	职称: <u>高级实验师</u>	
	工作单位: <u>无锡疾控</u>	
项目信息	项目名称: <u>无锡市检验检测认证研究院 600kV 工业 CT X 射线管采购项目</u>	
	供应商名称: <u>无锡联发易创科技有限公司</u>	
专业人员论证意见	至投标截止 2025. 9.12 13:30, 项目在招标云递交了响应文件供应商仅 3 家。满足“与 X LON Y-CT Modular 设备兼容”条件的物不具备竞争性。经前期调研仅有 comet 品牌产品能与 X LON Y-CT Modular 工业配套使用。评标委员会对采购文件认真审查后认为:“采购文件没有不合理条款, 招标公告时间及程序符合规定”, 参照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四章第四十三条规定, 及《政府采购法》第三十条第(一)款建议本次采购变更为单一来源采购向该设备品牌方采购。	
专业人员签字	<u>孙华</u>	日期 <u>2025 年 9 月 12 日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王建成	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 江苏信息职业技术学院	
项目信息	项目名称: 无锡市检验检测认证研究院 600kV 工业 CT X 射线管采购项目	
	供应商名称: 无锡联发易创科技有限公司	
专业人员论证意见	本项目于2025年8月22日在江苏省采购网发布招标公告, 至投标截止时间2025年9月12日13点30分, 在苏采云递交了12响应文件供应商不足3家。经对采购文件认真审查认为: 采购文件没有不合理条款, 招标公告时间及程序符合规定, 参考财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四章第四十三条规定及《政府采购法》第三十一条第(一)款建议本次采购变更为单一来源采购方式向原品牌方采购。	
专业人员签字	王建成	日期 2025年 9月12日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 赵腾	
	职称: 高工	
	工作单位: 无锡市建筑工程质量检测中心	
项目信息	项目名称: 无锡市检验检测认证研究院 600kV 工业 CT X 射线管采购项目	
	供应商名称: 无锡联发易创科技有限公司	
专业人员论证意见	本项目在苏采云递交响应文件的供应商不足3家, 满足“与YXLON Y. CT Modular 设备兼容”标的物不具备竞争性, 采购文件中没有不合理条款. 招标时间及程序符合规定, 依据《政府采购法》第三十一条第(一)款, 建议本次采购变为单一来源采购方式继续向原品牌商实施采购。	
专业人员签字	赵腾	日期 2025年9月12日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姜建平
	职称: 高工
	工作单位: 无锡建仪仪器机械有限公司
项目信息	项目名称: 无锡市检验检测认证研究院 600kV 工业 CT X 射线管采购项目
	供应商名称: 无锡联发易创科技有限公司
专业人员论证意见	本项目于2025年8月22日在“江苏政府采购网”上发布了招标公告,至投标截止时间2025年9月12日13时30分,在江苏政府采购网在文中标人数量不足三家。满足与“YXLONY CT Modular 设备兼容”条件的物确实不具备竞争性,符合采购人前期调研情况——仅有 Comet 品牌产品能与原 YXLONY CT Modular 工业CT配套使用。评标委员会对投标文件认真审查后认为:“投标文件没有不合理条款,招标公告时间及程序符合规定”。参照财政部“政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四章第四十三条规定,及《政府采购法》第三十一条第一款建议本次采购变更为单一来源采购方式继续采购 Comet 品牌产品。
专业人员签字	姜建平 日期 2025年 9月12日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>陆正清</u> 职称: <u>工程师</u> 工作单位: <u>无锡海关</u>	
项目信息	项目名称: 无锡市检验检测认证研究院 600kV 工业 CT X 射线管采购项目 供应商名称: 无锡联发易创科技有限公司	
专业人员论证意见	本项目于 2025 年 8 月 22 日在“江苏政府采购网”上发布了招标公告, 至投标截止时间 2025 年 9 月 12 日 15 点 0 分, 在苏采云通过了响应的文件以供应商不足三家。满足与 YX LONG CT Modular 设备兼容。经标以物确实又具备竞争性, 符合采购人前期调研情况——仅有 Comet 品牌产品能与原 YX LONG CT Modular 之工业 CT 配套使用。评标委员对采购文件认真审查后认为: “采购文件没有不合理条款, 招标公告时间及程序符合规定。” 参照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四章第四十三条规定及《政府采购法》第三十一条第 (一) 款建设本次采购变更为单一来源采购方式继续向 Comet 品牌授权商无锡联发易创科技有限公司实施采购 (该公司为设备生产商 Comet Yxlon GmbH 在中国总	
专业人员签字	<u>陆正清</u>	日期 2025 年 9 月 12 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。