

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 金华兴	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 江苏省中西医结合医院	
项目信息	项目名称: 1.5T 核磁共振系统维修保养服务单一来源采购项目	
	供应商名称: 南京美施康灵科贸有限公司	
专业人员 论证意见	根据省财政厅规定的单一来源采购适用条件,我认为泰州姜堰中医院在采购1.5T核磁共振维保服务采用单一来源采购的方式是合理且必要的。理由如下:该设备的功特定位决定了必须使用GE公司提供的专有技术服务而非采购人主观认为;GE公司独有的技术和服务功特无法通过其他品牌或技术替代,因此本项目的维保服务无法通过其他品牌或供应商满足具有明显的不可替代性;GE公司是设备唯一原厂制造商,其提供的维保服务包括对专有软硬件的更新、修复等功能,其他供应商无法提供同等水平的维修保养。 综上所述,基于设备的技术属性、专有技术的不可替代性及产品的独占性,采用单一来源采购方式完全符合省财政厅规定的适用情形。	
专业人员签字	金华兴	日期2025年6月30日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 胡登斌	
	职称： 研究员级高工	
	工作单位： 江苏省人民医院	
项目信息	项目名称： 1.5T 核磁共振系统维修保养服务单一来源采购项目	
	供应商名称： 南京美施康灵科贸有限公司	
专业人员 论证意见	我对泰州市姜堰中医院提出的1.5T核磁共振系统维修保养服务单一来源采购方式进行综合审查,认为其合理性符合以下条件: 1. 该院1.5T核磁共振系统的所有核心技术(如超导液氨监测、后处理软件的修正与更新等)在全球范围内仅由GE公司提供。其他任何品牌的设备无法提供完全本国的技术服务。本项目必须使用指定的专有技术和专有服务。 2. GE公司为核磁共振系统提供的硬件和软件服务无法被其他厂商的技术所替代,尤其在超导液氨的监测、实时预警系统等方面。只有GE公司能够提供专门的技术保障。其专有技术和专有服务无可替代性。 3. GE公司是该设备唯一的原厂制造商,其生产工艺、专利技术和服务体系决定了其他供应商无法提供相同的服务保障。 因此,综上所述,泰州市姜堰中医院的单一来源采购方式完全符合且符合财政部关于单一来源采购的相关规定,采用此方式是合理且必要的。	
专业人员签字	胡登斌	日期 2025年 6月30日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 岳卫荣	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 南京市口腔医院	
项目信息	项目名称: 1.5T 核磁共振系统维修保养服务单一来源采购项目	
	供应商名称: 南京美施康灵科贸有限公司	
专业人员 论证意见	通过对泰州市善堰中医院采购1.5T核磁共振系统维修保养服务的材料及情况进行审查,结合财政厅对单一来源采购的相关规定,得出以下结论: 1. 该设备所涉及的磁共振成像系统采用了GE公司独有的磁体、梯度线圈、射频技术及相关软件,具有不可替代的技术功能。设备功能的定位决定了必须使用GE公司的专有技术和原厂维护服务。 2. GE公司为该核磁共振系统提供的硬件和软件服务无法被其他厂商的技术所替代,尤其在超导液氮的监测、实时预警系统等方面只有GE公司能够提供专门的技术保障,其技术和服务具有不可替代性。 3. GE公司的技术和产品具有独占性,南京美施康灵科贸有限公司作为GE售后服务的授权经销商,具备唯一资质提供GE设备的原厂维修保养服务,无法由其他第三方供应商替代。 综上所述,基于以上三条条件,采用单一来源采购方式来保障1.5T核磁共振系统的维修保养服务具有合理性和必要性,完全符合省财政厅关于单一来源采购的规定。	
专业人员签字	岳卫荣	日期 2025年 6月 30日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源论证专家信息登记表

日期： 年 月 日

[illegible]