

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：余明华	
	职称：副主任医师	
	工作单位：南部两和医院	
项目信息	项目名称：海门第六人民医院采购 CT 球管项目	
	供应商名称：江苏领恒医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	本项目拟采购的 GE Optima 540 CT 球管使用球管，由于该球管为液态金属轴承球管，目前仅 GE 原厂可以生产与之匹配的球管产品，为保证设备使用安全性及临床诊断影像质量，只能向 GE 原厂或其经销商采购配套的液态金属轴承球管。 项目实行单一来源采购符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款和第三款之规定。 综上所述，贵院的 CT 球管采购建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	余明华	日期 2025 年 7 月 21 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 刘永军	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 海门市第一人民医院	
项目信息	项目名称： 海门第六人民医院采购 CT 球管项目	
	供应商名称： 江苏领恒医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	本项目采购的球管为 GE Dptima 5V0 CT 配套使用球管，由于该款设备使用：球管为液态金属轴承球管，经市场调研，发现 GE 原厂可以生产与之匹配的球管产品，为保证设备使用稳定性和使用寿命，特向 GE 原厂或其授权的经销商采购配套的液态金属轴承球管。 该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款第三项之规定：‘‘继续上述：贵院：CT 球管采购连续使用单一来源采购方式。	
专业人员签字	刘永军	日期 2025 年 7 月 21 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：周才奎	
	职称：主任技师	
	工作单位：南京市玄武区CDC	
项目信息	项目名称：海门第六人民医院采购CT球管项目	
	供应商名称：江苏领恒医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该项目采购标的为GE Optima 540CT 配套使用球管，由于该款设备使用 的球管为液态金属轴承球管，目前 仅GE原厂可以生产与之匹配的球管产 品，为保证设备使用安全性及临床诊断 影像质量，特意向GE原厂或其经销商 采购配套的液态金属轴承球管。 项目实行单一来源采购符合《中华人 民共和国政府采购法》第三十一条第 一款和第三款之规定，建议采用单一来源采购。	
专业人员签字	周才奎	日期25年7月21日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。