


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘明	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 南京市第一医院	
项目信息	项目名称: 电子肠镜	
	供应商名称: 南通富东医疗仪器有限公司	
专业人员论证意见	该院内镜中心使用的是奥林巴斯CF-290 西后, 使用频繁, 已不能满足临床需求, 需增加肠镜1根, 因此产品为专用 产品, 其他品牌产品无法兼容, 建议 采购奥林巴斯CF-290H肠镜, 南通 富东医疗仪器有限公司为该地唯一 代理商, 建议采购方式采用单一来源谈 判	
专业人员签字		日期 2025 年 1 月 29 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 高俊梁
	职称: 高级会计师
	工作单位: 南通市第一医院
项目信息	项目名称: 电子肠镜
	供应商名称: 南通富东医疗仪器有限公司
专业人员论证意见	论证理由: 奥林巴斯胃肠镜主机 CV-270 现需增加电子肠镜, 为降低产品的维修成本, 稳定性, 主台采用现有机, 节约购置成本, 建议采购第一方式从南通富东医疗仪器有限公司采购, 南通富东医疗仪器有限公司,
专业人员签字	高俊梁 日期 2025 年 1 月 29 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>邱勤</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>江苏省中医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>电子肠镜</u>	
	供应商名称: <u>南通富东医疗仪器有限公司</u>	
专业人员论证意见	该院拟采购电子肠镜以满足诊疗需求。由于电子肠镜需配套在主机上使用,目前该院在用的是奥林巴斯内镜主机,仅有同品牌的内镜方能配套在该主机上使用,其它品牌无法兼容。由于该设备不属于国家法律法规明确限制进口产品,建议采用单一来源方式采购该设备。	
专业人员签字	<u>邱勤</u>	日期 <u>2025</u> 年 <u>1</u> 月 <u>29</u> 日