



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 蒋永春	
	职称： 副研究员	
	工作单位： 常州市第一人民医院	
项目信息	项目名称： 常州市第一人民医院两台西门子彩超维保	
	供应商名称： 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	本次维保对设备的操作性能及安全性有严格要求，对零配件的安全性、正规性，产品质量、维修人员的技能以及维保项目有特别高的要求。 建议原厂可进行定期的维护保养，及时的维修响应同时提供可靠配件，保证备件规格的统一。经原厂评估。 综上所述，建议该项目采用单一来源方式采购。	
专业人员签字		日期 2025 年 9 月 25 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <u>李刚</u>	
	职称： <u>高工</u>	
	工作单位： <u>重庆市武隆公路局</u>	
项目信息	项目名称： <u>二院两台西门子移动DR维保项目</u>	
	供应商名称： <u>西门子医疗系统有限公司</u>	
专业人员论证意见	重庆市第二人民医院之移动DR为西门子品牌，为保障提供可靠的维保配件，减少故障，尽可能减少故障风险。 综上，该项目建议采用原厂配件式维护。	
专业人员签字		日期 <u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>25</u> 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 徐军英	
	职称： 副主任医师	
	工作单位： 常德市第二人民医院	
项目信息	项目名称： 常德市第二人民医院两台西门子移动DR维修项目	
	供应商名称： 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	本次维保对设备的操作性及安全性能有更高的要求,对零配件的安全性、正规性、产品质量、维修人员的技能以及维修工具有着特别之要求。专业的原厂售后进行定期的维护保养,及时的维修响应同时提供可靠的维修配件,保证备件规格的统一,符合原厂标准,可保障医院工作的正常开展,尽可能的减少故障隐患。 综上所述,为保证与原有设备配套服务的一致性,故本项目建议采用单一来源方式采购,与西门子医疗系统有限公司进行谈判。	
专业人员签字	徐军英	日期 2025 年 9 月 25 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。