

单一来源专业人员论证意见表

采购单位：镇江市第四人民医院

项目名称	医用诊断 X 射线管组件 (CT 球管)
采购预算	70 万元
专业人员 论证意见	镇江市第四人民医院现用的 CT，生产商为美国通用电气公司 (GE)，《中华人民共和国医疗器械注册证》的医疗器械注册证记录的产品名称结构及组成中明确有注明 X 射线管，即球管为 CT 产品主要部件之一，球管不是单独存在使用的设备，它必须与 CT 主机匹配，才能保证设备运行安全和成像质量，故根据相关规定，只允许采用单一来源采购，而且采购进口产品。 专业人员姓名：丁红枫 工作单位：江苏同美医疗科技 职 称：高 级 日 期：2025.9.17



单一来源专业人员论证意见表

采购单位：镇江市第四人民医院

项目名称	医用诊断 X 射线管组件 (CT 球管)
采购预算	70 万元
专业人员 论证意见	医院使用的 CT 产品为美国通用产 (GE 64 排), 球管作为 CT 产品的核心部件, 需与 CT 整机相匹配才能保证设备的正常运行和更佳图像质量 而该球管生产商为美国通用电气公司 (GE 公司), 为进口产品 需从 GE 公司购买. 综上所述, 建议采用单一来源方式采购. 专业人员姓名: 刘建国 职 称: 工程师 工作单位: 镇江市第四人民医院 日 期: 2021.9.17



单一来源专业人员论证意见表

采购单位：镇江市第四人民医院

项目名称	医用诊断X射线管组件 (CT球管)
采购预算	70 万元
专业人员 论证意见	《中华人民共和国医疗器械注册证》之医疗器械产品注册登记表内“产品性能结构及组成”中明确给出“射线管”即球管为CT产品主要配件之一，球管不是单独存在能使用的设备，要达到和CT整机匹配，才能保证设备运动安全和更佳的图像质量。所以建议采用单一来源采购。 专业人员姓名：仲晓中 职 称：副主任医师 工作单位：镇江市中医院 日 期：2025-09-17



单一来源专业人员论证意见表

采购单位：镇江市第四人民医院

项目名称	医用诊断X射线管组件（CT球管）
采购预算	70万元
专业人员 论证意见	该单位目前使用的为美国通用电气公司(GE)的CT。由于球管为CT产品的主要部件之一，不是单独存在能使用的设备。为了达到和CT整机匹配以保证设备运行安全和更佳图像质量，应采购和该设备匹配度一致的球管。该球管为进口产品，且为原厂供货，故建议采用单一来源采购。 专业人员姓名： 职 称：  医师 工作单位：  日期：2015-9-11



单一来源专业人员论证意见表

采购单位：镇江市第四人民医院

项目名称	医用诊断 X 射线管组件 (CT 球管)
采购预算	70 万元
专业人员 论证意见	市医院使用 Lightspeed VcT x 线计算机断层扫描仪 (CT)。制造商为美国通用电气公司 (GE 公司)。 中华人民共和国国家知识产权局《专利法》规定：“本法所称的发明创造是指新颖性、创造性、实用性”即指 CT 产品主要部件之一。球管不是单独使用，只能在使用的场合。医生利用 CT 整机系统，才能得以使用。因此球管和更复杂的系统质量。球管是 CT 的重要组成部分。CT 对球管有严格的要求和匹配性要求。为保障系统的使用寿命，球管和球管的匹配及维护至关重要。建议采用单一系统的方案。
专业人员姓名：	官明
工作单位：	市医院
职 称：	工程师
日 期：	2015.9.17



单一来源专业人员论证意见表

采购单位（盖章）：镇江市第四人民医院

项目名称	医用诊断 X 射线管组件（CT 球管）
采购预算	70 万元
专业人员 论证意见	镇江市第四人民医院现使用的 Lightspeed VCT X 线计算机断层扫描仪（CT），生产商为美国通用电气公司（GE 公司）。《中华人民共和国医疗器械注册证》之医疗器械产品注册登记表的“产品性能结构及组成”中明确指明“X 射线管”即球管为 CT 产品主要部件之一。球管不是单独存在能使用的设备，要达到和 CT 整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。球管是 CT 的重要组成部分，CT 对球管有严格的精准和匹配性的要求。为保证采购项目一致性和设备配套的要求及能够匹配兼容和正常运行，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款“只能从唯一供应商处采购”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的相关规定，本项目拟使用单一来源采购方式。 专业人员姓名 1: 仲晓中 职 称: 高收 工作单位: 镇江市中医院 日 期: 2015-09-17 专业人员姓名 2: 张明 职 称: 中收 工作单位: 镇江市中医院 日 期: 2015.9.17



专业人员姓名 3: 丁红枫 工作单位: 江苏会德律师事务所

职 称: 高级 日 期: 2025.9.17

专业人员姓名 4: 吴峰 工作单位: 镇江印宝

职 称: 中级 日 期: 2025.9.17

专业人员姓名 5: 孙建国 工作单位: 丹徒人民

职 称: 中级 日 期: 2025.9.17

