

单一来源采购论证专家签到表

项目名称：南通市第一人民医院飞利浦 CT 球管更换

签到日期：2025 年 10 月 29 日

序号	姓名	职务/职称	工作单位	电话/手机	身份证	签名
1	邱勃	高级工程师	江苏省中医院	13951999980	360103197610080326	邱勃
2	钟朝晖	高级经济师	南通市肿瘤医院	18951769700	320112196112141629	钟朝晖
3	孙永平	高级会计师	江苏省口腔医院	13851647400	320922196807201188	孙永平
4						
5						

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙如齐	
	职称: 高级会计师	
	工作单位: 江苏省口腔医院	
项目信息	项目名称: 飞利浦 CT 球管更换	
	供应商名称: 南通盛凯医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该设备在日常使用中,使用率高,球管曝光已接近额定曝光次数,现CT球管发生故障需更换,CT球管属于设备的核心部件,只有原厂生产的球管才能与该设备匹配使用。 为保障设备的正常运行和稳定性,建议采用单一来源方式从南通盛凯医疗器械有限公司采购球管进行更换,且该公司为飞利浦CT球管南通地区唯一经销商。	
专业人员签字	孙如齐	日期 2025 年 10 月 29 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：钟朝峰	
	职称：高级经济师	
	工作单位：南京市儿童医院	
项目信息	项目名称：飞利浦 CT 球管更换	
	供应商名称：南通盛凯医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该设备由于使用年限多，使用率高，球管 超过正常额定曝光次数，现CT球管发生故障 需要更换，CT球管属于设备的核心部件 只有原厂生产的球管才能与该设备配套使用。 为保障设备的安全性和稳定性，建议采购 单一来源方式从南通盛凯医疗器械有限公司 (飞利浦CT球管经销商)采购球管进行更换。	
专业人员签字	钟朝峰	日期 2025 年 10 月 21 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：邱勃	
	职称：高级工程师	
	工作单位：江苏省中医院	
项目信息	项目名称：飞利浦 CT 球管更换	
	供应商名称：南通盛凯医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该院于2016年购买一台飞利浦CT设备，设备使用率高，球管已连续曝光250万秒次，超过其正常额定曝光次数，现CT球管发生故障需要更换。CT球管属于设备的核心部件，只有原厂生产的球管才能与该设备配套使用。 为保障设备的安全性和稳定性，建议采用单一来源方式从南通盛凯医疗器械有限公司（飞利浦CT球管售后经销商）采购球管进行更换。	
专业人员签字	邱勃	日期 2025 年 10 月 29 日