

市直属行政事业单位政府采购项目计划表

采购单位（公章）：海安市南莫中心卫生院（海安市肿瘤医院）

主管部门（公章）：

序号	采购项目	数量	单价	项目预算			已实施情况		本季度实施时间及金额						备注	
				小计	预算内资金	预算外资金	政府专项资金	数量	金额	第1次		第2次		第3次		
										时间	金额	时间	金额	时间		金额
1	CT球管采购	1	135万	135万												1、列报计划的同时请项目将需求（含技术参数、配置、检测验收、售后服务等项目相关的服务要求）以电子文档的方式传递给我中心。 haianzfcg@126.com 2、我中心不受理未经财务科长对资金情况确认的计划。
2																
3																
4																
合计		1		135万												
1、 预算项目用款计划下达情况： 已下达 ☐ 未下达 ☐ 2、 非预算项目请在表中说明资金来源情况。 已到位 ☒ 未到位 ☐ 财务科长：徐红梅																

单位负责人：

李顺

经办人：

刘奇

联系电话：

189 3619 3855

填报日期：

2025.8.30

卫生健康委“三重一大”事项决策情况备案登记表



单位（盖章）：

记录人：2015.9.18

决策事项名称		南莫中心卫生院 CT球管更换采购事项讨论
决策事项类型		重大问题决策（ ） 大额资金使用（ ） 重要干部任免（ ） 重大项目安排（ ）
事项主要内容		海安市南莫中心卫生院 放射科大型设备 飞利浦Incisive 32排螺旋CT主部件球管故障，不能曝光，现采购一只全新进口原厂的球管，因为该产品具有唯一性，无法替代，拟采用单一来源方式采购，采购预算135万元。
申请单位、部门		南莫中心卫生院
财务、人事及办公室意见		2015.9.18
分管负责人意见		陆从兵
纪检组预审意见		杨进
主要负责人意见		吴金祥
决策情况	决策时间	2015年9月4日
	参加会议人员	出席：吴金祥（√） 王代军（√） 刘爱明（√） 陆从兵（√） 杨进（√） 杨祝全（√） 列席：仲重阳（√） 景亚莉（√） 刘园园（√） 陈小梅（√） 王朋（√）
需要说明的其他情况		
列席委负责人意见		仲重阳 景亚莉
党组成员 签署意见	党组书记	吴金祥
	党组其他成员	陆从兵 王代军 杨进 杨祝全 仲重阳 景亚莉 刘园园 陈小梅 王朋
综合决策意见		一致同意

工程、货物和服务项目政府采购审批表

申请部门：海安市南莫中心卫生院（海安市肿瘤医院）

项目名称	海安市南莫中心卫生院 CT 球管采购		
资金来源	自筹	预算金额	135 万
申请理由： 海安市南莫中心卫生院放射科飞利浦 Incisive 32 排螺旋 CT 主部件球管故障，不能曝光，影响日常工作，急需更换，经过多方市场调研，以及办公会讨论决定，拟购买一只全新进口原厂的球管，因为该产品具有唯一性，无法替代，拟采用单一来源方式采购，经采购小组询价，预算价格不超过 135 万元，资金自筹。 （附：单位集体讨论决策意见）  单位公章 主要负责人（签字） 2025 年 8 月 3 日			
卫健委财务科负责人（签字）  分管负责人（签字）  年 月 日		卫健委医政医管科负责人（签字）  分管负责人（签字）  年 月 日	
卫健委党组决策意见（盖章）  年 月 日		派驻纪监组负责人（签字）  年 月 日	
备注：此表一式三份，卫健委、派驻纪监组、申报单位各保存一份。			

专业人员论证意见（单一来源采购）

专业人员信息	姓名：肖 强
	职称：工程师
	工作单位：海安医院
项目信息	项目名称：海安市南莫中心卫生院 CT 球管采购
	采购单位：海安市南莫中心卫生院（海安市肿瘤医院）
	供应商：南通盛凯医疗器械有限公司
专业人员论证意见	海安南莫中心卫生院拟采购的 CT 球管为 CT 机的核心部件，属精密部件，对精确度和匹配性有严格的要求，其他品牌有配件替代品。为保证 CT 机的正常运行及使用寿命。 南通盛凯医疗器械有限公司为飞利浦（中国）投资有限公司的授权经销商。根据政府采购法和相关法规，本项目符合单一来源采购条件。
专业人员签字	肖 强 日期：2025 年 9 月 1 日

专业人员论证意见（单一来源采购）

专业人员信息	姓名： 环新新	
	职称： 主治医师	
	工作单位： 如皋市120急救指挥中心	
项目信息	项目名称：海安市南莫中心卫生院 CT 球管采购	
	采购单位：海安市南莫中心卫生院（海安市肿瘤医院）	
	供应商：南通盛凯医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<u>（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）</u> CT球管为CT设备的技术核心组件，属机器配套组件，其^{设计}造技术、材料配方、制造工艺等受知识产权保护，其它生产厂家没有配件替代品。南通盛凯医疗器械有限公司为飞利浦（中国）投资有限公司经销商，海安市南莫中心卫生院^{现设}CT机为飞利浦Incisive 3.0排螺旋，采购的球管必须与其实现无缝协同。为确保CT机正常稳定运行提高影像质量兼容性等要素，根据政府采购法》第三十一条规定该项目采用单一来源方式实施。	
专业人员签字	环新新	日期：2025年9月1日

专业人员论证意见（单一来源采购）

专业人员信息	姓名: <u>吴龙宵</u>	
	职称: <u>副主任技师</u>	
	工作单位: <u>海安市中医院</u>	
项目信息	项目名称: 海安市南莫中心卫生院 CT 球管采购	
	采购单位: 海安市南莫中心卫生院（海安市肿瘤医院）	
	供应商: 南通盛凯医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<u>（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）</u> 海安南莫中心卫生院拟采购的 CT 球管为 CT 的核心组件，属仪器组成部分，对精确度和匹配性存在严格的要求，其他厂家没有相应的替代品，为保证 CT 机的正常运行只能从原厂购置，南通盛凯医疗器械有限公司为飞利浦（中国）投资有限公司的授权经销商；根据政府采购第 3 条之规定本项目只能采用单一来源法实施。	
专业人员签字	<u>吴龙宵</u>	日期: 2025 年 9 月 1 日