

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张如	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 宿迁市如东医院	
项目信息	项目名称: 江苏省人民医院宿迁医院 CT 维保服务项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	1. 西门子 SOMATOM Force 双源 CT 属大型贵重医疗设备, 专业性强、技术含量高、安全系数要求高, 其维护保养需专业授权合格第三方公司。 2. CT 中接口部件如球管等为易损件需经常更换, 但此配件从其他渠道无法买到, 具有唯一性和不可替代性。 3. 针对精密仪器的维修及保养需具有相关设备的维修资质证书的工程师进行维保工作。 综上, 为保障设备运行的安全性和稳定性, 符合政府采购实施条例第二十七条规定。建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	张如	日期: 2025 年 12 月 23 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 沈红
	职称: 主任技师
	工作单位: 南京鼓楼医院集团宿迁医院
项目信息	项目名称: 江苏省人民医院宿迁医院 CT 维保服务项目
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	由于该设备属于大型医用检查诊断设备, 价格昂贵, 精度要求高, 对操作性能及兼容性都有严格的设备要求, 对零配件(核心配件如球管、高压发生器、探测器等)无法从其他渠道购买到, 具有唯一性和不可替代性, 对维修人员技能和维修工具都有特别高的要求。人员专业性、维护保养、零配件配置等均可影响该设备的诊断指标。 综上所述, 为保障该设备安全稳定操作性能和对设备零配件的正规性、安全性的产品质量, 保障维修人员的专业技能和维修工具配套的精准确要求, 经论证, 本次双源CT维保项目符合《政府采购法》第二十一条和《中华人民共和国政府采购法》第二十一条规定, 建议采用单一来源方式采购, 由西门子医疗系统有限公司实施。
专业人员签字	沈红 日期: 2025年12月23日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	徐少林
	职称:	高级职称
	工作单位:	宿城区卫健局
项目信息	项目名称:	江苏省人民医院宿迁医院 CT 维保服务项目
	供应商名称:	西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	由于该设备属于大型高端医用检查诊断设备,价格昂贵,设备精度要求高,专业性强,安全系数要求高等特性,如CT中核山西配件如球管、高压发生器、探测器等配件均为原厂生产,无法从其他渠道购买到,具有唯一性和不可替代性。对零配件的安全性、正规性、产品质量、维修人员的技能及维修工具有着特别高的要求,专业性、维护保养、零配件更换等均有可能影响指标,非原厂维修人员配备、技术专业性及维修保养工具零配件货源等方面均不能可靠保障。 综上所述,为保障该设备的操作性能及安全性,以及设备零配件的安全性、正规性、产品质量、维修人员的技能和配套设施要求,建议本项目采用单一来源方式采购由西门子医疗系统有限公司实施。	
专业人员签字	徐少林	日期: 2025 年 12 月 23 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。