

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈建伟
	职称: 助理研究员
	工作单位: 苏州附一院
项目信息	项目名称: 外科手术床台面
	单位名称: 昆山市第一人民医院
专业人员论证意见	了解到目前昆山一院根据实际使用需求,需增添外科手术床台面1套,该设备用于补充复合手术室复杂外科手术场景,购置的外科手术床台面需与昆山一院现有的复合间手术床床柱端口相匹配,其他品牌的外科手术床台面无法与现有复合间手术床床柱端口配套。此外,该设备可通过转运小车与目前手术室中的碳素床面底座进行更换使用,并能与大部分品牌的DSA联动。目前,仅有迈柯唯复合手术床mangus 1180.10A0型产品能够满足上述匹配和联动要求。因此,专家组一致认为,此次外科手术床台面项目采购只能采用单一来源方式,采购迈柯唯mangus型产品,并由昆山地区原厂唯一授权的逸佰医疗科技(上海)有限公司承担此项目。 拟指定的昆山地区唯一授权供应商: 逸佰医疗科技发展(上海)有限公司 公司地址: 上海市崇明区港沿镇港沿公路1011号3幢101室
专业人员签字	陈建伟 日期: 2025.9.22

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>王小明</u>
	职称: <u>中级</u>
	工作单位: <u>苏州常熟供电公司</u>
项目信息	项目名称: <u>外科手术床台面</u>
	单位名称: <u>昆山市第一人民医院</u>
专业人员论证意见	了解到昆山一院根据实际需求,需增添外科手术床台面一套,该设备用于开展复杂手术室等外科手术场景。购置的外科手术床台面需与该院现有手术台同手术床前挂端相匹配,其他品牌的外科手术床台面无法与该院现有手术床前挂端匹配。此外,该设备可通过转运车与目前手术室中的设备底座同底座进行更换使用,并能与大部分品牌的DSA联动。目前该院现有手术床mangus 1180.10A0型产品能够满足上述匹配和联动要求。因此,专家组一致认为,此次外科手术床台面项目可以采用单一来源方式,采购该院现有mangus 1180.10A0型产品,并由昆山地区唯一授权代理商上海研拓发展(上海)有限公司承接此项目。 拟指定的昆山地区唯一授权代理商,上海研拓发展(上海)有限公司,公司地址:上海市崇明区港沿公路1011号3幢101室。
专业人员签字	 日期: <u>2025.9.22</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 
	职称： 
	工作单位： 
项目信息	项目名称：外科手术床台面
	单位名称：昆山市第一人民医院
专业人员论证意见	外科项目为昆山一院根据医院使用需求，需增添外科手术床台面1套，该设备用于补充复合手术室其余外科手术场景。购置的外科手术床台面需与昆山一院现有的复合手术室手术床接口相匹配，其他品牌的外科手术床台面无法匹配有复合手术床手术床接口匹配。此外，该设备可通过轨道与手术床手术室中的硬床台面连接，可进行更换使用，并能与大部分品牌的手术床联动。目前，仅有迈柯唯复合手术室mangus 180.10AD型产品能满足上述匹配和联动要求。因此，专家组一致认为，此次外科手术床台面项目采购单一来源方式，采购迈柯唯mangus型产品，并由昆山地区唯一授权代理商迈柯唯科技发展有限公司承担此项目。迈柯唯昆山地区唯一授权供应商：迈柯唯科技发展有限公司。 公司地址：上海市崇明区港沿镇港沿公路1011号3幢101室
专业人员签字	 日期：2025.9.22

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式论证专家签到表

论证项目名称：外科手术床台面

日期：2025年9月22日

序号	姓名	工作单位	职务	专业	职称	联系电话	是否属专家库
1	陈建伟	苏附一院		麻醉设备	主任医师	131151005	是
2	刘洪明	苏州市疾控中心		麻醉设备	中级	18962148820	是
3	陈建伟	苏大附一院		麻醉设备	中级	13962152678	是
4							
5							
6							
7							

采用单一来源方式申请

一、采购人：昆山市第一人民医院

二、采购项目名称：外科手术床台面

三、采购项目内容：外科手术床台面，1套

四、采购预算金额：人民币大写：壹佰捌拾万元整（¥1800000.00）

五、采用单一来源采购方式的原因、相关说明：

我院现需要购买一套外科手术床台面，用于补充复合手术室复杂外科手术场景。合手术床外科台面需具有大角度头脚倾斜、可与目前手术室中的碳素床面同底座更换使用等技术特点，在临床使用中补充介入手术不能摆复杂体位的需求，为患者提供更安全的手术环境，以满足临床治疗需求。

经前期市场调研和技术论证，目前仅有迈柯唯复合手术床 **mangus** 产品能够满足我院的特殊需求。该产品具有：**1、**外科床面接口与院内原有复合间手术床床柱端口匹配，目前其他厂商的外科手术床台面无法满足；**2、**可通过转运小车与目前手术室中的碳素床面同底座更换使用，目前其他厂商的外科手术床台面无法满足；**3、**可与市面上大部分品牌的 **DSA** 设备进行联动，譬如 **GE、PHILIPS、SIEMENS、CANON** 等品牌；目前其他厂商的外科手术床台面无法满足。

本项目具有唯一性和不可替代性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项，只能从唯一供应商处采购的要求。因此本项目申请采用单一来源方式采购，由昆山地区唯一原厂授权供应商为逸佰医疗科技发展（上海）有限公司承担此项目。

六、拟指定的昆山地区唯一授权供应商：逸佰医疗科技发展（上海）有限公司

拟定昆山地区唯一授权供应商：上海市崇明区港沿镇港沿公路1011号3幢101室



附件 1

单一来源方式政府采购项目登记表

采购单位（盖章）

采购项目	外科手术床台面		
采购单位名称	昆山市第一人民医院	采购预算（万元）	180
代理机构名称	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司		
单一来源采购的理由	我院现需要购买一套外科手术床台面，用于补充复合手术室复杂外科手术场景。合手术床外科台面需具有大角度头脚倾斜、可与目前手术室中的碳素床面同底座更换使用等技术特点，在临床使用中补充介入手术不能摆复杂体位的需求，为患者提供更安全的手术环境，以满足临床治疗需求。 经前期市场调研和技术论证，目前仅有迈柯唯复合手术床 mangus 产品能够满足我院的特殊需求。该产品具有：1、外科床面接口与院内原有复合间手术床床柱端口匹配，目前其他厂商的外科手术床台面无法满足；2、可通过转运小车与目前手术室中的碳素床面同底座更换使用，目前其他厂商的外科手术床台面无法满足；3、可与市面上大部分品牌的 DSA 设备进行联动，譬如 GE、PHILIPS、SIEMENS、CANON 等品牌；目前其他厂商的外科手术床台面无法满足。 本项目具有唯一性和不可替代性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项，只能从唯一供应商处采购的要求。因此本项目申请采用单一来源方式采购，由昆山地区唯一原厂授权供应商为逸佰医疗科技发展（上海）有限公司承担此项目。 单位负责人：[Signature] 经办人：[Signature] 联系电话：13913287702 2025 年 9 月 29 日		
主管部门意见	主管单位盖章：[Signature] 2025 年 10 月 30 日		
附件名称	1. 项目审批表 2. 专家意见、专家签到 3. 其他相关材料		

注：本表适用于公开招标数额以下采用单一来源方式的政府采购项目，一式二份