

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 殷善志	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 南京市第一医院	
项目信息	项目名称: 南京鼓楼医院高端 CT(双源光子 CT) 采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	1. 目前光子CT市场上符合: 1. 微米级的空间分辨率. 2. 光子CT探测器总排数 ≥ 500 排, 最薄探测器单元 $\leq 0.2mm$ 3. 可识别不同能量光子的非晶体材料将线信号转换为电子冲, 并直接识别X线光子的能量和个数。 4. 符合心血管和癌症中心建设需求。 5. 同意采购。	
专业人员签字	殷善志	日期 2024年11月4日


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 尹迎新	
	职称:	
	工作单位: 江苏省人民医院	
项目信息	项目名称: 南京鼓楼医院高端 CT(双源光子 CT) 采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	光子计数 CT 探测器排数 500 排, 可实现低剂量冠脉成像, 最薄探测器单元 $\leq 0.2\text{mm}$, 采用光子计数方式接收光子, 当前该产品是市场上唯一通过国家药监局 (NMPA) 批准注册只有西门子厂家的产品, 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	尹迎新	日期 2024 年 11 月 4 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李国昭	
	职称：中级	
	工作单位：中大医院	
项目信息	项目名称：南京鼓楼医院高端 CT(双源光子 CT) 采购项目	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	1. 光子 CT 成像原理与常规 CT 不甚相同。 2. 光子 CT 具有极高的空间分辨率， 3. 扫描剂量较低，且最薄层厚 0.2mm 4. 超高分辨率血管成像（心脏）扫描：可 同时提高与周围组织结构的分辨率， 降低对比度。因此，只有西门子公司的 “双源光子 CT”可完全满足。 同意采用“单一来源采购”方式进行 后续招标采购	
专业人员签字	李国昭	日期 2024 年 11 月 4 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孔杰俊	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 市眼科医院	
项目信息	项目名称: 南京鼓楼医院高端 CT(双源光子 CT) 采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	该院采购要求及预算范围内 唯有西门子 NAEOtom Alpha 型光子计划系统满足, 且已 拿到相关准入证明, 符合单 一来源采购条件。经个人同 意采用单一来源采购。	
专业人员签字		日期 2018年11月04日

单一来源采购论证专家成员名单

申请单位：南京鼓楼医院

采购产品名称：高端 CT(双源光子 CT)

序号	专家姓名	工作单位	现从事专业	职称	从业时间	联系电话
1	李国明	中大医院	设备管理	中级	1989.7	13951693988
2	殷志远	南京市第一医院	医学影像	主任医师	1989.	18951670277
3	王其仁	市胸科医院	放射科	主任医师	2001	1596196886
4	许亚新	江苏市民医院	放射科	主任	1979	13815879199

**南京鼓楼医院高端 CT（双源光子 CT）单一来源采购
专业人员论证**

一、基本情况	
采购人	南京鼓楼医院
采购项目	高端 CT（双源光子 CT）（计划编号：AS20241Y0171，采购预算¥54850000.00）
二、原因阐述	
我院是集医疗、科研、教学、预防、康复于一体的三级甲等综合性医院。医院共有鼓楼本部、江北院区、南部院区三个院区，现有床位近 4300 张，在岗职工 6000 余人。医院是国家公立医院高质量发展试点医院、江苏省首批高水平医院建设单位，牵头建设骨科、妇产、风湿免疫、内分泌 4 个国家区域医疗中心，参与建设综合类、癌症、心血管 3 个国家区域医疗中心。为满足我院的临床使用以及科研、人才培养需求，拟购置一台高端 CT（双源光子 CT）。 经调研，能够满足我院双源光子 CT 立项需求的，有且仅有德国西门子生产的 NAEOTOM Alpha 型光子计数 CT，该产品是目前唯一通过国家药品监督管理局（NMPA）批准注册，可在中国市场合法销售和使用的光子计数 CT，截止目前尚无其他同类产品获批。因此，该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款有关规定“只能从唯一供应商采购”的情形，为确保项目顺利实施，故申请该项目采用单一来源方式采购。	