

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320682-JZCG-C2025-0023

原公告的采购项目名称：如皋市中医院医用家具采购项目

首次公告日期：2025 年 5 月 16 日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

1. 采购文件第 30、31 页，技术要求采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中医用治疗柜描述：

1. 柜体采用双面镀锌电解钢板制作，整体钢板厚度不小于 1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。
2. 柜体采用折弯拉手，耐消毒耐腐蚀易清洁。
3. 采用国标 304 不锈钢液压门铰，带阻尼铰链，耐腐蚀、经久耐用。
4. 抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。
5. 台面采用国标 304 不锈钢材质，厚度不低于 1.0mm，内部加衬

实木多层板，保证台面稳定性，耐腐蚀、易清洁。

6、踢脚采用国标 304 不锈钢板材，厚度不小于 0.8mm，踢脚高度 160mm，符合医院感染控制要求。

7、水龙头：龙头主体材质选用精铜锭，脚踩式控制出水。

8、水槽：采用国标 304 不锈钢，耐腐蚀，耐磨损。

9、亚克力一体化挡水，方便实用，整体美观。

10、大输液存取柜内部含十个 ABS 篮筐，可放置药液，单个篮筐承重性 $\geq 30\text{KG}$ ，可平滑抽出，也可倾斜抽出。

11、上柜采用中柜置物架安装形式，避免损坏墙体和非承重墙的问题。下柜钢制双开双抽门形式，中柜钢制敞格形式，上柜钢化玻璃开门形式。上柜、中柜置物架和地柜配置可活动层板，方便调节高度，可放置药盒方便使用，隐藏式走线系统，用电安全，每个门板配置标识牌，可记录物品名称，方便抽取替换。

12、置物架（中）含感应灯带

更正为：

1、柜体采用双面镀锌电解钢板制作，整体钢板厚度不小于 1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。

2、柜体采用折弯拉手，耐消毒耐腐蚀易清洁。

3、采用国标 304 不锈钢液压门铰，带阻尼铰链，耐腐蚀、经久耐用。

4、抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。

5、台面采用国标 304 不锈钢材质，厚度不低于 1.0mm，内部加衬实木多层板，保证台面稳定性，耐腐蚀、易清洁。

6、踢脚采用国标 304 不锈钢板材，厚度不小于 0.8mm，踢脚高度 160mm，符合医院感染控制要求。

7、水龙头：龙头主体材质选用精铜锭，脚踩式控制出水。

8、水槽：采用国标 304 不锈钢，耐腐蚀，耐磨损。

9、亚克力一体化挡水，方便实用，整体美观。

10、大输液存取柜内部含十个 ABS 篮筐，可放置药液，单个篮筐承重性 $\geq 30\text{KG}$ ，可平滑抽出，也可倾斜抽出。

11、上柜采用中柜置物架安装形式，避免损坏墙体和非承重墙。下柜钢制双开双抽门形式，中柜钢制敞格柜形式，上柜钢化玻璃开门形式，柜门处安装静音橡胶，用于门板与柜体之间，确保轻声开合。上柜、中柜和下柜配置可活动层板，方便调节高度，可放置药盒方便使用，采用隐藏式走线，用电安全，每个门板配置可替换标识牌，用于记录物品名称，方便抽取替换。

12、 置物架（中）内嵌隐藏式感应灯带。

2、采购文件第 48、49 页，商务技术分序号 1 产品和原材料质量性能评审标准描述：

（10）医用护士站质量要求：检测依据包含但不限于：GB/T 26696-2011 标准；检验项目包含但不限于：耐酸碱、耐水蒸气、耐高温、表

面耐干热、表面耐划痕、抗球冲击、耐香烟灼烧、耐污染、抗老化、耐沸水、耐光色牢度检测合格，单体燃烧试验合格。全部检测合格得 0.5 分。

(11)医用治疗柜质量要求：检测依据包含但不限于：GB/T 26696-2011 标准；检验项目包含但不限于：耐酸碱、耐水蒸气、耐高温、表面耐干热、表面耐划痕、抗球冲击、耐香烟灼烧、耐污染、抗老化、耐沸水、耐光色牢度检测合格，单体燃烧试验检测合格。全部检测合格得 0.5 分。

(12)医用处置柜质量要求：检测依据包含但不限于：GB/T 26696-2011 标准；检验项目包含但不限于：耐酸碱、耐水蒸气、耐高温、表面耐干热、表面耐划痕、抗球冲击、耐香烟灼烧、耐污染、抗老化、耐沸水、耐光色牢度检测合格，单体燃烧试验检测合格。全部检测合格得 0.5 分。

更正为：

(10)医用护士站质量要求：检测依据包含但不限于：GB/T 26696-2011 标准；检验项目包含但不限于：耐酸碱、耐水蒸气、耐高温、表面耐干热、表面耐划痕、抗球冲击、耐香烟灼烧、耐污染、抗老化、耐沸水、耐光色牢度检测合格。全部检测合格得 0.5 分。

(11)医用治疗柜质量要求：检测依据包含但不限于：GB/T 26696-2011 标准；检验项目包含但不限于：耐酸碱、耐水蒸气、耐高温、表面耐干热、表面耐划痕、抗球冲击、耐香烟灼烧、耐污染、抗老化、耐沸水、耐光色牢度检测合格。全部检测合格得 0.5 分。

(12)医用处置柜质量要求:检测依据包含但不限于:GB/T 26696-2011 标准;检验项目包含但不限于:耐酸碱、耐水蒸气、耐高温、表面耐干热、表面耐划痕、抗球冲击、耐香烟灼烧、耐污染、抗老化、耐沸水、耐光色牢度检测合格。全部检测合格得 0.5 分。

1. 采购文件第 50、51 页,商务技术分中描述:

4	产品安全认证	3分	1、响应供应商或响应产品制造商具有中国绿色产品认证证书(认证范围:金属家具类),提供齐全得 1 分,缺项或未提供不得分; 2、响应供应商或响应产品制造商具有有害物质限量认证证书(认证范围:金属家具类),提供齐全得 1 分,缺项或未提供不得分; 3、响应供应商或响应产品制造商具有家具防火阻燃质量等级认证证书(认证范围:金属家具类),提供齐全得 1 分,缺项或未提供不得分; 注:响应文件中须提供有效期内且未被暂停的证书复印件或扫描件加盖公章,且提供全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图,否则不得分。
5	样品	28分	医用治疗柜一组(清单序号 5),包含: ①上柜(双玻璃吊柜) W930mm*D350mm*H600mm、 ②中柜(置物架中柜) W930mm*D350mm*H650mm、

		③下柜（双门双抽地柜） W930mm*D565mm*H835mm、 ④台面（不锈钢医用环保处置台面） W930mm*D600mm*H15mm。 1、外观：①尺寸规格样式参照样品参考图；②折边处需打磨倒圆角，无锋利边口；③喷涂表面无裂纹、脱皮或鼓泡现象；④色彩搭配协调，美观大方（上柜、下柜颜色白色或灰色搭配，中柜颜色蓝色或绿色搭配）；完全满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 2、工艺：①钢柜表面平整，敲击无空鼓；②焊接平整、美观；③表面喷涂均匀，手感舒适，无挂壁现象；④金属表面无毛刺、颗粒感；完全满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 3、结构：①上柜、中柜、下柜、台面及层板结构与样品参考图一致；②各部件连接紧密；③上、中、下柜及台面之间结合紧密；④上、中、下柜及台面稳固性好；完全满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 4、功能：①上柜玻璃开门形式，中柜为敞格柜，下柜双门双抽柜；②各部件结合处无松动；③抽屉打
--	--	--

		开灵活、稳定，无卡顿、无异响；④中柜层板可调；满足得 4 分，部分满足得 1 分，不满足不得分。 5、五金：①阻尼铰链带阻尼缓冲功能；②三节导轨符合要求，均带阻尼缓冲功能；③所有零部件无破损、表面光滑、平整；④所有五金件特别是连接件的安装应严密、牢固，结合处应无开裂或松动；完全满足得 4 分，部分满足得 1 分，不满足不得分。 6、配件：①静音橡胶，用于门板与柜体之间，确保轻声开合；②标识牌参照样品参考图，方便更换调整；③所有零部件无破损、表面光滑、平整；④所有配件特别是连接件的安装应严密、牢固，结合处应无开裂或松动；完全满足得 4 分，部分满足得 1 分，不满足不得分。 7、精度：①垂直度好，缝隙均匀，无对角线错位现象；②平整度高，四周无悬空翘曲现象；③表面光洁度高，④表面无毛刺、飞溅物；完全满足得 4 分，部分满足得 1 分，不满足不得分 评标委员会根据响应供应商提供的符合需求的样品进行评分，本项最高 28 分，样品得分低于 70% 为无效投标。
--	--	--

更正为：

4	产品安全认证	3 分	1、响应供应商或响应产品制造商具有家具防火阻燃质量等级认证证书（认证范围：金属家具类），提供齐全得 3 分，缺项或未提供不得分； 注：响应文件中须提供有效期内且未被暂停的证书复印件或扫描件加盖公章，且提供全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图，否则不得分。
5	样品	28 分	医用治疗柜一组（清单序号 5），包含： ①上柜（双玻璃吊柜） W930mm*D350mm*H600mm、 ②中柜（置物架中柜） W930mm*D350mm*H650mm、 ③下柜（双门双抽地柜） W930mm*D565mm*H835mm、 ④台面（不锈钢医用环保处置台面） W930mm*D600mm*H15mm。 1、外观：①尺寸规格样式参照样品参考图；②折边处需打磨倒圆角，无锋利边口；③表面美观，无裂纹、脱皮或鼓泡现象；④色彩搭配协调，美观大方（上柜、下柜颜色白色或灰色搭配，中柜颜色蓝色或绿色搭配）；完全满足得 4 分，部分满足得 1 分，不满足不得分。

		2、工艺：①钢柜表面平整，敲击无空鼓；②焊接缝平整、美观，无毛刺无明显焊点；③表面喷涂均匀，手感舒适，无挂壁现象；④金属表面无毛刺、颗粒感；完全满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 3、结构：①各部件连接紧密，缝隙平整②上、中、下柜及台面之间结合紧密；③上、中、下柜及台面稳固性好；完全满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 4、功能：①上、中、下柜各部件开合顺滑，结合处无松动；②抽屉打开灵活、稳定，无卡顿、无异响；③层板稳固、可调；满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 5、五金：①阻尼铰链带阻尼缓冲功能；②三节导轨符合要求，均带阻尼缓冲功能；③所有零部件无破损、表面光滑、平整；④所有五金件特别是连接件的安装应严密、牢固，结合处应无开裂或松动；完全满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 6、配件：①所有零部件无破损、表面光滑、平整；②所有配件特别是连接件的安装应严密、牢固；③所有配件特别是连接件的结合处应无开裂或松
--	--	---

		动；完全满足得 4 分，部分满足得 1 分，不满足不得分。 7、精度：①垂直度好，缝隙均匀，无对角线错位现象；②平整度高，四周无悬空翘曲现象；③表面光洁度高，④表面无毛刺、飞溅物；完全满足得 4 分，部分满足得 1 分，不满足不得分 评标委员会根据响应供应商提供的符合需求的样品进行评分，本项最高 28 分。
--	--	---

三、更正日期：2025 年 5 月 21 日

四、其他补充事宜:无

五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：如皋市中医院

地 址：如皋市大司马路 269 号

联系人：缪恺

联系方式：15162743368



2. 采购代理机构信息

名 称：如皋市公共资源交易中心

地 址：如皋市惠政路 1799 号

联系方式：0513-87620882

3. 项目联系方式

项目联系人：王珊珊

电 话：0513-87620882

