

政府采购单一来源论证专家情况表

论证项目名称：胃、肠镜子

日期：2025 年 9 月 30 日

序号	姓名	工作单位	职务	专业	职称	联系电话	是否属专家库
1	叶强	常德市第一人民医院	高工	医疗设备	高工	13962365157	是
2	邓世林	常德市第一人民医院	副主任医师	医疗设备	副主任医师	13962343260	是
3	张兴	常德市第一人民医院	工程师	医疗设备	工程师	13052027075	是

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 叶少	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 常熟市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 2025 年胃、肠镜镜子	
	供应商名称: 苏州市佳业医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	新增电子胃镜和肠镜两根中段与医院原有奥林巴斯内镜镜主机进行适配。匹配原主机接口, 其他品牌镜子无法接入原主机, 也无法开展内镜镜检查和治疗工作; 苏州市佳业医疗器械公司为常熟地区唯一经销商, 只能从唯一供应商单位采购奥林巴斯品牌的胃镜与肠镜; 综上, 根据《中华人民共和国政府采购法》, 只能从唯一地区经销商处采购, 采用单一来源采购方式, 拟定供应商为苏州市佳业医疗器械有限公司。	
专业人员签字	叶少	日期 2025 年 9 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 马长庆	
	职称： 工程师	
	工作单位： 常熟市第二人民医院	
项目信息	项目名称： 2025 年胃、肠镜镜子	
	供应商名称： 苏州市佳业医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	常熟市第二人民医院 新增高清双焦距电子胃镜和肠镜。因原奥林巴斯医用内窥镜主机接口，仅能适配 GP-HQ 290 胃镜和 CF-H-H2501 电子肠镜，其它品牌镜接口无法接入，无法进行正常使用。 因奥林巴斯公司的医用内窥镜产品，在常熟地区唯一经销商为苏州市佳业医疗器械有限公司，即只能从唯一供应商处采购。 综上所述，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，只能从唯一供应商处采购，故采用单一来源采购方式，拟定唯一供应商为苏州佳业医疗器械有限公司。	
专业人员签字	马长庆	日期 2025 年 9 月 30 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 邓卓	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 常熟市琴川街道社区卫生服务中心	
项目信息	项目名称: 2025 年胃、肠镜镜子	
	供应商名称: 苏州市佳业医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	常熟市支塘人民医院原有奥林巴斯医用内窥镜主机, 现根据业务开展需要, 新增高清双焦距电子胃镜和高清电子肠镜。因新增胃、肠镜只能由原装品牌机型适配(相当于新增两种镜头), 接口相同, 其它品牌的镜头无法接入主机, 无法开展日常工作。 同时奥林巴斯公司的医用内窥镜产品(主机及镜头)在张家港、常熟地区唯一经销商为苏州市佳业医疗器械有限公司, 即只能从唯一经销商处采购。 因此, 根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定, 只能从唯一供应商处采购, 故推荐采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	邓卓	日期 2025 年 9 月 20 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。