

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 江冰帆	
	职称： 中级	
	工作单位： 如皋市红十字会	
项目信息	项目名称： 东芝 CT 专用球管	
	供应商名称： 上海天勤安捷实业有限公司	
专业人员论证意见	如皋市第四人民医院CT(东芝Alexion TSX-032A),其球管为专用配件,更换球管必须使用所有参数完全匹配的,设备才能正常使用。由于该球管专业性较强、参数核心数据不对外开放,且只有东芝公司(或授权公司)生产,无其他替代品。从兼容性、稳定性、安全性要求,建议采购原厂球管,以确保设备正常运行。建议通过单一来源方式进行。	
专业人员签字	江冰帆	日期 2024年9月9日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>葛从兵</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>如皋市中医院</u>	
项目信息	项目名称: 东芝 CT 专用球管	
	供应商名称: 上海天勤安捷实业有限公司	
专业人员论证意见	考虑到医疗设备的安全性、稳定性、可靠性及匹配性，该采购项目具备特殊性和单一性。	
专业人员签字	<u>葛从兵</u>	日期 <u>2024</u> 年 <u>9</u> 月 <u>9</u> 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张斯彦	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 如皋市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 东芝 CT 专用球管	
	供应商名称: 上海天勤安捷实业有限公司	
专业人员论证意见	该CT (东芝 Alexion TSX-02A) 属于高精尖医疗设备, 其中球管是CT机的专用配件, 必须安装在机罩内部, 号必须匹配, 才能正常工作。该球管专业性高, 制造特殊, 核心技术不对外开放, 只有东芝公司生产, 无其他替代品, 无法从第三方公司采购, 只能从唯一供应商处采购。上海天勤安捷实业有限公司为原厂在国内独家销售代理, 故建议采用单一来源方式, 从上海天勤安捷实业有限公司采购。	
专业人员签字	张斯彦	日期 2024 年 9 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。