

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡益斌	
	职称: 研究员级高工	
	工作单位: 江苏省工程研究院	
项目信息	项目名称: 医科达FlextronHOR后装机换源及维修	
	供应商名称: 医科达(上海)医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该院于2018年及2022年购置安装Flextron HOR后装机, 按临床治疗要求, 需定期更换192放射源及马达驱动源线缆, 医科达后装机所使用的该192放射源与德国霍兰荷道公司生产的唯一定制进口的放射源, 其他产品无法满足要求。因此为确保临床工作的顺利开展, 临床从该后装机进口资质的医科达(上海)医疗器械有限公司进行采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)款规定, 建议采用单一来源方式采购, 拟定供应商为医科达(上海)医疗器械有限公司。	
专业人员签字	胡益斌	日期 2025年 8月 8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	金华兴
	职称:	副主任技师
	工作单位:	江苏省中医院
项目信息	项目名称:	医科达Flexitron HDR后装机换源
	供应商名称:	医科达(上海)医疗器械有限公司
专业人员论证意见	该院于2018年及2022年购置安装了医科达后装机,按临床治疗要求,需定期更换铱192放射源及驱动源线缆。医科达后装机所使用铱192放射源,只经配套荷兰荷通公司生产,为唯一定制进口产品,其他产品无法满足要求。因此,为确保治疗工作顺利开展,只须从具备放射源进口资质的医科达(上海)医疗器械有限公司采购。上述情形符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定,建议医院采用单一来源方式采购,拟定供应商为医科达(上海)医疗器械有限公司。	
专业人员签字	金华兴	日期 2025年 8月 8日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 高金	
	职称: 高工	
	工作单位: 南京物化所	
项目信息	项目名称: 医科达 Flexitron HDR后装机源及维修服务	
	供应商名称: 医科达(上海)医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该院于2018年及2021年购置安装医科达后装机。按临床治疗要求需定期更换铱192放射源及子源线缆, 医科达后装机所使用的铱192放射源及子源线缆, 只能由荷兰荷通公司生产的进口定制进口产品, 其他产品无法满足要求, 因此为确保临床工作顺利开展, 只能从具备放射源进口资质的医科达(上海)医疗器械有限公司采购。上述情况符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定, 建议医院采用单一来源方式采购。拟定供应商为医科达(上海)医疗器械有限公司。	
专业人员签字	高金	日期 2025年 8月 8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

政府采购单一来源论证专家基本情况登记表

填报单位盖章：江苏省肿瘤医院

论证产品名称：医科达 Flexitron HDR 后装机换源及维保服务

序号	姓名	身份证号码	工作单位	职务	专业（评审类别）	职称	联系电话
1	胡益斌	320106196106080455	江苏省人民医院		医疗设备	研究生	13813955910
2	金荣兴	320105197104161233	江苏省中医院		医疗器械	副主任医师	13372018675
3	孙金	32010719750224747	南京医科大学		医疗设备	主任医师	1300706856

2025 年 8 月 8 日