

# 单一来源采购公示

## 一、项目信息

采购人：徐州医科大学附属医院

项目名称：头部伽马刀设备拆机及放射源送储单一来源采购项目

拟采购的货物或服务的说明：头部伽马刀设备拆机及放射源送储服务

拟采购的货物或服务的预算金额：人民币 200 万元

采用单一来源采购方式的原因及说明：

头部伽玛刀是乙类大型放射治疗设备，其核心部件为放射源，具有极高的辐射危害性。根据《医疗器械监督管理条例》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关法规，放射源的运输、储存和拆卸必须严格遵循国家规定，因此，我院应当按照规定中的要求将废旧放射源交回生产单位或者返回原出口方，对于无法交回或返回的，需送交有资质的放射性废物集中贮存单位贮存，以确保放射源转运和回收的安全性。

伽玛刀设备的拆机和放射源送储工作涉及复杂的放射防护措施，包括辐射屏蔽、剂量监测、安全联锁等。若由无资质单位操作或对设备内部构造及放射源位置了解不足，可能导致放射源泄漏，对操作人员、医院工作人员及周边环境造成严重辐射危害。

伽玛刀设备的拆机工作需要使用专业的工装工具和设备，这些

工具通常由原生产厂家设计和制造，具有独特的技术要求和专利保护。其他公司若未经许可使用或仿制这些工装工具，不仅可能因技术不匹配导致拆机失败，还可能涉及专利侵权和违法违规行为。因此，原厂家的专业团队能够提供完善的技术支持，同时避免法律纠纷和风险，从而确保整个拆机和放射源送储过程的顺利进行。

我院伽马刀设备制造商为深圳大医伽马刀科技有限公司，因此拟向该公司采购设备拆机及放射源送储服务。

## 二、拟定供应商信息

名称：深圳大医伽马刀科技有限公司

地址：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区惠北路 1 号深圳开沃坪山新能源汽车基地 5 号厂房（联合厂房）F 栋 104

## 三、公示期限

2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 25 日

## 四、其他补充事宜：

## 五、联系方式

### 1. 采购人

联系人：陈一霏

联系地址：江苏省徐州市泉山区淮海西路 99 号

联系电话：0516-85806002

### 2. 财政部门

联系人：江苏省财政厅

联系地址：江苏省南京市鼓楼区北京西路 63 号

联系电话：025-83633023

3. 采购代理机构（如有）

联系人：吴冬晓

联系地址：南京市雨花台区软件大道 21 号 C 座 1 楼

联系电话：025-52874082

## 六、附件

专业人员论证意见（格式见附件）

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                      |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 专业人员信息   | 姓名: 金华兵                                                                              |          |
|          | 职称: 副主任技师                                                                            |          |
|          | 工作单位: 江苏省中西医结合                                                                       |          |
| 项目信息     | 项目名称: 徐州医科大学附属医院头部伽马刀设备拆机及放射源送储单一来源采购项目                                              |          |
|          | 供应商名称: 深圳大医伽马刀科技有限公司                                                                 |          |
| 专业人员论证意见 | <p>头部伽马刀其核心部件为放射源,具有极高的辐射危害性,需有资质的放射性废物集中贮存.建议由原厂拆机送储.</p> <p>采购需求属实,同意以单一来源方式采购</p> |          |
| 专业人员签字   | 金华兵                                                                                  | 日期 年 月 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                           |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 专业人员信息   | 姓名: 张华                                                                    |          |
|          | 职称: 副高                                                                    |          |
|          | 工作单位: 南京鼓楼医院                                                              |          |
| 项目信息     | 项目名称: 徐州医科大学附属医院头部伽马刀设备拆机及放射源送储单一来源采购项目                                   |          |
|          | 供应商名称: 深圳大医伽马刀科技有限公司                                                      |          |
| 专业人员论证意见 | 伽马刀设备的拆机和放射源送储, 需原厂的专业工具和专业技术力量, 由于其特殊性, 不可替代, 符合单一来源的认定情况, 建议采用单一来源方式采购。 |          |
| 专业人员签字   | 张华                                                                        | 日期 年 月 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                               |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 专业人员信息   | 姓名: 张斌                                                                        |          |
|          | 职称: 主工                                                                        |          |
|          | 工作单位: 江苏省肿瘤医院                                                                 |          |
| 项目信息     | 项目名称: 徐州医科大学附属医院头部伽马刀设备拆机及放射源送储单一来源采购项目                                       |          |
|          | 供应商名称: 深圳大医伽马刀科技有限公司                                                          |          |
| 专业人员论证意见 | <p>刀为乙类大型设备,其核心部件放射源为国产环保监控物品,有国家法规处理条例,现由原厂回收处置符合单一来源采购法规内部,建议采购单一来源采购方式</p> |          |
| 专业人员签字   | 张斌                                                                            | 日期 年 月 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。