

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 高金梅	
	职称: 高级会计师	
	工作单位: 南京市第一医院	
项目信息	项目名称: 泰州市姜堰中医院 64 排 CT 系统维修保养服务采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	根据单位申请理由,结合本人工作经验,本人认为该项目适宜采用单一来源采购方式,理由如下: (一)项目功能需求明确,该院西门子64排CT为大型医疗设备,系统复杂,且涉及放射安全,必须由原厂技术人员进行维护,且该院CT系统为西门子品牌,为保证设备正常运行,必须由原厂技术人员进行维护,且该院CT系统为西门子品牌,为保证设备正常运行,必须由原厂技术人员进行维护。 (二)具有技术和服务的不可替代性。西门子的球管、探测器与软件系统是紧密配合,原厂能够提供原厂配件和原厂工程师,如果采用第三方的配件和由非原厂人员进行维护,可能会导致设备故障,影响患者安全,因此,本项目无法替代原厂服务。 (三)具有技术和服务的独占性。国内只有西门子原厂服务团队能够提供原厂配件、更换球管并完成软件升级,保证设备恢复正常运行,其他服务商无法提供原厂配件,也缺乏认证工程师,对于临床医生而言,只有原厂服务才能让人放心。 因此,本项目采用单一来源方式采购,完全合理且必要。	
专业人员签字	高金梅	日期2024年10月15日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：岳琛	
	职称：高级工程师	
	工作单位：南京市口腔医院	
项目信息	项目名称：泰州市姜堰中医院 64 排 CT 系统维修保养服务采购项目	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员 论证意见	本项目符合单一来源采购条件，理由如下： 1. 项目功能定位所客观要求：64排CT属于大型高端医学影像设备，承担了医院绝大多数量检查，设备图像的空间分辨率、对比度分辨率和时间分辨率直接关系到疾病的早期发现和精准诊断。维持设备在设计状态下的稳定运行，是确保临床安全和质量控制的必然要求，而非主观选择。 2. 专有技术及服务不可替代性：西门子64排CT的探测器、射线管、高压发生器及重建软件，均采用西门子专有技术，系统之间深度绑定。非原厂配件或服务无法保障数据一致性和质量控制参数的稳定性，一旦替代，将严重影响成像质量，甚至引发设备故障。因此，技术和服务具有不可替代性。 3. 专有技术和服务的独占性：西门子医院在国内建立了统一的原厂服务体系，工程师均经过原厂认证，能够调用专用诊断工具与软件升级包。国内其他服务机构无法获得同等资质和资源，独占性十分明确。 综上，本项目采用单一来源方式采购，合理且必要。	
专业人员签字	岳琛	日期2025年10月15日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王可莉
	职称: 正高工
	工作单位: 泰州市姜堰区人民医院
项目信息	项目名称: 泰州市姜堰中医院 64 排 CT 系统维修保养服务采购项目
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员 论证意见	本项目从政策如风险控制角度, 适宜采用单一来源采购方式, 理由如下: (一) 项目定位的特殊要求 根据《医疗器械监督管理条例》, 第三类医疗器械必须严格控制。西门子 64 排 CT 作为第三类医疗器械, 若随意更换配件或由无资质机构维修, 将影响设备注册状态, 存在法律与临床风险。继续使用原厂维保服务, 是保障设备安全和满足医疗机构定位的必然选择。 (二) 专有技术及服务不可替代性 西门子 CT 的硬件、软件及后控体系均由原厂专有技术构成。第三机构无法合法获得这些资源, 即使介入, 也难以达到原厂标准, 存在误诊、设备停机等风险。在合规性与风险控制角度, 替代性阙如。 (三) 专有技术和服务的独占性 西门子在中国境内设立唯一的售后服务网络, 具备完整的技术支持和独占性。其他机构, 也无法提供等效服务。根据《政府采购法》[2024]179 号文件精神, 本项目符合“只能从唯一供应商处采购”的情形。 综上, 本项目采用单一来源方式采购, 完全符合法规要求, 风险可控, 合理且必要。
专业人员签字	王可莉 日期 2025 年 10 月 15 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

