

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 沈萍	
	职称: 高级	
	工作单位: 江苏油田	
项目信息	项目名称: 扬州市中医院 CT 设备保修项目	
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	本次采购维保设备为联影 uCT760, 为高端 CT 设备, 只有原厂备件才能适用, 使其发挥应有性能, 且市场上无法通过合法渠道获得备件, 只有原厂能够提供。原厂维保服务具备成熟性与可靠性。清晰之图像质量能提高诊断之准确性。非原厂机构之能力不足, 无法为患者提供更精准之治疗方案。 符合中华人民共和国第三十一条第 1 项规定, 建议原厂购买维保服务。本项目采用单一来源采购。	
专业人员签字	沈萍	日期 2025 年 9 月 18 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘世文	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 扬州市五台山医院	
项目信息	项目名称: 扬州市中医院 CT 设备保修项目	
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	联影 uCT760 为上海联影医疗科技股份有限公司原创产品, 因为该型号设备唯一生产商设备的主体部件如球管, 高压, 探测器均为原厂原创设计制造, 原厂维修服务人员必须经过原厂培训, 具备相应资质与专业性, 联影原厂技术人员安全高效专业的维修服务, 联影原厂的维修服务还包含了原厂的定期保养和不定期的软件原厂升级服务。 据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定, 符合单一来源采购的情形, 建议采用单一来源的方式进行采购。	
专业人员签字	刘世文	日期 2025 年 9 月 11 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	吴建兴
	职称:	研究员
	工作单位:	中船723所
项目信息	项目名称:	扬州市中医院 CT 设备保修项目
	供应商名称:	上海联影医疗科技股份有限公司
专业人员论证意见	uCT760属于大型高档CT设备,属于高精度放射性影像检查设备,设备所获取的图像质量是否达到最佳临床诊断效果,取决于设备的日常维护及产品损耗件无缝更换。为保障设备高效、精确使用,并依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定,建议本项目采用单一来源采购的方式进行采购。	
专业人员签字	吴建兴	日期 2025 年 9 月 4 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。