

常州市新北区春江人民医院西门子 CT 球管采购项目

单一来源采购论证专家签到表

时间：2025 年 9 月 28 日

专家姓名	职务职称	工作单位	联系电话
仇 勇	主管药师	常州市三院	13912339761
郑 斌	主任技师	天宁区疾控中心	1376822080
Forik	工程师	常州市第二人民医院	13961258287

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 钟启达	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 关河区疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 常州市新北区春江人民医院西门子CT球管采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	该设备属于专用医用检查设备, 价格昂贵, 设备技术要求高。设备检查的质量主要取决于设备的图像、X线剂量、分辨率、对比度和噪声等因素。任何一个零部件缺陷, 都会影响上述指标, 从而影响图像质量, 检查效果。球管属于设备重要的高压零部件, 非原厂球管在零部件资源、专业性及维修成本等方面均不能可靠, 第三方配件更换及维修可能造成图像失真, 故建议单一来源采购。	
专业人员签字	钟启达	日期: 2025年 9月 20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：仇其	
	职称：主治医师	
	工作单位：常州市儿童医院（退休）	
项目信息	项目名称：常州市新北区春江人民医院西门子CT球管采购项目	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	该院使用的西门子CT，属于专业医用检查设备，设备精度要求高。而图像、X线能量、分辨率等因素是重要指标，CT球管是CT的核心部件，非原厂球管很难达到上述指标要求，考虑到上述因素，建议贵院以原厂（西门子医疗系统有限公司）采购CT机球管。	
专业人员签字	仇其	日期2025年9月28日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	沈江
	职称:	C 技师
	工作单位:	常州市第二人民医院
项目信息	项目名称:	常州市新北区春江人民医院西门子 CT 球管采购项目
	供应商名称:	西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	西门子 CT 球管属于专业医用检查设备。设备精度要求高。设备的运行质量取决于设备的图像、X 线能量、分辨率、对比度和噪声等因素。任何一个零部件都可能影响设备的成像质量。球管属于 CT 设备重要的成像高值配件。非原厂球管不满足设备可靠运营。不能满足设备安全使用条件。影响医院诊断工作。综上。本项目符合单一来源采购条件。建议从原厂球管。采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	沈江	日期 2025 年 9 月 28 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。