


单一来源采购方式内部会商意见表

采购人名称（盖章）：镇江市第四人民医院

项目名称	镇江市第四人民医院医用诊断 X 射线管组件（CT 球管）采购
会商内容	1、采购概况 我院于 2012 年 5 月采购一台美国 GE 的 64 排 CT，型号为 Light Speed VCT，原值 715.5 万元，现已使用 13 年。且该设备于 2022 年 5 月出保修期，由设备科自行保养维护。该设备现为我院 CT 检查的主要设备，日均检查约 140 人次，于 2025 年 8 月 19 日球管突发故障无法使用，为不影响医院正常诊疗工作，需尽快更换球管。 2、拟申请采用采购方式的理由及必要性 我院现使用的 Lightspeed VCT X 线计算机断层扫描仪（CT），生产商为美国通用电气公司（GE 公司）。《中华人民共和国医疗器械注册证》之医疗器械产品注册登记表的“产品性能结构及组成”中明确指明“X 射线管”即球管为 CT 产品主要部件之一。球管不是单独存在能使用的设备，要达到和 CT 整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。球管是 CT 的重要组成部分，CT 对球管有严格的精准和匹配性的要求。为保证采购项目一致性和设备配套的要求及能够匹配兼容和正常运行，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款“只能从唯一供应商处采购”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的相关规定，本项目拟使用单一来源采购方式。 3、预算安排的合理性 该项目预计投入 70 万元，项目资金由医院自筹。该项目采购后医用诊断 X 射线管组件（CT 球管）质保 1 年。同时该



	设备每月平均检查 4200 人次，年收入约 1200 万元。 4、单一来源采购供应商名称及地址 供应商名称：通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区意威路 96 号 1 幢 我单位本项目需采用单一来源采购方式进行采购，且“我单位承诺对申请材料的真实性负责”。 2025 年 9 月 22 日
内部会商人员 签字	采购部门（岗位）人员：  财务部门（岗位）人员：  业务（使用）部门（岗位）人员：  单位主要负责人： 