

单一来源采购公示

一、项目信息

采购人： 扬州大学附属医院

项目名称： 低场强核磁共振成像系统采购项目

拟采购的货物或服务的说明： 低场强核磁共振成像系统

拟采购的货物或服务的预算金额： 人民币 300 万元

采用单一来源采购方式的原因及说明：

我院拟采购专用于 0-12 个月婴儿颅脑检查的低场强磁共振设备，其主要满足新生儿科的安全性要求：婴儿（尤其早产儿）需低噪声、低磁场强度（ $\leq 0.5T$ ）、开放式扫描环境，以减少生理干扰及家长陪护需求；且设备必须配备婴儿颅脑专用射频线圈及优化序列，确保小视野、高分辨率成像。

由于市场上常见的 1.5T/3.0T 高场强磁共振均采用封闭桶状结构，磁体距端部 0.7 米以上，手动增压供氧操作难度高，且新生儿颅脑检查中的 SAR 值控制操作难度极大，加之高场强磁共振使用环境温度较低，对于体重极轻的新生儿可能造成失温风险。且婴儿不建议使用镇静剂辅助检查，因而采用 U 形永磁体结构的专用低场强磁共振设备在为新生儿进行检查时有较大的安全性和易操作优势。

目前国内仅有江苏力磁医疗设备有限公司取得了婴儿专用低场强磁共振成像系统的医疗器械注册证，因此申请向江苏力磁医疗设

备有限公司购买该设备

二、拟定供应商信息

名称： 江苏力磁医疗设备有限公司

地址： 连云港市海州区郁洲南路 277 号

三、公示期限

2025 年 8 月 12 日 至 2025 年 8 月 19 日

四、其他补充事宜：

五、联系方式

1. 采购人

联 系 人： 胡永田

联系地址： 扬州市邗江中路 368 号

联系电话： 15380341684

2. 财政部门

联 系 人： 江苏省财政厅

联系地址： 江苏省南京市鼓楼区北京西路 63 号

联系电话： 025-83633023

3. 采购代理机构（如有）

联 系 人： 吴冬晓

联系地址： 南京市雨花台区软件大道 21 号 C 座 1 楼

联系电话： 025-52874082

六、附件

专业人员论证意见（格式见附件）

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 曹明	
	职称: 研高工	
	工作单位: 江苏省中医院	
项目信息	项目名称: 扬州大学附属医院低场强核磁共振成像系统采购项目	
	供应商名称: 江苏力磁医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	市场上常见的1.5T/3.0T MR均采用封闭桶状结构,磁体距床部0.7米以上,手动患者在操作难度高,而新生儿颅脑检查中的SAR值控制操作难度极大。因为采用U形永磁体结构的低场MR设备更适合新生儿进行检查,具有较大的安全性和易操作优势。 该产品为一家新生儿专用低场MR且取得注册证。 建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	曹明	日期 2025年 8月 7日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张云	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 南京鼓楼医院	
项目信息	项目名称: 扬州大学附属医院低场强核磁共振成像系统采购项目	
	供应商名称: 江苏力磁医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	常规1.5T/3.0T或更高场强的磁共振噪音大,对呼吸机、监护仪等生命支持及监测设备要求高,在对0~1岁婴儿磁共振检查的适用方面匹配性较差。另外0~1岁婴儿体温条件不建议在常规场强机房环境下检查。低场强磁共振可避免上述弊端。其U形磁体设计可使设备满足开放式检查要求,同时具备单一来源性。	
专业人员签字	张云	日期 2025年 8月 7 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 丁蔚	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 苏北人民医院	
项目信息	项目名称: 扬州大学附属医院低场强核磁共振成像系统采购项目	
	供应商名称: 江苏力磁医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	新生儿颅脑检查在一般高场强磁共振系统中操作时,需做好保温、降噪、体位固定、镇静等准备工作,密切关注其生命体征。低场强磁共振系统能优化检查条件,更好地保障新生儿安全。经查询国家药品监督管理局网站,江苏力磁医疗设备有限公司生产的磁共振成像系统是唯一供0-12个月婴儿头部位置临床MRI图像诊断的产品。因此建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	丁蔚	日期 2025年 8月 7日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

论证专家组成员名单

2022年8月7日

序号	专家姓名	性别	职务 职称	工作单位	专业 领域	是否 专家 库成员	联系 电话	专家 类别
1	丁蕊	女	副主任医师	湖北人民医院	生物医学工程	是	18590661561	技术专家
2	张明	男	研究员	江苏省中医院	医学影像	是	13770675280	技术专家
3	陈松	女	副主任医师	南京鼓楼医院	生物医学工程	是	13951870361	技术专家