

一、基本目录

1. 投标分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320400-YTzb-G2025-0128

项目名称: 药品检验检测仪器采购项目

报价单位: 人民币 (元)

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	十万分之一天平	赛多利斯	MCA116S-3CCN-D	1、0-111g 全量程范围内的可读性:0.002mg。 2、可读性为 0.002mg 的最大称量:111g。 3、重复性(5%加载) 0.0025mg。 4、线性偏差 0.02mg 5、最小称量值(5%加载, k=2, U=0.10%, 符合 USP) 5mg 6、最小称量值(安全系数*2, 符合中国药典 25 版) 10mg 7、稳定时间≤ 3.5s 9、采用镂空式秤盘, 秤盘面积 1963 mm ² 12、具备一键式自动调水平功能, 无需手动调整 18、具有 CNAS 实验室认可证书且能力范围包含电子天平, 拥有较强的技术支持能力 20、内置静电消除器 HWL, 可高效消除样品或容器上的静电荷。	1	套	130600	130600
2	红外感应器	赛多利斯	YHS02MS	11、标配左右 2 个红外感应器, 实现无需用手接触的称量操作: 开关门、打印、去皮等, 可同时实现左边开门, 右边归零功能	2	个	2300	4600
3	容量瓶支架	赛多利斯	YSH02-3	/	1	套	6800	6800
4	打印机	北京天星	TX-900SA	76mm 宽行针式打印, 使用色带和普通纸, 报告可长期保存。RS232 和 USB 双接口, 448 点/行高分辨率, 高速双向打印	1	台	2800	2800
5	电脑	惠普	国产	/	1	台	5000	5000
合 计: 壹拾肆万玖仟捌佰元整 (含 13%增值税)							¥149800.00	

- 注: 1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。
5. 气源无需单独报价, 供应商根据每台设备用气量占比将报价含在每台设备中。总报价=四台设备报价总和。

投标人名称 (加盖公章): 南京国思源商贸有限公司

日期: 2026 年 1 月 13 日

3201110902111