

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈建伟
	职称: 助理研究员
	工作单位: 苏大附一院
项目信息	项目名称: 麻醉机 (高频喷射通气)
	单位名称: 昆山市第一人民医院
专业人员论证意见	了解到目前昆山一院根据实际使用需求需要增添麻醉机(高频喷射通气)1套, 高频喷射通气技术的麻醉机具有双频重叠喷射通气、智能一体化工作流程等技术特点, 该特点可以保证病人的术中供氧及血氧饱和度, 保证不同环境的手术及多年龄层患者的手术安全。在临床使用中能精准控制气流量, 为患者提供更安全的手术环境以及手术治疗的需求。目前有该功能的国产产品未取得医疗器械注册证的只有迈瑞 A7 麻醉机(国械注准 20233081170)故专家组一致认为此次麻醉机(高频喷射通气)项目采购只能采用单一来源方式采购迈瑞 A7 麻醉机, 由昆山地区原厂唯一授权的苏州植月科技有限公司承接此项目。 拟指定的昆山地区唯一授权供应商: 苏州植月科技有限公司 公司地址: 苏州工业园区唯华路 5 号君悦生活广场 8 幢 09007 室
专业人员签字	陈建伟 日期: 2025. 9. 22

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 
	职称： 主任医师
	工作单位：  苏州大学第二医院
项目信息	项目名称：麻醉机（高频喷射通气）
	单位名称：昆山市第一人民医院
专业人员论证意见	3. 苏州大学第二医院根据临床使用需求需要增加麻醉机（高频喷射通气）1套，高频喷射通气技术的麻醉机具有双频率、智能一体工作流等技术特点。该设备可以保证病人术中供氧及维持血氧饱和度，保证不同环境下的氧及二氧化碳浓度的平衡。在临床使用中能够精准控制气体流量，为临床提供安全的手术环境。以及手术中的需求。目前有该功能的国产产品且取得医疗器械注册证。已有迈瑞A7麻醉机（国械注进20233081170）故专家组一致认为此次麻醉机（高频喷射通气）项目采购产品应采用单一来源方式，采购迈瑞A7麻醉机，由昆山地区唯一授权经销商苏州捷月科技有限公司承担此项目。 苏州捷月科技有限公司唯一授权经销商：苏州捷月科技有限公司 公司地址：苏州工业园区阳澄湖5号君悦酒店8楼807室
专业人员签字	 日期：2025.9.22

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 中评
	工作单位:  苏州市疾病预防控制中心
项目信息	项目名称: 麻醉机（高频喷射通气）
	单位名称: 昆山市第一人民医院
专业人员论证意见	经查阅昆山一院采购使用要求需要增添麻醉机（高频喷射通气）1套。高频喷射通气技术的麻醉机具有双环路加热喷射通气、智能一体化工作流等技术特点，该特点可以防止病人术中缺氧及血氧饱和度，保证不同环境的手术及不同年龄层患者的手术安全。在临床使用中能够精确控制气体流量，为患者提供更舒适的手术环境，以及手术治疗的需示。目前该功能以国产产品且取得医疗器械注册证的只有迈瑞A7麻醉机（国械注准20233081170）；故专家组一致认为此麻醉机（高频喷射通气）项目采购只能采用单一来源方式采购迈瑞A7麻醉机。由昆山地区唯一授权的苏州祺同科技股份有限公司承接此项目。 苏州祺同是昆山地区唯一授权代理商，苏州祺同科技股份有限公司，公司地址：苏州工业园区唯华路5号君用生活广场8幢09007室。
专业人员签字	 日期: 2025.9.22

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式论证专家签到表

论证项目名称：麻醉机（高频喷射通气）

日期：2025年 9 月 22 日

序号	姓名	工作单位	职务	专业	职称	联系电话	是否属专家库
1	徐伟红	苏州大学		材料	教授	131510051	是
2	王小明	苏州市疾控中心		微生物	中级	18962168670	是
3	陈建伟	苏州大学一院		医疗设备	中级	1962152678	是
4							
5							
6							
7							

采用单一来源方式申请

一、采购人：昆山市第一人民医院

二、采购项目名称：麻醉机（高频喷射通气）

三、采购项目内容：麻醉机（高频喷射通气），1套

四、采购预算金额：人民币大写：柒拾万元整（¥700000.00）

五、采用单一来源采购方式的原因、相关说明：

因我院现各类手术增多，复杂气道环境下的手术也增多，现需增配一台具有高频喷射通气技术的麻醉机用于呼吸与危重症医学科复杂气道管理和特定手术场景，该功能为双频率叠加喷射通气、智能一体化 workflows 等技术特点，该技术可以保证病人的术中供氧及血氧饱和度，保证了不同环境的手术及各年龄层患者的手术安全。在临床使用中能精准控制气体流量，为患者提供更安全的手术环境，以满足临床治疗需求，经了解，目前具有此功能的国产产品且取得医疗器械注册证的只有迈瑞 A7 麻醉机（国械注准 20233081170）；

本项目具有唯一性和不可替代性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项，只能从唯一供应商处采购的要求。因此本项目申请采用单一来源方式采购，由昆山地区唯一原厂授权供应商为苏州棋月科技有限公司承担此项目。

六、拟指定的昆山地区唯一授权供应商：苏州棋月科技有限公司

拟定苏州地区唯一授权供应商：苏州工业园区唯华路 5 号君风生活广场 8 幢 09007 室



附件 1

单一来源方式政府采购项目登记表

采购单位（盖章）：

采购项目	麻醉机（高频喷射通气）		
采购单位名称	昆山市第一人民医院	采购预算（万元）	70
代理机构名称	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司		
单一来源采购的理由	因我院现各类手术增多，复杂气道环境下的手术也增多，现需增配一台具有高频喷射通气技术的麻醉机用于呼吸与危重症医学科复杂气道管理和特定手术场景，该功能为双频率叠加喷射通气、智能一体化工作流等技术特点，该技术可以保证病人的术中供氧及血氧饱和度，保证了不同环境的手术及各年龄层患者的手术安全。在临床使用中能精准控制气体流量，为患者提供更安全的手术环境，以满足临床治疗需求，经了解，目前具有此功能的国产产品且取得医疗器械注册证的只有迈瑞 A7 麻醉机（国械注准 20233081170）； 本项目具有唯一性和不可替代性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项，只能从唯一供应商处采购的要求。因此本项目申请采用单一来源方式采购，由昆山地区唯一原厂授权供应商为苏州棋月科技有限公司承担此项目。 单位负责人：[Signature] 经办人：[Signature] 联系电话：13913287702 2025 年 9 月 29 日		
主管部门意见	主管单位盖章：[Signature] 2025 年 10 月 30 日		
附件名称	1. 项目审批表 2. 专家意见、专家签到 3. 其他相关材料		

注：本表适用于公开招标数额以下采用单一来源方式的政府采购项目，一式二份