

苏锡通科技产业园区人民医院医疗家具项目（含特装区、实验室区）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0108

原公告的采购项目名称：苏锡通科技产业园区人民医院医疗家具项目（含特装区、实验室区）

首次公告日期：2025 年 8 月 13 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1、原采购文件中采购产品所涉及到的“样品水龙头”、“水槽”、“洗眼器”未作安装要求，现更正为采购产品所涉及到的“样品水龙头”、“水槽”、“洗眼器”无需安装，但产品须保留安装预留孔。

2、原采购文件的采购需求中“医用环保治疗柜”中“先进先出上柜”尺寸未明确，“高危药品柜”尺寸未明确。现更正为“医用环保治疗柜”中“先进先出上柜”尺寸明确为“500*350*600mm”，“高危药品柜”尺寸明确为“500*600*835mm”。

3、原采购文件中“第六章 投标文件格式”的“2. 投标分项报价表（格式见附件 2）”格式为：

附件 2

投标分项报价表（分包号：***）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	产 品 名 称	品 牌	规格 型号	制造 商名 称	产地	交付期	数量	分项 单价	分项 总价
2						合同签订 后__日			
3									
4									
...	...								
投标总报价（人民币：元）									

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4. 项目经办人可以根据项目实际需要调整表格结构。

现有更正，更正格式详见本公告附件 1。响应供应商应以本更正公告附件格式为准，否则视为无效响应。

4、本项目 CAD 图纸下载链接及方式详见本项目公告附件 2。

5、本项目原采购文件“第五章评标方法与评标标准”中“2. 技术分：30 分”为：

序号	评分点名称	评审标准	最高分	最低分	主/客观分
1	生产设备	根据投标产品所需的主要生产设备配置情况进行评分： 1、投标人具有全自动激光（含开平、校平、激光成型、自动分拣）流水线、全自动激光焊接加工中心，得1分，缺一项不得分。 2、投标人具有全自动喷淋脱脂清洗流水线、全自动喷淋镀膜烘干机、全自动喷涂流水线，得1分，缺一项不得分。 3、投标人具有钣金自动化组装设备，得1分，缺一项不得分。 评审依据：提供购置设备发票复印件、设备实拍图及付款凭证（付款日期应在投标截止时间之前）。如发票上所写设备名称与上述设备名称有文字上的差异，但属于同类产品且实际功能一致的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评标委员会评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。投标人需对提供的各项材料真实性负责，一旦中标，采购人有权对中标人进行实地考察，如发现弄虚作假，采购人有权取消中标人资格、并报采购监管部门按相关规定进行处罚。	3	0	客观分
2	项目实施方案	投标人针对本项目的项目实施方案，对其项目实施能力进行综合评审，包括但不限于：项目实施措施、项目整体进度、生产工艺流程、安装调试方案、团队配备及安排、组织验收方案等方面； ①方案内容包含以上全部内容且详实；人员配备齐全及安排妥当、实施运行流畅；实施过程中对重点难点的预判均有细致的应对预案的，得6分； ②方案内容包含以上全部内容但部分内容不详细的；能有效的落实于项目实处，人员配备合理且安排得当；实施过程中对重点难点均有应对方案的，得3分； ③方案内容包含以上全部内容但内容不详细；能落实于项目实处，但不全面，人员配备一般；实施过程中对重点难点应对方案一般的，得1分； ④方案内容不完整且粗略、实施有一定的	6	0	主观分

		难度，人员配备不合理，对重点难点的应对方案措施欠缺的或未提供的不得分。			
3	质量、工期进度保障措施	投标人针对本项目制定质量控制措施、工期保障措施，措施包括但不限于：原材料渠道保障、生产线和设备保障、加工排产进度控制方案、配送安装方案、时间进度安排等内容评审： ①有完善的质量控制和工期保障措施科学、合理，原材料正规可追溯源、生产设备安全有保障，配送安装、加工排产、时间进度措施完整合理、针对性强的，得6分； ②质量控制和工期保障措施内容完整，原材料渠道有保证、生产设备安全有一定的保障，配送安装、加工排产、时间进度措施完整可实施的，得3分； ③质量控制和工期保障措施内容完整但不详细，原材料渠道有保证、生产设备安全有一定的保障，配送安装、加工排产、时间进度措施完整可实施的，但内容不详细的，得1分； ④质量控制和工期保障措施内容简单笼统，原材料无法确定渠道正规、生产设备安全保障能力差，配送安装、加工排产、时间进度措施不完整，可行性差的或未提供的不得分。	6	0	主观分
4	设计方案	本项目公开招标后投标人自行对现场进行实地踏勘，依据项目安装现场条件及采购需求制作平面布局方案（至少包含(1)平面布置图、(2)三维图、(3)效果图）。评标委员会根据其是否专业、详细、完整、科学、合理、有针对性等方面进行评价，并按如下要求打分： (1)设计方案能最大限度提高空间利用率，布置设计科学合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容完整、理念先进的得5分； (2)设计方案能提高空间利用率，布置基本设计合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容基本完整的得3分； (3)设计方案能提高空间利用率，布置基本设计一般，平面布置图和室内彩色立体效果图内容一般的得3分； (4)未提供或提供的方案不符合本项目采购需求的，不得分。	5	0	主观分

5	样品	样品由投标人根据采购清单、相关图纸制作，体现最终产品的工艺水平、材料品质、外观及整体质量。评委根据投标人提供的样品进行综合评审。 (1) 医用环保治疗柜一组 6 分： ①样品整体美观、质感好、细节处理精细、外形款式新颖，产品稳定、材料材质，工艺结构很好、加工工艺先进、做工精细、无刺激性气味，整体质量好，符合医疗环境要求的得 6 分； ②样品整体较美观、质感较好、细节处理到位、外形款式较好，产品稳定性较好、材料材质，工艺结构较好、加工工艺较先进、做工较精细，无刺激性气味，整体质量较好的，较符合医疗环境要求的得 3 分； ③每个样品整体美观程度差、质感差、细节处理粗糙、外形款式老旧，稳定性差、材料材质和工艺结构差、加工工艺基本可行、做工基本可行、有少许刺激性气味、整体质量差的得 1 分； ④样品未提供或者有明显刺激性气味的不得分。 (2) 实验边台一组 4 分： ①样品整体美观、质感好、细节处理精细、外形款式新颖，产品稳定、材料材质，工艺结构很好、加工工艺先进、做工精细、无刺激性气味，整体质量好，符合医疗环境要求的得 4 分； ②样品整体较美观、质感较好、细节处理到位、外形款式较好，产品稳定性较好、材料材质，工艺结构较好、加工工艺较先进、做工较精细，无刺激性气味，整体质量较好的，较符合医疗环境要求的得 2 分； ③每个样品整体美观程度差、质感差、细节处理粗糙、外形款式老旧，稳定性差、材料材质和工艺结构差、加工工艺基本可行、做工基本可行、有少许刺激性气味、整体质量差的得 1 分； ④样品未提供或者有明显刺激性气味的不得分。	10	0	主观分
---	----	--	----	---	-----

现更正为：

2. 技术分：30 分

序	评分点	评审标准	最高	最	主/
---	-----	------	----	---	----

号	名称		分	低分	客观分
1	生产设备	根据投标产品所需的主要生产设备配置情况进行评分： 1、投标人具有全自动激光（含开平、校平、激光成型、自动分拣）流水线、全自动激光焊接加工中心，得 1 分，缺一项不得分。 2、投标人具有全自动喷淋脱脂清洗流水线、全自动喷淋镀膜烘干机、全自动喷涂流水线，得 1 分，缺一项不得分。 3、投标人具有钣金自动化组装设备，得 1 分，缺一项不得分。 评审依据：提供购置设备发票复印件、设备实拍图及付款凭证（付款日期应在投标截止时间之前）。如发票上所写设备名称与上述设备名称有文字上的差异，但属于同类产品且实际功能一致的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评标委员会评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。投标人需对提供的各项材料真实性负责，一旦中标，采购人有权对中标人进行实地考察，如发现弄虚作假，采购人有权取消中标人资格、并报采购监管部门按相关规定进行处罚。	3	0	客观分
2	项目实施方案	投标人针对本项目的项目实施方案，对其项目实施能力进行综合评审，包括但不限于：项目实施措施、项目整体进度、生产工艺流程、安装调试方案、团队配备及安排、组织验收方案等方面； ①方案内容包含以上全部内容且详实；人员配备齐全及安排妥当、实施运行流畅；实施过程中对重点难点的预判均有细致的应对预案的，得 6 分； ②方案内容包含以上全部内容但部分内容不详细的；能有效的落实于项目实处，人员配备合理且安排得当；实施过程中对重点难点均有应对方案的，得 3 分； ③方案内容包含以上全部内容但内容不详细；能落实于项目实处，但不全面，人员配备一般；实施过程中对重点难点应对方案一般的，得 1 分； ④方案内容不完整且粗略、实施有一定的难度，人员配备不合理，对重点难点的应对方案措施欠缺的或未提供的不得分。	6	0	主观分

3	质量、工期进度保证措施	投标人针对本项目制定质量控制措施、工期保障措施，措施包括但不限于：原材料渠道保障、生产线和设备保障、加工排产进度控制方案、配送安装方案、时间进度安排等内容评审： ①有完善的质量控制和工期保障措施科学、合理，原材料正规可追溯源、生产设备安全有保障，配送安装、加工排产、时间进度措施完整合理、针对性强的，得6分； ②质量控制和工期保障措施内容完整，原材料渠道有保证、生产设备安全有一定的保障，配送安装、加工排产、时间进度措施完整可实施的，得3分； ③质量控制和工期保障措施内容完整但不详细，原材料渠道有保证、生产设备安全有一定的保障，配送安装、加工排产、时间进度措施完整可实施的，但内容不详细的，得1分； ④质量控制和工期保障措施内容简单笼统，原材料无法确定渠道正规、生产设备安全保障能力差，配送安装、加工排产、时间进度措施不完整，可行性差的或未提供的不得分。	6	0	主观分
4	设计方案	本项目公开招标后投标人自行对现场进行实地踏勘，依据项目安装现场条件及采购需求制作如下区域或产品设计方案：九至十三层门诊住院医技综合楼处置、治疗室、护士站，详见附件3。投标人提供以上区域或产品(1)平面布置图、(2)三维图、(3)效果图)。评标委员会根据其是否专业、详细、完整、科学、合理、有针对性等方面进行评价，并按如下要求打分： (1)设计方案能最大限度提高空间利用率，布置设计科学合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容完整、理念先进的得5分； (2)设计方案能提高空间利用率，布置基本设计合理，平面布置图和室内彩色立体效果图内容基本完整的得3分； (3)设计方案能提高空间利用率，布置基本设计一般，平面布置图和室内彩色立体效果图内容一般的得3分； (4)未提供或提供的方案不符合本项目采购需求的，不得分。	5	0	主观分

5	样品	样品由投标人根据采购清单、相关图纸制作，体现最终产品的工艺水平、材料品质、外观及整体质量。评委根据投标人提供的样品进行综合评审。 (1) 医用环保治疗柜一组 6 分： ①样品整体美观、质感好、细节处理精细、外形款式新颖，产品稳定、材料材质，工艺结构很好、加工工艺先进、做工精细、无刺激性气味，整体质量好，符合医疗环境要求的得 6 分； ②样品整体较美观、质感较好、细节处理到位、外形款式较好，产品稳定性较好、材料材质，工艺结构较好、加工工艺较先进、做工较精细，无刺激性气味，整体质量较好的，较符合医疗环境要求的得 3 分； ③每个样品整体美观程度差、质感差、细节处理粗糙、外形款式老旧，稳定性差、材料材质和工艺结构差、加工工艺基本可行、做工基本可行、有少许刺激性气味、整体质量差的得 1 分； ④样品未提供或者有明显刺激性气味的不得分。 (2) 实验边台一组 4 分： ①样品整体美观、质感好、细节处理精细、外形款式新颖，产品稳定、材料材质，工艺结构很好、加工工艺先进、做工精细、无刺激性气味，整体质量好，符合医疗环境要求的得 4 分； ②样品整体较美观、质感较好、细节处理到位、外形款式较好，产品稳定性较好、材料材质，工艺结构较好、加工工艺较先进、做工较精细，无刺激性气味，整体质量较好的，较符合医疗环境要求的得 2 分； ③每个样品整体美观程度差、质感差、细节处理粗糙、外形款式老旧，稳定性差、材料材质和工艺结构差、加工工艺基本可行、做工基本可行、有少许刺激性气味、整体质量差的得 1 分； ④样品未提供或者有明显刺激性气味的不得分。	10	0	主观分
---	----	--	----	---	-----

更正日期： 2025 年 8 月 19 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：苏锡通科技产业园区人民医院

地址：苏锡通园区江成路 1088 号

联系人：孙工

联系方式：19895931915

五、附件

附件 1 投标分项报价表

附件 2 CAD 图纸

附件 3 需提供设计方案的区域

