

单一来源采购论证专家签到表

项目名称：南通市第一人民医院飞利浦 DSA 球管更换

签到日期：2025 年 10 月 29 日

序号	姓名	职务/职称	工作单位	电话/手机	身份证	签名
1	邱茜	高级技师	江苏省中医院	1391999980	360103197610080326	邱茜
2	钟朝晖	副主任医师	南通市第一人民医院	18951769700	320112196112141629	钟朝晖
3	孙永贵	副主任医师	江苏省口腔医院	13851647400	320922196802201188	孙永贵
4						
5						

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：神朝晖	
	职称：高级经济师	
	工作单位：南京市儿童医院	
项目信息	项目名称：飞利浦 DSA 球管更换	
	供应商名称：飞利浦（中国）投资有限公司	
专业人员论证意见	该院原购飞利浦 DSA 设备，使用年高，由于使用年数多，设备球管发生故障需要更换，球管居于设备核心部位，只有原厂生产的球管与该设备配套使用。考虑到设备的安全及稳定性，建议采用单一来源方式采购球管。	
专业人员签字	神朝晖	日期 2015 年 10 月 21 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 200005	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 江苏省口腔医院	
项目信息	项目名称: 飞利浦 DSA 球管更换	
	供应商名称: 飞利浦(中国)投资有限公司	
专业人员论证意见	该院飞利浦 DSA 设备, 使用频率高, 目前设备球管曝光次数已超过设备额定次数, 现设备球管发生故障, 急需更换, DSA 球管属于设备的核心配件, 只有原厂生产的球管才能与原设备配套使用。 为保障设备的安全运行和稳定, 建议采用单一来源方式从飞利浦(中国)投资有限公司采购球管更换。	
专业人员签字	200005	日期 2025 年 10 月 4 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>邱勃</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>江苏省中医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>飞利浦 DSA 球管更换</u>	
	供应商名称: <u>飞利浦（中国）投资有限公司</u>	
专业人员论证意见	该院于2016年采购的飞利浦 DSA 设备, 使用多年, 利用率高. 目前该设备球管曝光次数已远超设备额定曝光次数. 现该设备球管发生故障, 需要更换. DSA 球管属于设备的核心部件. 只有原厂生产的球管才能与原设备配套使用. 为保障设备的安全性和稳定性, 建议采用单一来源方式从飞利浦(中国)投资有限公司采购球管进行更换.	
专业人员签字	<u>邱勃</u>	日期 <u>2025年10月29日</u>