

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人 员信息	姓名: 牛一军
	职称: 工程师
	工作单位: 苏州市卫健委
项目 信息	项目名称: 电子胃肠镜
	供应商名称: 上海德奕萱健康科技有限公司
专业人 员论证 意见	为了匹配医院科室现有主机匹配正常功能功能, 便于后续的临床诊疗, 早期检查, 所以胃肠镜需要配备相应的光纤内镜, 经国家药监局备案奥林巴斯品牌胃肠镜与医院现有奥林巴斯290系列主机匹配度相匹配。为了临床检查的舒适性和安全性, 需要所购内镜具备可变硬镜、光镜联动弯曲镜等反折插入技术, 并与医院现有奥林巴斯290主机联动实现以上功能。经国家药监局备案奥林巴斯品牌胃肠镜与奥林巴斯290主机能匹配完成。为了实现镜下最佳色彩还原性, 提高镜下细胞病变检出率, 需要所购胃肠镜具有黑白CCD组件, 并与医院现有奥林巴斯290主机相匹配。经国家药监局备案奥林巴斯品牌胃肠镜能匹配。因此, 只有奥林巴斯品牌的配件可与医院现有奥林巴斯品牌290系列主机兼容, 上述德奕萱健康科技有限公司为奥林巴斯胃肠镜产品在江苏省的唯一授权经销商。 综上所述, 我认为: 本项目采用单一来源采购方式符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定, 经批准, 由上海德奕萱健康科技有限公司作为唯一供应商承接实施。单位地址: 苏州市工业园区卫安路6495号118号3幢4楼(金工给排小屋)。
专业人 员签字	牛一军 日期 2025年12月22日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 余进
	职称: 主任技师
	工作单位: 苏州科技城医院
项目信息	项目名称: 电子胃肠镜
	供应商名称: 上海德奕萱健康科技有限公司
专业人员论证意见	为了匹配医院现有主机NBI窄带光成像功能,便于更好的发现和诊断早期癌症,所以胃肠镜需具备NBI窄带光成像功能。经调研只有奥林巴斯品牌胃肠镜与医院现有奥林巴斯290主机NBI成像功能相匹配。为了实现肠镜检查的舒适性与安全性,此肠镜需具备可变硬度,先端被动弯曲保护其反压性插入技术并与医院现有奥林巴斯290主机联动实现以上功能。经调研只有奥林巴斯品牌肠镜与奥林巴斯290主机能匹配实现。为了实现白光下最佳色彩还原性,提高白光下细微病变检出率,需要此肠镜具有黑白CCD组件,并与医院现有奥林巴斯290主机相匹配。经调研只有奥林巴斯品牌胃肠镜能匹配。因此仅奥林巴斯品牌的配件可与医院现有奥林巴斯品牌290系列的主机兼容。上海德奕萱健康科技有限公司为奥林巴斯胃肠镜产品在江苏省苏州地区的唯一授权经销商。 综上所述,专家组一致认为,本项目只能采用单一来源采购方式,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(一)的规定,只能从唯一供应商采购,由上海德奕萱健康科技有限公司作为唯一供应商承接实施。单位地址:上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢4楼(金工经济小区)
专业人员签字	余进 日期: 2021年12月22日

单一来源采购方式专业人员论证意见

[illegible]

单一来源论证专家签到表

论证时间：2025 年 12 月 22 日

论证项目：电子胃肠镜

采购单位：苏州工业园区星塘医院

序号	专家姓名	职称	工作单位	专业	联系电话	是否专家 库成员
1	李军	主任医师	苏州星塘医院	设备	13656203745	是
2	俞燕	主任医师	苏州科技城医院	设备	17706216609	是
3	王军	正高	苏州星塘医院	设备	13818100004	是