政府采购合同

合同编号：JSZC-320500-SZWK-G2025-0506

甲方：苏州市中医医院
联系人：徐洪
电话：0512-67872446

乙方：国药器械（苏州）医疗器械有限公司
联系人：沈超
电话：18913551132
地址：苏州市姑苏区公园路55号智能科技大厦三楼E区

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及苏州市政府采购编号为JSZC-320500-SZWK-G2025-0506招标文件及乙方的投标文件、中标通知书、在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等，经甲乙双方友好协商，就此次成交的内镜室洗消及诊疗操作台设备（以下简称“标的物”）的购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。本合同由一般条款与特殊条款二部分组成。

第一部分　合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4. 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5. 质量保证

5.1 乙方应保证所提供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

6. 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7. 售后服务

7.1 质保期内，乙方对故障负责，货物更换、维修所涉及的有关费用及由此引起的相关损失由乙方承担，同时相应延长更换和修补零件的质量保证期。对于损坏的零部件，乙方应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给甲方。

7.2 按合同定期到货，安装前乙方需把设备资料报甲方审核；

7.3 终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；

7.4 在质保期满后，乙方需长期提供优惠价格的主要零配件；

7.5 乙方保证接到故障电话后能保证 2 小时内到现场，如需更换设备或送修，必须在 48 小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。

7.6 伴随服务：质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标人在电子投标文件中填报）。

三、标的物的交付、检验和验收

8.标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9. 验收标准和方式：

9.1 验收条件：

（1）乙方应在电子投标文件中提供一份验收大纲，在甲方确认后作为甲方验收的依据

（2）投标设备由甲方及有关部门进行验收；

（3）设备到达采购方指定地点，应提前通知甲方，由甲方会同专业人员根据有关清单进行验收；

（4）设备安装调试完成后，乙方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按合同文件、国家制造和安装的标准等要求进行检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。

9.2 验收方式：

（1）设备安装后，甲方按国家标准及厂方标准进行质量验收。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在设备完全正常运转和甲方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

（2）验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告

四、对标的物提出异议的时间和办法

10. 对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11. 合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.1 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

12.2 甲方违约责任

12.2.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

12.2.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

12.2.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

12.3 乙方违约责任

12.3.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

12.3.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

七、不可抗力

13.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

13.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、索赔

14. 索赔

14.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

14.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

14.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

14.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何

一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

14.4 甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

九、合同的解除和转让

15. 合同的解除

15.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

15.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

15.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

15.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

16. 合同的转让

合同不得转让。

第二部分　合同特殊条款

一、合同内容

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	总价（元）	备注
1	消化内镜、喉镜洗消槽	迈尔 NQG-2000	杭州迈尔科技有限公司	批	1	1073000.00	
2	内镜吊塔及相关安装设备（含锚栓安装）	德尔格 Agila CC	上海德尔格医疗器械有限公司	套	3		
3	内镜清洗消毒机（双缸）	迈尔 EWS-200	杭州迈尔科技有限公司	台	1		
4	等离子空气消毒机（100m³）	迈尔 ML/KJF-B100	杭州迈尔科技有限公司	台	8		
5	洗眼装置	迈尔 医学专用	杭州迈尔科技有限公司	套	1		
6	嵌入式超声波清洗机	迈尔 MLQ-300	杭州迈尔科技有限公司	台	1		
7	酸化水管路	迈尔 医学专用	杭州迈尔科技有限公司	套	1		
8	电动感控门	贺多龙等 530	贺多龙自动门控设备有限公司	批	1	420000.00	
9	内镜室装修配套设备	医学专用 起帆等	上海起帆电线电缆有限公司	批	1		
合计（人民币大写）：壹佰肆拾玖万叁仟元整						¥：1493000.00	

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币壹佰肆拾玖万叁仟元整（￥1493000.00），投标总价一次报定，总报价包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工审图费、总包现场施工配合费等各项应有费用。

2、付款方式：

乙方完成安装调试且经甲方阶段验收，并向甲方提供下列单据（A、B、C）后，甲方向乙方支付至合同总价的 80%；项目经甲方最终验收合格，并经项目结算审计结束后，由甲方支付至乙方审计价 95%；余款在最终验收合格满一年后，由甲方向乙方按审计价一次性无息付清。

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方及采购代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

账户信息：

乙方开户名称：国药器械（苏州）医疗器械有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司苏州城中支行

银行账号：512910694510806

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、质保期内设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

四、售后服务：

1、质保期为原厂3年，自验收合格之日起计算；

2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、交货和安装：

1、交货时间：自合同签订生效后接甲方进场通知后15天内供货并安装调试结束且应通过甲方最终验收。发货前应书面通知甲方；

2、交货地点：由乙方负责办理运输将标的物送到采购人所在地。

3、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。

六、违约责任：

按采购文件的规定执行。

七、合同生效及其它：

1、本合同在双方签名盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理部门和采购代理机构备存。

八、争议解决及未尽事宜

1.争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、附则

1. 合同份数。

本合同一式四份，甲方两份、乙方及采购代理机构各执一份。

2. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

（以下无正文）

甲方（公章或合同专用章）：

法定代表人或授权代表：

乙方（公章或合同专用章）：

法定代表人或授权代表：

签约日期：2025.12.5

附件一：消化内镜、喉镜洗消槽清单

杭州迈尔科技有限公司

苏州市中医医院 内镜清洗工作站配置表

2025年11月18日

序号	项目		单位	胃镜	肠镜	喉镜	合计总数	备注
1	主要配备	中背板豪华型主体	M	10.82	8.76	3.70	23.28	台面、洗消槽为一整体，采用独资公司生产的改性PMMA高分子复合原材料生产、板厚约4mm，经高温整体成型，多层复合，具有弹性好、表面硬度高，耐候性优良；抗氧化，耐酸碱，表面光滑易清洁（细菌残留量远远低于不锈钢，人造石，陶瓷盆和其它普通塑料），耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等特征及优点。 独家拥有的豪华型背板，采用面层为PMMA的改性ABS复合板，板厚约4mm，经热合成型加之特定的生产工艺流程，防腐防潮，永不生锈。与其它的玻璃背板、玻钢背板、冷扎板背板、木质装饰板材具有无与伦比的质量优势。 人性化倾斜式操作面板平面设计，从光学、人体工程学及美学方面考虑，有效的缓解了操作时手部的疲劳与不适，从视觉效果上有效的避免了炫光对操作人员眼睛造成的刺激疲劳。 台面采用前高后低倾斜式防泛水设计，使溅到台面的液体全部从下水道流走。
2		自动灌流器	套	10	10	5	25.00	迈尔科技
3		中心气体处理系统	套	1	1	1	3.00	迈尔科技
4		给排水系统	点位	13	10	5	28.00	迈尔科技
5		内镜吹干器	套	1			1.00	迈尔科技、嵌入式
6		高压气枪	把	5	5	3	13.00	迈尔科技 新款
7		高压水枪	把	5	5	2	12.00	迈尔科技 新款
8		内镜清洗消毒器	套	1	1		2	迈尔科技 双缸、胃肠镜用
9		内镜追溯系统	套				1	迈尔科技 、适用胃、肠镜清洗、需要医院免费开放对接端口和预留IP地址
10		中心电源	套	1	1	1	3.00	迈尔科技
11		酒精灌流器	套	1	1	1	3.00	迈尔科技
12		测漏系统	套	1	1	1	3.00	迈尔科技
13		自动加酶	套	3	3	1	7.00	迈尔科技
14		方槽盖	个	3	3	1	7.00	迈尔科技 上下双把手
15		空压机	个	1	1	1	3.00	迈尔科技
16		嵌入式超声波清洗机	套	1			1.00	迈尔科技
17		置物台电源	套	1	1		2.00	迈尔科技
18		置物碟	个	1	1	1	3.00	迈尔科技
19		豪华型中背板	M	1.25	1.25		2.50	迈尔科技
20		等离子空气消毒机	台				8.00	迈尔科技 嵌入式
21		酸化水龙头	个	1.00			1.00	酸化水专用型、包含管路连接
22		洗眼龙头	个	1			1	迈尔科技

地址：浙江省杭州市桐庐经济开发区白云源东路555号 销售热线：0571-82877755 服务电话：400-8771-565

附件二：电动感控门清单

序号	名目	品牌	规格	单位	数量
1	普通双开木门	恩泽	成品木门带门套/1400*2300/不锈钢铰链/不锈钢双开门执手锁/不锈钢门吸	樘	3
2	电动双开防火门	华明	型号:甲级钢制防火门电动双开防火门带门套/不锈钢铰链/不锈钢双开门执手锁/不锈钢门吸/含执行器/门禁（断电自动释放）	樘	1
3	铝合金单开门	博全铝构	型号:80 型材配套门套 铝合金单开门带门套/不锈钢铰链/不锈钢双开门执手锁/不锈钢门吸	樘	1
4	铝合金隔断	博全铝构	型号:80 型材 铝合金隔断/5mm 钢化玻璃	平方	12
5	金属电动门	贺多龙(门机)	型号:530 电动感控门带门套/不锈钢铰链/不锈钢拉手/含电机、轨道及门边加固等/含执行器	扇	2
6	电力电缆	起帆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB1-YJY-5*10 3.材质：铜芯	米	45
7	电力电缆	起帆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB1-YJY-5*16 3.材质：铜芯	米	60
8	配线	起帆	1.名称：铜芯线 2.配线形式：桥架或管内敷设 3.型号：WDZB1-BYJ-4	米	117
9	配线	起帆	1.名称：铜芯线 2.配线形式：桥架或管内敷设 3.型号：WDZB1-BYJ-1.5	米	360
10	配线	起帆	1.名称：网络线 2.配线形式：桥架或管内敷设 3.型号：超 6 类	米	510
11	P V C 管	公元	1.名称：PVC 电工管 2.敷设方式：暗或明敷 3.型号：PVC20	米	121

12	配电箱	德力西	1.名称：配电箱	只	2
13	接线盒	公元	1.名称：接线盒 2.敷设方式：暗或明敷 3.型号：86型	只	8

附件三：内镜室装修配套设备清单

序号	名称	品牌、规格（W*D*H）mm	材质及工艺要求	数量	单位
1	置物装置	固腾福豪型号:中型仓储货架1200*500*2000	1、材料：采用冷轧钢板，立柱截面尺寸40*80*1.2mm，孔距75mm,横梁截面尺寸40*60*1.2mm，挂爪2.5mm，层板厚度0.8mm。货架立柱经辊压、冲压而成，横梁P型管经辊压而成，层板配加强筋。架体经喷淋陶化后静电喷塑，通过恒温固化。表面整洁，架体稳固耐用。 2、四层板,层板间距可调,每层层载180-220kg。	2	个
2	器械柜	精研实验900*500*1800	1、柜体：采用≥0.6mm厚冷轧钢板，均采用一体折弯工艺，手能接触的部分均无锐角。 2、工艺：采用防锈工艺，静电喷涂工艺，采用粉末涂装。 3、五金配件：导轨，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》要求。缓冲插销式铰链。锁具，符合QB/T1621-2015《家具锁》要求。锁头、钥匙表面应平整光洁，电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，钥匙插拔灵活，无卡滞现象。 4、其他：柜内上下内置可调节层板，上下各1块。	4	个
3	治疗车	干将定制700*450*800	1、304不锈钢，符合GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T224-2019《钢的脱碳层深度测定法》要求，整体没有外露焊点。 2、底部配有配有万向刹车轮,符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》,表面光滑平整,脚轮转动顺畅,滑动时无杂音、活动自如。 3、含抽屉。	4	个
4	隔离帘（不含轨道）	乐美嘉家纺 尺寸以实际测量为准	1.成分：100%聚酯纤维； 2. 厚度：≥0.4mm 3.质量：≥195g/㎡ 4.色牢度：耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、耐次氯酸盐漂白色牢度≥3级 6.环保要求：无异味、PH值：4.0-7.5、甲醛含量：≤300mg/kg。	48	㎡

			7.总光通量透射比：≤10% 8.阻燃等级：水洗 50 次后符合 GB20286-2006 1 级 9.抗菌性能：金黄色葡萄球菌≥70%，大肠杆菌≥70%，白色念珠菌≥70% 10.防霉性能：≤1 级 11.防污性能：≤1 级 12.制作工艺褶皱比：1:1.8		
5	隔帘轨道	乐美嘉家纺 尺寸以实际测量为准	1.成分：Si 0.20%—0.6%、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10%、Mg0.45%—0.9%、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10% 2.壁厚：≥1.0mm 3.抗拉强度：≥200MPa 4.断后延伸率：≥10% 6.膜厚：≥15um 7.轨道承重：≥50kg 8.滑轮承重：≥30kg 9.盐雾试验（250h）：≥9 级 10.硬度：韦氏≥13HW 维氏≥70HV5 11.耐砂浆性：经砂浆性试验后，复合膜表面应无脱落或其他明显变化 12.耐碱性：≥9 级 13.耐盐酸性：经盐酸性试验后，膜层表面不应出现气泡或其他明显变化	16	米
6	钢木工作台	巴洛卡 1400*700*750	1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》要求。台面厚度≥25mm。 2、封边：采用同色 PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》、GB/T 1034-2008《塑料 吸水性的测定》、GB/T 3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》、GB/T 1033.1-2008《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定	4	张

			法，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵。 3、五金配件：锁头、钥匙表面应平整光洁，电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，钥匙插拔灵活，无卡滞现象。 4、桌脚：门字型钢架脚，壁厚≥1.5mm，钢架焊接。表面经防腐抗菌喷涂粉末处理，符合GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。 5、其他：桌面上含线盒 不含86插座面板）。配置固定三抽抽屉柜。		
7	工作椅	巴洛卡 Φ360×550~750mm	1、面材：环保超纤皮，符合QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。 2、气压棒：升降自如，升降时无声响。密封性能，耐高低温性能，循环寿命符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 3、五星脚：金属脚。 4、椅轮：采用椅轮，塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍，应无明显色差，活动自如。	18	个
8	医用冰箱	日仕 型号：XF-FL-80D-1200D 容量：约70L	温度范围：2-8度	1	个

安装辅材清单

序号	名称	品牌	规格	单位	数量
1	地面混凝土		C25预拌混凝土 非泵送 不分格垫层/人工拆除混凝土地坪及路面(有筋) 每增减1cm/垃圾外运/地面地砖/刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)、构造柱转移	m2	84

2	防水	东方雨虹	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚 2mm)	m2	108
3	砌墙（内墙）		M5 普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200 厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)/20 公分墙体转移（含垃圾清运）	m3	15.6
4	PVC 地板	盟多	PVC 地板、地坪整理，自流平	m2	242
5	块料楼地面	冠珠	30mm 厚干硬性水泥洗砂机/素水泥灰一遍/600*600mm 厚地砖，白水泥擦缝	m2	70
6	吊顶天棚	宝欣兰	600mm *600mm 铝合金扣板天棚安装在轻钢龙骨上 平面/装配式 (不上人型)	m2	242
7	涂料	多乐士	底涂料一遍/面涂料一遍	m2	546
	铝塑板	吉祥	1200mm×2400mm	m2	114
8	塑料给水管	公元	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm/管道消毒、冲洗 公称直径 50mm 以内/管道压力试验 公称直径 100mm 以内	米	132.6
9	螺纹阀门	埃美柯	1.名称：铜闸阀 2.规格：DN20,1.6Mpa 3.连接方式：螺纹连接	只	4
10	排水管	公元	1.名称：U-PVC 排水管 2.规格：de50 3.连接方式：胶水粘连	米	81.9
11	排水 PVC 管	公元	1.名称：U-PVC 排水管 2.规格：de75 3.连接方式：胶水粘连	米	22
12	排水 PVC 管	公元	1.名称：U-PVC 排水管 2.规格：de110 3.连接方式：胶水粘连	米	18
13	地漏	潜水艇	1.名称：地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：de100	只	4
14	电热水器	美的	电热水器(挂式) RS30 型	只	1
15	螺纹阀门	埃美柯	1.名称：三角阀 2.规格：DN20,1.6Mpa 3.连接方式：螺纹连接	只	69
16	洗涤盆	惠达	1.名称：洗脸盆（含冷热水混合龙头）	套	7

			2.规格、型号： 600*557/K-22778T-1-0		
17	配管	国产优质	1.名称：软管 2.材质：金属 3.规格：Φ16 4.敷设方式：吊棚内暗敷设	米	36
18	接线盒	公元	1.名称：开关盒 2.材质：PVC 3.规格：86型 4.安装形式：暗装	只	48
19	接线盒	公元	1.名称：灯头盒 2.材质：PVC 3.规格：86型 4.安装形式：暗装	只	32
20	插座	西门子	1.名称：单相二三孔组和插座 2.规格：250V 10A安全型 3.安装方式：暗装	只	24
21	插座	西门子	1.名称：双口网面板 2.规格：86型 3.安装方式：暗装	只	4
22	插座	西门子	1.名称：单口网面板 2.规格：86型 3.安装方式：暗装	只	4
23	配线	起帆	1.名称：铜芯线 2.配线形式：桥架或管内敷设 3.型号：WDZB1-BYJ-2.5	米	2040
24	配管	公元	1.名称：电工管 2.材质：PVC 3.规格：Φ20 4.敷设方式：砖混结构暗配 5.含刨沟槽机修复	米	307
25	配管	公元	1.名称：电工管 2.材质：PVC 3.规格：Φ25 4.敷设方式：砖混结构暗配 5.含刨沟槽机修复	米	135
26	配线	一舟	1.名称：网络线 2.配线形式：桥架或管内敷设 3.型号：超6类	米	900
27	电力电缆	起帆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB1-YJY-5*6 3.材质：铜芯	米	86

28	照明开关	西门子	1.名称：单联双控开关 2.安装方式：暗装	只	6
29	照明开关	西门子	1.名称：单联单控开关 2.安装方式：暗装	只	1
30	点光源艺术装饰灯具	久禾	1.名称：筒灯 2.型号：LED 3.规格：灯具直径(Φ200mm) 4.安装形式：嵌入式	只	1
31	荧光灯	久禾	1.名称：LED 平板灯 2.型号： 3.规格：1200*300（mm） 4.安装形式：吸顶安装	只	30
32	配线	起帆	1.名称：铜芯线 2.配线形式：桥架或管内敷设 3.型号：WDZB1-BYJ-4	米	1400
33	配电箱	主要元器件：施耐德	1.名称：配电箱 2.安装方式：挂墙明装 3.型号：15 回路，详见图纸	只	1
34	开关	施耐德	1.名称：断路开关 2.安装位置：配电箱内 3.型号：3P32A	只	2
35	开关	施耐德	1.名称：漏电开关 2.安装位置：配电箱内 3.型号：25A2P	只	4
36	开关	施耐德	1.名称：漏电开关 2.安装位置：配电箱内 3.型号：16A2P	只	8
37	配线	起帆	1.名称：铜芯线 2.配线形式：桥架或管内敷设 3.型号：WDZB1-BYJ-1.5	米	420
38	配管	国产优质	1.名称：软管 2.材质：金属 3.规格：Φ20 4.敷设方式：明配	米	130
39	照明开关	公元	1.名称：风机盘管开关 2.安装方式：暗装	只	4
40	插座	西门子	1.名称：单相三孔插座 2.规格：250V 16A 安全型 3.安装方式：暗装	只	1