

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 曹伟	
	职称： 研高工	
	工作单位： 江苏省中医院	
项目信息	项目名称： 电子消化道内窥镜	
	供应商名称： 江苏海外集团国际技术工程有限公司	
专业人员论证意见	原主机为Olympus，只买内镜、只能购买该品牌，必须配套使用，在讨论后单一来源采购	
专业人员签字	曹伟	日期 2025年3月6日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 江亚新	
	职称： 江	
	工作单位： 江苏省人民医院	
项目信息	项目名称： 电子消化道内窥镜	
	供应商名称： 江苏海外集团国际技术工程有限公司	
专业人员论证意见	因手术需求，增加配套使用内窥镜腹腔镜，只对内窥镜主机使用，建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	江亚新	日期年3月6日 2015

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 蔺 浩	
	职称： 研究员	
	工作单位： 南京红松所	
项目信息	项目名称：电子消化道内窥镜	
	供应商名称：江苏海外集团国际技术工程有限公司	
专业人员论证意见	本项目为进口一批新型一批胃镜与胆道镜的胃镜清洗机（品牌已新）配套使用，因目前国内不同品牌之间的胃镜清洗机不能兼容，为保证临床诊疗与治疗的安全性，故设备的兼容性、兼容性，建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	蔺 浩	日期： 2024 年3月6日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

