

预算合理性分析报告

本院 18 年购入的电子胃肠镜品牌为富士。现有电子消化道内窥镜已达到使用年限，将无法开展正常的检查工作。为了满足我院日益增加的内窥镜检查需求，也为了满足临床科室增大的手术难度对设备的要求，我院拟采购一支胃镜，两支肠镜。

胃镜技术要求：

- 1、具备特殊光染色
- 2、弯曲角度：上 $\geq 210^{\circ}$ 下 $\geq 90^{\circ}$ 。
- 3、钳道： $\geq 2.8\text{mm}$

肠镜技术要求：

- 1、具备特殊光染色
- 2、弯曲角度：上 $\geq 180^{\circ}$ 下 $\geq 180^{\circ}$ 。
- 3、钳道： $\geq 3.8\text{mm}$

市场调研情况：

目前市场上有代表性的品牌内镜具体有日本富士胶片、日本奥林巴斯、日本宾得、中国澳华。

1、日本富士胶片是专业制造销售内窥镜公司，其市场占有率名列业内前茅，其售后服务也得到各医院医工人员的好评。我们调研的是该品牌胃镜 EG-720R，价格 30 万/根，肠镜 EC-601WM 价格 20 万/根，此款设备型号配备在江苏省人民医院、江苏省中医院、东南大学附属中大医院，经过对了解，这款设备图像清晰度高，术中操作便捷。我院现有富士两套主机系统可直接匹配使用。

2、日本奥林巴斯胃镜 GIF-H290 价格 40 万/根，肠镜 CF-H290L 价格是 50 万/根，但我院未配套奥林巴斯主机。需额外增配主机。

3、日本宾得胃镜 EG29-I10 价格是 35 万/根，肠镜 EC-38-I10 价格是 40 万/根，该设备目前只有少数医院配备使用，其图像质量、售后服务和价格目前没有更多的信息可提供。

4、中国澳华胃镜 UHD-GT300Q 价格是 30 万/根，肠镜 UHD-CL300QI 价格是 40 万/根，经过了解，这款产品内镜物镜容易黏连血液污物不易清洗导致镜头模糊。

我院本次拟采购 EG-720R 胃镜一支，EC-601WM 肠镜两支，预计投入 70 万元。本预算已列入 2025 年度预算，并已经通过审批，同意采购。

其他单位同类型号中标价参考：

1、青岛市中心医院高清电子肠镜项目（附件 1）

项目编号：ZFCG2023009738

货物型号：EC-601WM 中标单价：34.76 万/根

2、昆山市第三人民医院关于胃肠镜镜子项目（附件 2）

项目编号：JSZC-320583-SZWK-D2024-0371

货物型号：EC-601WM 中标单价：44.9 万/根

3、芒市人民医院超高清电子内窥镜系统采购项目（附件 3）

项目编号：DHZC2024-G1-00275-YNLY-0021

货物型号：EG-720R 中标单价：37 万/根

4、大连市旅顺口区中医医院高清电子内窥镜采购（附件 4）

项目编号：DCZ202307072

货物型号：EG-720R 中标单价：43 万/根

经我院人员内部会商后，一致认为，该项目的投入合理，急需购买电子消化道内窥镜进行替换，以便开展医院正常工作。

本次采购的电子消化道内窥镜，必须要与电子消化道内窥镜主机相配套兼容。本次采购所需的附件是电子消化道内窥镜生产商日本富士制造商生产独家供应的，国内无同类产品可替代，且其他无授权供应商无法提供。且该器械不属于《中国政府禁止、限制进口产品目录》中规定的禁止进口或限制进口的产品。故申请单一来源采购。为保证采购项目一致性和设备配套的要求及能够匹配兼容和正常运行，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款“只能从唯一供应商处采购”，故本项目拟使用单一来源采购方式。

镇江市中西医结合医院

2025年4月10日



附件 1

中标（成交）结果公告

一、项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：

ZFCG2023009738

二、项目名称：高清电子肠镜项目

三、中标（成交）信息

供应商名称：标包【1_2】山东普昂商贸有限公司

供应商地址：标包【1_2】济南市历城区华山街道渔洋路华山国际广场3B-205室

中标（成交）金额：（可填写下浮率、折扣率或费率）标包【1_2】173.800000万元

四、主要标的信息

标包【1_2】 山东普昂商贸有限公司

货物类	服务类	工程类
名称：高清电子肠镜	名称：	名称：
品牌（如有）：富士	服务范围：	施工范围：
规格型号：EC-601WM	服务要求：	施工工期：
数量：5	服务时间：	项目经理：
单价：34.760000万元	服务标准：	执业证书信息：

昆山市第三人民医院关于胃肠镜镜子项目的成交公告

2024年11月11日 15:12 来源: 中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】

一、项目编号: JSZC-320583-SZWK-D2024-0371

二、项目名称: 昆山市第三人民医院胃肠镜镜子

三、中标(成交)信息

序号	供应商名称	社会信用代码	供应商地址	评审报价/评审 总得分	中标/成交金 额
1	上海麦赫喜 医疗器械有 限公司	9131011057587178XJ	上海市杨浦 区宁国路 218号1102 室		898000 元

四、主要标的信息

货物类
名称: 胃镜镜子
品牌(如有): 富士
规格型号: EG-601WR
数量: 1根
单价: 449000.00元
名称: 肠镜镜子
品牌(如有): 富士
规格型号: EC-601WM
数量: 1根
单价: 449000.00元

附件 3

货物类
标段名称：芒市人民医院超高清电子内窥镜系统采购项目
名称：超高清电子胃镜
品牌：FUJIFILM
规格型号：EG-720R
数量：1
单价(元)：370000

附件 4

大连市旅顺口区中医医院高清电子内窥镜采购中标公告

2023年08月16日 09:06 来源：中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】

一、项目编号：DCZ202307072（招标文件编号：DCZ202307072）

二、项目名称：大连市旅顺口区中医医院高清电子内窥镜采购

三、中标（成交）信息

供应商名称：江西眠切医疗器械有限公司

供应商地址：江西省宜春市樟树市张家山街道药都医药物流产业园新望路669号18栋三楼A-26号（自主承诺）

中标（成交）金额：150.0000000（万元）

四、主要标的信息

序号	供应商名称	货物名称	货物品牌	货物型号	货物数量	货物单价(元)
1	江西眠切医疗器械有限公司	电子内窥镜处理器；电子上消化道内窥镜；电子下消化道内窥镜；全自动软式内窥镜清洗消毒器	富士；富士；富士；新华	EP-6000;EG-720R;EC-720R/M;Rider40B	1; 1; 1; 1	520000; 430000; 450000; 100000