

专家抽取结果表

项目编号	项目名称	标段/包编号	标段/包名称
GM203225W52094	宝应县人民医院 GE CT 保修项目	GM203225W52094/ 1	宝应县人民医院 GE CT 保修项目

抽取专家信息

专家姓名	身份证号码	手机号码	工作单位	所属专业	职称
彭大文	32092319740 3311218	13815888180	南京医科大学 附属口腔医院	(B014801)医 用电子仪器设 备	高级工程师
朱子寒	32011319700 8281227	13813956578	江苏省人民医 院	(B014801)医 用电子仪器设 备	研究员级高级 政工师（高 级）
刘敏	32050219730 3151524	13605195618	南京市第二医 院	(B014808)医 用X射线设备 及附属设备、 备件	副主任医师

项目负责人：陈璟珏
抽取人：卜悦鑫
评标时间： 2025-08-15 09:00:00
本表打印时间：

单一来源采购论证专家情况表

论证项目名称：

论证时间：2025 年 月 日

序号	姓名	出生年月	学历	工作单位	现从事专业	职称	从业时间	联系电话
1	刘明	1973.3	本科	南京市第一医院		副主任医师	1991.7	13605195068
2	曹太文	1974.3	本科	江苏省口腔医院		高工	1995.8	13815888180
3	杨兵	1970.8	硕研	江苏省人民医院		研究员	1990.8	13813956178

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨	
	职称: 研究员	
	工作单位: 江苏省人民医院	
项目信息	项目名称: 宝应县人民医院GE(28排)CT维修项目	
	供应商名称: 南京医药苏州有限公司	
专业人员论证意见	该设备由GE公司研发和生手, 其核心零部件(泵管、换油器、高压发生器、后处理工作站)由GE公司独家生手, 为保证部件更换需求与设备整机参数性能匹配, 只能向原厂采购。该设备在出现故障时能及时有效解决故障, 保证设备稳定高效运行, 原厂能够提供互联网远程故障诊断, 图像处理软件原厂升级等服务。南京医药苏州有限公司为该设备在该地直设医院授权经销商, 本项目符合苏财购(2024)179号“单一来源采购方式适用情形”第一条, (一)只能从唯一供应商处采购, 即使用不可替代专利、专有技术, 或者公共服务项目具有特殊要求等, 导致只能从单一特定供应商处采购。”建议该项目采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	杨	2025 年 8 月 15日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 彭大子	
	职称: 高工	
	工作单位: 江苏省口腔医院	
项目信息	项目名称: 宝应县人民医院GE128排CT维保项目	
	供应商名称: 南京迈特常州有限公司	
专业人员论证意见	该GE128排CT属于贵重设备。其运行完好率及精准度对就诊病人非常重要。原厂维保服务从维修人员配备技术专业性及备品备件能得到保证。相对于第三方维保更有优势。 南京迈特常州有限公司是通用电气医疗系统贸易展(上海)有限公司指定授权经销商。 经南京迈特常州有限公司作为本项目单一来源供货单位	
	专业人员签字 彭大子 2025 年 8 月 15 日	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘明	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 南京市第二医院	
项目信息	项目名称:	
	供应商名称:	
专业人员论证意见	该院拟采购的维修保养服务为该院放射科现有已使用 2 年半的 Revolution CT ES, 品牌为 GE, 该设备为 GE, 售后服务一直由原厂提供. 原厂的维保服务能够保证设备的分辨率, 以及设备的精准度稳定性. 第三方维修服务很难具备此专业条件. 且该设备球管, 其他品牌无法替代. 南京医药常州有限公司为该设备在该地区该医院授权经销商. 本项目符合苏财规(2024)17 号文单一来源采购方式的适用情形, 建议该项目采用“单一来源”采购方式.	
专业人员签字		2025 年 08 月 15 日