

附件 1

政府采购项目 采 购 需 求

项目名称： 胃肠镜项目

采购单位： 丹阳市云阳人民医院

编制单位： 丹阳市云阳人民医院

编制时间： 2025-9-30



编制说明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。



一、需求调查情况

(一) 是否开展需求调查

本项目不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的情形，无需开展需求调查。

二、需求清单

(一) 项目概况

为了满足临床和科研需求，提升我院相关疾病诊疗服务能力，满足广大群众诊疗需求，参考目前医疗技术发展现状，我院拟购置高清电子胃肠镜满足医院目前需求，项目实施后，将显著提高疾病诊断准确率、缩短患者检查等待时间，助力开展高难度手术及危急重症救治，同时为科研教学提供硬件支撑。力求打造区域领先的现代化诊疗平台，为患者提供更安全、精准、高效的医疗服务。

(二) 采购项目预（概）算

总 预 算：1000000 元

包 1 预算：1000000 元

(三) 采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目分类编码	计量单位	数量	是否专门面向中小企业	有无强制或优先采购节能环保产品	是否进口
----	----	------	--------	------	----	------------	-----------------	------



1	1	治疗型电子胃镜	03 电子内窥镜	台	1	否	否	是
	2	检查型电子肠镜	03 电子内窥镜	台	1	否	否	是

(四) 技术商务要求

1. 包 1

(1) 技术要求

一、治疗型高清电子胃镜

有超细外径与良好的操控性完美结合,能够显示真正的 HDTV 画质。

1. 光学系统

1.1 视野角度: 140°

1.2 视野方向: 0° (前视)

1.3 景深: 3-100mm

2. 插入部

2.1 先端部外径: 9.8mm

2.2 插入管道外径: 9.9mm

2.3 有效长度: 1030mm、全长 1350mm

3. 钳子管道

3.1 管道内径: 3.2mm

3.2 最小可视距离: 距离先端 3mm

4. 弯曲部弯曲角度: 上 210° , 下 120° , 左 100° , 右 100°



- 5. 有 NBI（窄带成像技术）功能、HDTV（高清）功能
- 6. 有 EVISLUCERA 系统兼容性、有激光兼容性，有高频兼容性，可开展内镜下治疗手术，有内镜信息记忆功能。

二、高清电子肠镜

要拥有全高清图像和 170° 宽视野角，促进粘膜表面的观察效果。有副送水功能，能够在进行下消化道诊疗时保持粘膜的清洁。同时要求拥有 RIT 三项插入技术：HFI（强力传导），PB（智能弯曲）和可变硬度。优化了内镜的操作性，插入性，从而促进了结肠镜检查。

1. 光学系统

1.1 视野角度：170°

1.2 视野方向：直视

1.3 景深：5-100mm

2. 插入部

2.1 先端部外径：12.2mm

2.2 插入管道外径：12mm

2.3 有效长度：1330mm，全长：1655mm

3. 钳子管道

3.1 管道内径：3.2mm

3.2 最小可视距离：距离先端 3.0mm

4. 弯曲部弯曲角度：上 180°，下 180°，左 160°，右 160°

5. NBI（窄带成像技术功能），HDTV（高清）功能，有可变硬



度功能。

6. 有 EVISLUCERA 系统兼容性、有激光兼容性，有高频兼容性，可开展内镜下治疗手术，有内镜信息记忆功能。

（2）商务要求

1、取得采购标的的时间：成交单位须在签订合同 30 日内完成设备的供货、安装、调试并交付给采购人正常使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：

（1）合同签订后，采购人收到成交方提供的相应金额的正规发票后 10 个工作日内，支付合同金额 30%的预付款。

（2）使用半年后，采购人收到成交方提供的相应金额的正规发票后 10 个工作日内，支付合同金额 40%的款项。

（3）使用一年后，采购人收到成交方提供的相应金额的正规发票后 10 个工作日内，支付合同金额 30%的款项。

4、售后服务要求：

原厂二年保修

（2）免费提供售后调试服务和故障维修服务，服务响应时间，在接到甲方需求下，必须在 2 小时内响应，12 小时内到达现场，24 小时内解决故障。

5、验收方式：货物交货后，正常工作 30 个工作日内进行验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。按照技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。

